

Wałbrzych 21.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-27/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do zespołów kości długich i krótkich w złamaniach trzonów i złamaniach trzystawowych-gwoździe śródszpikowe, płyty, śruby i inne łączniki metalowe – Zp/34/PN-27/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Poz. 7 - Czy nie nastąpiła omyłka komputerowa w podaniu kąta ruchów rotacyjnych głowy endoprotezy w stosunku do długiej osi trzpienia i czy powinno być 15° zamiast 150°?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1

Poz. 7 - Czy nie nastąpiła komputerowa omyłka w podaniu pełnego zakresu ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy i czy powinno być 30° zamiast 300°?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1

W związku z wymogiem podania ceny netto za 1 szt. wyrobów wymienionych w formularzu cenowym (zapis pod formularzem cenowym) oraz z uwagi na występujące różne rodzaje gwoździ, które różnią się ceną, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ceny netto za 1 szt. podać oddzielnie w odniesieniu do każdego rodzaju gwoźdźa zamiast jednej ceny ogólnie na gwoźdź śródszpikowy? Podanie jednej ceny uśrednionej za gwoźdź może zawyżyć cenę gwoździ tańszych.

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 3

Poz. 34 – Czy Zamawiający wymaga płytki obojczykowej z hakiem blokowanej, tj. posiadającej otwory jako połączenie otworu blokowanego i korowego podłużnego, w której otwór blokowany posiada oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. projektu umowy

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 24 godzin na 2 dni robocze?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 6, dot. projektu umowy

§4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jak następuje: „Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia o takich wadach wysłanego wraz z wadliwym towarem”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 7, dot. projektu umowy

§ 8 ust. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej z „0,2% wartości niewykonanej umowy ...” – na 0,2% wartości niezrealizowanej części złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówień bieżących?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 8, dot. projektu umowy

§ 8 ust. 1.1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „...za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień na cito...”. Umowa bowiem nie przewiduje dostaw „na cito”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 9, dot. projektu umowy

§ 8 ust. 1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej z „10% wartości niewykonanej umowy ...” - na 5% wartości niewykonanej umowy”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak