

Wałbrzych 22.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-29/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego uniwersalnego – Zp/37/PN-29/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z blatem o długości 2000 mm ?
Proponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na walory techniczno użytkowe stołu .

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego regulację wysokości w zakresie 740 – 1040 mm co jest parametrem szerszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym regulacja oparcia pleców odbywa się w zakresie -45° do $+ 75^{\circ}$ co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym regulacja podglówka odbywa się w zakresie -45° do $+ 30^{\circ}$ co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego ,w którym regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej odbywa się w zakresie -90° do $+ 30^{\circ}$ co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego , który posiada mechaniczny przesuw wzdłużny blatu w zakresie 320 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym wypiętrzenie ławeczki nerkowej w oparciu pleców uzyskiwane jest ręcznie od strony głowy pacjenta w proporcji 1:1?

Odp. Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z dodatkowym pilotem wbudowanym w kolumnę stołu zamiast pilota przewodowego ?

Odp. Tak

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak