

Wałbrzych 23.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-29/09

Wykonawcy - wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego uniwersalnego –
Zp/37/PN-29/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości od 750 do 1080 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji oparcia pleców od -45° do +85°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 40°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji podglówka od -45° do +45°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby regulacja przesuwu wzdłużnego o 300 mm (+/- 20mm) realizowana była przy pomocy mechanizmu ręcznego? jest to funkcja stosunkowo rzadko używana; ręczna regulacja przesuwu nie stanowi problemu dla operatora, przesuw wykonuje się bardzo lekko i szybciej niż przy pomocy pilota, zaś rozwiązanie z elektromechaniczną regulacją znacznie podnosi cenę stołu operacyjnego.

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców i ławeczki nerkowej ręcznie zamiast układem elektrohydraulicznym?

Odp. Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści aby niezależny, alternatywny napęd stołu mechaniczno-hydrauliczny obsługiwany dźwignią nożną posiadał sterowanie uruchamiane dźwignią nożną umieszczoną w podstawie zaś wybór funkcji odbywał się z panelu umieszczonego na kolumnie stołu zamiast w podstawie, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego w specyfikacji przetargowej?

Odp. Nie

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak