

Wałbrzych 24.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-29/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego uniwersalnego – Zp/37/PN-29/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym co jest rozwiązaniem nowocześniejszym i bardziej niezawodnym od napędu elektrohydraulicznego?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny, który zamiast niezależnego alternatywnego napędu mechaniczno – hydraulicznego posiada panel sterujący na kolumnie stołu z którego można sterować wszystkimi elektrycznymi funkcjami stołu i który uruchomia się również w przypadku awarii w modzie serwisowym?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby stół operacyjny posiadał dodatkowe elektryczne sterowanie funkcjami stołu z panelu na kolumnie stołu?

Odp. Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby dodatkowy panel sterujący był zabezpieczony przed niezamierzonym uruchomieniem poprzez przyciśnięcie 2 przycisków jednocześnie celem aktywacji?

Odp. Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej długości 2110 mm?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z lepszą i szerszą regulacją wysokości blatu 760 – 1150 mm?

Odp. Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z lepszą i szerszą regulacją oparcia plecowego -40 do +85 stopni?

Odp. Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z lepszą i szerszą regulacją podglówka -55 do +55 stopni?

Odp. Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z lepszą i szerszą regulacją podnóżka – 90 do +90 stopni?

Odp. Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z mechaniczną regulacją przesuwu włużnego 250 mm?

Odp. Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z łatwą, mechaniczną regulacją płyty plecowej oraz wypiętrzenia ławeczki nerkowej?

Odp. Tak

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny zasilany niskonapięciowo 12V co jest rozwiązaniem lepszym i bezpieczniejszym?

Odp. Tak

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z podstawą stołu w kształcie litery V zapewniającą lepszy dostęp chirurga do blatu?

Odp. Tak

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany stół operacyjny posiadał kolumnę stołu uniesioną nad podłogą umożliwiającą swobodne wsunięcie nóg operatora pod podstawę?

Odp. Tak

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby mobilny stół posiadał 4 duże koła o średnicy minimum 150mm z centralną blokadą realizowaną za pomocą mechanicznie wysuwanych 4 nóg, z funkcją jazdy na wprost?

Odp. Tak

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z łatwą, lepszą i szerszą regulacją podglówka i podnóżka bez sprężyn gazowych?

Odp. Tak

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z podglówkiem węższym od pozostałym segmentów blatu co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym a poza tym lepszym i wygodniejszym dla anestezjologa?

Odp. Tak

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z dwuczęściową płytą plecową dzielona w proporcji 1:1?

Odp. Tak

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany stół posiadał możliwość diagnozowania usterek poprzez modem oraz był kompatybilny z systemami zintegrowanych sal operacyjnych?

Odp. Tak

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga aby stół operacyjny posiadał możliwość zamiany segmentu głowy z segmentem nóg z automatycznym podporządkowaniem funkcji elektrycznych wybranej konfiguracji blatu ?

Odp. Tak

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany stół operacyjny posiadał materace o udokumentowanych właściwościach przeciwdroźnowych?

Odp. Tak

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany stół operacyjny posiadał materace odejmowane na całej długości blatu bez rzepów?

Odp. Tak

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany stół operacyjny posiadał funkcje automatycznego wyłączania stołu?

Odp. Tak

Pytanie 24

Zamawiający wymaga od wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszona usterkę. Jednocześnie obowiązek ten będzie spoczywał na wykonawcy w okresie gwarancji wynoszącym min. 36 m-cy. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zmieni ww. postanowienie SIWZ w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przystąpienia do usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odp. Tak

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 42 dni wymaganych w SIWZ na 90 dni? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę ?

Odp. Nie

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny uniwersalny z przesuwem wzdłużnym blatu elektromechanicznym sterowanym z pilota w zakresie 250 mm?

Odp. Tak

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie terminu gwarancji z 36 miesięcy wymaganych w SIWZ na 24 miesiące?

Odp. Nie

Pytanie 28

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu z niezależnym alternatywnym elektro-hydraulicznym napędem stołu obsługiwanym za pomocą dźwigni nożnej i dodatkowego pilota przewodowego umieszczonego w szufladce w podstawie stołu? Wybór regulowanej funkcji odbywa się za pomocą pilota natomiast realizacja pożądanego ruchu dzięki pompie nożnej umieszczonej w podstawie stołu. Zasilanie tego układu jest niezależne od zasilania stołu (sieciowego jak i baterijnego) więc nawet w przypadku braku napięcia w sieci i w bateriach regulacja pozycji stołu jest nadal możliwa.

Odp. Nie

Pytanie 29

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją wysokości w zakresie 671-1132 mm czyli znacznie większym niż obecnie wymagany? Większy zakres regulacji wysokości umożliwia zastosowanie stołu w szerszym spektrum zabiegów chirurgicznych.

Odp. Tak

Pytanie 30

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją przechyłów bocznych w zakresie 20° w każdą stronę?

Odp. Nie

Pytanie 31

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z przesuwem wzdłużnym w zakresie 454 mm czyli znacznie większym niż wymagany? Większy zakres regulacji przesuwu wzdłużnego zwiększa możliwości monitorowania pacjenta ramieniem typu C w trakcie zabiegów.

Odp. Tak

Pytanie 32

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z elektrohydrauliczną regulacją pozycji sekcji pleców w zakresie -90°/+90° czyli znacznie większym niż wymagany? Większy zakres regulacji tego elementu zwiększa możliwości pozycjonowania pacjenta w zabiegach chirurgicznych.

Odp. Tak

Pytanie 33

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z ręczną regulacją pozycji podglówka w zakresie -90°/+50° czyli znacznie większym niż wymagany? Większy zakres regulacji tego elementu zwiększa możliwości pozycjonowania pacjenta w zabiegach chirurgicznych.

Odp. Tak

Pytanie 34

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z ręczną regulacją pozycji podnóżków w zakresie -90°/+10°?

Odp. Tak

Pytanie 35

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół bez dodatkowego bezprzewodowego pilota sterującego?

Odp. Tak

Pytanie 36

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z podstawą w kształcie płaskiego prostokąta nie zaburzającą w żaden sposób łatwości dostępu chirurga do stołu o większej stabilności niż wymagana podstawa w kształcie litery T?

Odp. Nie

Pytanie 37

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół bez dzielonej sekcji pleców ale z funkcjami flex i reflex sterowanymi z pilota przewodowego umożliwiającymi wypiętrzenie klatki piersiowej pacjenta? Dzięki możliwości zamiany sekcji pleców i sekcji podnóżka można uzyskać tę sama funkcjonalność co w przypadku standardowego wypiętrzenia ławeczki nerkowej z dodatkową możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej.

Odp. Nie

Pytanie 38

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół bez kasety RTG? Obecnie najczęstszym sposobem wykonywania zdjęć RTG podczas zabiegów jest aparat RTG typu C gdzie nie ma konieczności używania kaset na materiały RTG.

Odp. Tak

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak