

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „dostawę łóżek szpitalnych- 99szt.” – Zp/39/PN-31/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 **zmienia treść SIWZ – załącznika nr 1.**

W Załączniku nr 1 do SIWZ – **opis łóżek było:**

„Konstrukcja łóżka wykonana musi być z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym. Szczyty wykonane z rur stalowych, pokryte powłoką chromowo-niklową.

Wkład szczytu z płyty laminowanej lub płyty wodoodpornej.

Łóżka muszą być wyposażone w krążki odbojowe w narożnikach łóżka, listwy odbojowe PCV na ramie łóżka oraz 4 kółka z blokadą (możliwość centralnej blokady kół).

Leże metalowe, łatwe do dezynfekcji 3 lub 4 częściowe,.

Barierki metalowe (poręcze metalowe pokryte powłoką chromowo – niklową).

Dziesięć z sześćdziesięciu zamawianych łóżek ma być wyposażona w podwójną ramę wyciągową oraz regulację jego wysokości w zakresie od około 40 – 82 cm – sterowanie zmiany wysokości leża za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach łóżka.

Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego łóżkiem.

Wszystkie łóżka muszą posiadać materac p/odleżynowy w pokrowcu paro-przepuszczalnym , zmywalnym”.

Winno być:

„Konstrukcja łóżka wykonana musi być z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym. Szczyty wykonane z rur stalowych, pokryte powłoką chromowo-niklową.

Wkład szczytu z płyty laminowanej lub płyty wodoodpornej.

Łóżka muszą być wyposażone w krążki odbojowe w narożnikach łóżka, listwy odbojowe PCV na ramie łóżka oraz 4 kółka z blokadą (możliwość centralnej blokady kół).

Leże metalowe, łatwe do dezynfekcji 3 lub 4 częściowe,.

Barierki metalowe (poręcze metalowe pokryte powłoką chromowo – niklową).

Dziesięć z dziewięćdziesięciu dziewięciu zamawianych łóżek ma być wyposażona w podwójną ramę wyciągową oraz regulację jego wysokości w zakresie od około 40 – 82 cm – sterowanie zmiany wysokości leża za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach łóżka.

Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego łóżkiem.

Wszystkie łóżka muszą posiadać materac p/odleżynowy w pokrowcu paro-przepuszczalnym , zmywalnym”.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak