

Wałbrzych 30.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-31/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych – 99 szt. – Zp/39/PN-31/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji 66 szt. łóżek szpitalnych z 30 dni wymaganych w SIWZ na 60 dni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 33 szt. łóżek z 60 dni wymaganych w SIWZ na 90 dni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w szczyty, których wkład wykonany jest z płyty HPL odpornej na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?

Odp. Nie

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie charakterystyki łóżek – co Zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwość centralnej blokady kół”? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie łóżek wyposażonych w centralną blokadę kół?

Odp. Tak Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżek z centralną blokadą kół.

Pytanie 5

Czy Zamawiający redagując zapis „leże metalowe” miał na myśli leże wypełnione siatką metalową lakierowaną montowaną na stałe?

Odp. Tak

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w treści charakterystyki łóżek „dziesięć z sześćdziesięciu zamawianych łóżek” gdyż w tabeli technicznej Zamawiający wymaga zaoferowania 99 szt. łóżek.

Odp. 10 z 99

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w podwójną ramę wyciągową o regulacji wysokości w zakresie od 440 mm do 805 mm?

Odp. Nie

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w podwójną ramę wyciągową o regulacji wysokości w zakresie od 510 mm do 825 mm?

Odp. Nie

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak