

Wałbrzych 31.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-31/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych – 99 szt. – Zp/39/PN-31/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łatwo zdejmowane szczyty łóżka wykonane z łatwego do dezynfekcji tworzywa sztucznego w którym zatopiona jest stalowa konstrukcja nośna? Takowe szczyty łąsą lekkie i mogą posłużyć jako twarda płyta pod plecy pacjenta do podjęcia resuscytacji. Tworzywo sztuczne z którego wykonana jest płyta jest także zawsze cieplejsza w dotyku niż rura stalowa.

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 segmentowe z funkcją konturowania zgięcia kolanowego, z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga wyposażonego w bariery podwójne dzielone bez listew z możliwością schowania pod leże tak by uniknąć pustych przestrzeni przy transferze pacjenta – materace wózka i łóżka stykne na całej długości?

Odp. Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści by wszystkie łóżka były wyposażone w manualną regulację wysokości w zakresie od 465 mm do 765 mm za pomocą mechanizmu śrubowego ze składaną korbką zlokalizowaną u podstawy segmentu nożnego? Takie rozwiązanie będzie zapobiegać urazom kręgosłupa personelu medycznego i zapewni na długo nowoczesność floty zakupionych łóżek.

Odp. Nie

Pytanie 4

Czy w związku z wymaganiem zaoferowania materaca piankowego przewencyjnego przeciwoślężynowego, czy Zamawiający oczekuje także by konstrukcja rdzenia piankowego pozwalała na uzyskanie odmiennych nacisków na ciało pacjenta w strefie głowy, bioder i pięt?

Odp. Nie

Pytanie 5

Mając na względzie art. 96 ust. 3 Ustawy pzp oraz § 5 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154) i przyjmując, że f. Richter Med. Anna Richter zaoferuje łóżko szpitalne wymagane zapisami siwz w cenie 4.100 zł + VAT za 1 szt., czyli wartość oferty wyniesie 405.900 + VAT, czy tym samym wartość ta nie przekroczy wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia a jeżeli tak to jaką wartość?

Odp. Zamawiający wartość szacunkową podaje podczas otwarcia ofert.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak