

Zp/40/PN- 32/09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej.

LICZBA PAKIETÓW: 33

CPV: 31524110-9, 33123210-3, 33193120-6, 33190000-8, 33112320-7, 33157700-2, 33157110-9, 33157000-5, 33100000-1, 33190000-8, 33190000-8, 38423100-7, 33157000-5, 33123230-9, 33157800-3, 33192200-4, 39330000-4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanym w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia:

Do 14 dni od daty podpisania umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- **dostarczą przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni,**
- zapewniają termin gwarancji 24 m-ce,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymagania podane w załączniku nr 1 do SIWZ.

V. Sposób oceny warunków

l.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)

	dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje)	
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, zapewnienie terminu dostawy, zapewnienie okresu gwarancji, spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Zał. nr 1 do SIWZ	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- pakiet nr 1 – 60,00 zł,
- pakiet nr 2 – 360,00 zł,
- pakiet nr 3 – 100,00 zł,
- pakiet nr 4 – 162,00 zł,
- pakiet nr 5 – 204,00 zł,
- pakiet nr 6 – 25,00 zł,
- pakiet nr 7 - 8,00 zł,
- pakiet nr 8 – 30,00 zł,
- pakiet nr 9 – 148,00 zł,
- pakiet nr 10 – 16,00 zł,
- pakiet nr 11 – 65,00 zł,
- pakiet nr 12 - 4,00 zł,
- pakiet nr 13 – 800,00 zł,
- pakiet nr 14 – 30,00 zł,
- pakiet nr 15 – 182,00 zł,
- pakiet nr 16 - 300,00 zł,
- pakiet nr 17 – 6,00 zł,
- pakiet nr 18 – 8,00 zł,
- pakiet nr 19 – 24,00 zł,
- pakiet nr 20 – 26,00 zł,
- pakiet nr 21 – 12,00 zł
- pakiet nr 22 - 6,50 zł,

- pakiet nr 23 – 24,00 zł,
- pakiet nr 24 – 75,00 zł,
- pakiet nr 25 – 900,00 zł,
- pakiet nr 26 – 9,00 zł,
- pakiet nr 27 – 600,00 zł,
- pakiet nr 28 – 32,00 zł,
- pakiet nr 29 – 77,04 zł,
- pakiet nr 30 – 43,68 zł,
- pakiet nr 31 – 100,00 zł,
- pakiet nr 32 – 20,00 zł,
- pakiet nr 33 – 16,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Walbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08: 00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Agnieszka Rudzka – Specj. ds. zamówień publicznych

Tel. (074) 6489700.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

	odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o bezwarunkowej akceptacji wzoru umowy, - o zapewnieniu terminu dostawy, - o zapewnieniu okresu gwarancji, - o spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Zał. nr 1 do SIWZ.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (**sekretariat Dyrektora szpitala**) w terminie do dnia **19.08.2009r.** do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **19.08.2009r.** o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

$$\frac{\text{Cena najniższa pakietu x z oferty a}}{\text{Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.} = \text{ilość punktów dla pakietu x z oferty ocenianej o wyższej cenie}$$

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak

data zatwierdzenia: **07.08.2009r.**

.....
Wykonawcy)

..... (pieczęć
(miejscowość i
data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na **„Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej- Zp/40/PN- 32/09**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr :

„netto” PLN, (słownie:)

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:)

..... złotych),

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy) * płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy)*, że dostarczę (dostarczymy)* przedmiot zamówienia w terminie (terminach)* do 14 dni od daty podpisania umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapewniam (zapewniamy)* 24 miesięczny okres gwarancji.
16. Oświadczam (oświadczamy)*, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunków określone w Zał. nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....
.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....
.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej**, ogłoszonego w BZP w dniu, nr ogłoszenia

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa (pakiet nr)
lub dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem (pakiet nr) personelu Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj. dostarczenia przedmiotu umowy w **terminie 14 dni od daty zawarcia umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego nastąpi w terminie **3 dni** od dnia dostawy sprzętu.

§ 4

1. Przedmiot dostawy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz konieczną dokumentacją.
3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:.....) + VAT w należnej wysokości.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę lub dostawę i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie personelu.
3. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
4. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.
5. Zapłata nastąpi w terminie **30 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz zapewnia bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym.

2.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.

3.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od daty zgłoszenia awarii, ponadto dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy do czasu jej usunięcia.

3. Wykonawca zapewnia usługi serwisowe w okresie gwarancji, które świadczyw przy ul. ul.numer telefonu

§ 7

1.W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

b) 0, 2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 8

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2.Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Pakiet nr 1 - Łoża laminarna

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łoża laminarna na stelażu - pionowy , laminarny przepływ powietrza - filtr wstępny: poliamidowy - filtr HEPA o wydajności 99,999% dla cząstek o średnicy > 0,3 um - godzinowy licznik czasu pracy urządzenia - przepływ powietrze regulowany od 0,3 - 0,5 m/s - czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny - cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 56 dB - okno frontowe wykonane z hartowanego szkła, podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego - blat roboczy dzielony perforowany - wewnątrz obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na promieniowanie UV i środki myjące i dezynfekcyjne stosowane standardowo w placówkach ochrony zdrowia - oświetlenie białe jarzeniowe 1000	szt.	1					

lux - obszar pracy zaopatrzony w źródło wody i dren do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory - dwa gniazda do prądu - zasilanie 230V/60 Hz - opcjonalnie - lampa bakteriobójcza UV wbudowana na stałe - lampa doświetlająca przestrzeń roboczą - gniazda elektryczne na obudowie komory - licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy Atesty: - Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie							
		RAZEM					

Pakiet nr 2 - Fotele do podawania cytostatyków

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym i zabudowana osłonami z tworzywa termoplastycznego Regulacja wysokości siedziska, nachylenia oparcia pleców, segmentu podudzia i przechyłu Trendelenburga i wysokości podglówka Segment podudzia wyposażony w oparcie stóp o regulowanym wysuwie Koła jezdne, z których każde posiada blokadę jazdy i obrotu, ewentualnie blokada centralna kół, wykonane z materiału antystatycznego nie brudzącego podłoża Siedzisko, oparcie pleców i segment podudzia pokryte materiałem odpornym na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane standardowo w placówkach ochrony zdrowia Dwa podłokietniki mocowane po obu stronach siedziska na listwach. Dane techniczne : Długość: 2250 mm Regulacja wysokości: 570 do 880 mm Kąt odchylenia oparcia pleców: -6° do +70° Kąt odchylenia oparcia nóg: -35° do +6° Pozycja Trendelenburga: 6°	szt.	3					
			RAZEM					

Pakiet nr 3 - Lampa zabiegowa bezcieniowa statywowa dwuogniskowa

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Elastyczne połączenie oprawy projektora ze statywem umożliwiające ustawienie kierunku wiązki światła; rury statywu połączone teleskopowo, umożliwiające duży zakres regulacji wysokości oprawy od 1100 do 2140mm; dwustopniowa skokowa regulacja natężenia światła; estetyczna konstrukcja. Dane techniczne: natężenie w odległości 1m>30000 lx, trwałość żarówki 1000 godzin, napięcie zasilające 220/230V	szt.	2					
			RAZEM					

Pakiet 4 - Lampa bakteriobójcza ruchoma

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Lampa bakteriobójcza: 1.przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekująca powietrze w obecności personelu i pacjentów 2. z wymuszonym przepływem powietrza 3. gwarantująca stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza 4. w obudowie z blachy kwasoodpornej, zapewniająca łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, gwarantująca pełne bezpieczeństwo personelu, 1. prostota wymiany filtrów	szt.	10					

	powietrza bez użycia narzędzi. 2. liczniki czasu pracy: o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników oraz o wskazaniach z dokładnością do 1 h 3. posiadająca wymagane certyfikaty 4. sposób montażu – przejezdna na statywie, 5. dezynfekowana kubatura: co najmniej 25-50 m³, zasięg działania lampy: co najmniej 10- 20 m² zasilanie sieciowe							
			RAZEM					

Pakiet 5 – Aparat EKG (3 szt.) + wózek pod aparat EKG (3 szt.)

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	1. Aparat EKG: -aparat 3, 6 i 12 kanałowy, - analiza i interpretacja - detekcja stymulatora serca, - klawiatura alfanumeryczna, - wyświetlacz: graficzny, pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG, - liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego, - sygnał EKG: 12 odprowadzeń	szt.	3					

	standardowych, - prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s, - wymiary nieistotne, - zasilanie sieciowo-akumulatorowe, - w zestawie: elektrody, kabel pacjenta, kabel zasilający, żel, papier termoczuły, - możliwość dobrania wózka w zestawie. 2. Wózek pod aparat EKG: 1. Konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym lub ze stali nierdzewnej odpornej na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane standardowo w placówkach							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ochrony zdrowia 2. Cztery antystatyczne kółka wykonane z materiału nie brudzącego podłoża w tym dwa z indywidualną blokadą 3. Dwie półki: w tym górna z zabezpieczeniami zapobiegającymi zsunięciu się sprzętu i dolna w postaci wyjmowanej tacy lub wyjmowanego pojemnika tworzywowego wykonanego z materiału odpornego na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane standardowo w placówkach ochrony zdrowia 4. Wózek posiadać powinien krążki odbojowe 5. Dane techniczne: Wysokość x							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	długość x szerokość: 860 x 550 x 450 mm							
			RAZEM					

Pakiet 6- Wózek inwalidzki

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Rama metalowa; podłokietniki krótkie, uchylne; pompowane koła tylne; uchylne i ściągane podnóżki; szerokość 42-50cm; przednie koła pełne; blokada kół; kolor ciemny z tkaniny, która można łatwo czyścić.Maksymalne obciążenie 120-140kg.	szt.	5					
			RAZEM					

Pakiet 7- Wanna dezynfekcyjna

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polipropylenu Przezroczysta pokrywa z makrolonu, Wkładka-sito z PCV. Wymiary wewn. 300 x 150 x 100 mm..Pojemność 2 l	szt.	1					
			RAZEM					

Pakiet nr 8 - Detektor przepływu naczyniowego Doppler

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Interfejs i oprogramowanie (opcja dodatkowa) w języku polskim; dwukierunkowy przepływomierz z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, bezpośredniego odczytu kierunku, siły i	szt.	1					

prędkości przepływu (cm/s); wymienne sondy do badań powierzchniowych, głębokich; możliwość odsłuchu sygnału z głośnika lub przez słuchawki; wyposażony w procesor Hadeco; pełna kontrola ostrości obrazu; prosta obsługa klawiszy funkcyjnych; pamięć 30 krzywych; zasilanie 9V-baterie alkaliczne; automatyczne wyłączanie; częstotliwość dostępnych sond: 2,4,5,8,10 MHz; port:USB lub RS- 232C; rozmiar 75/140/25mm; waga 350g							
		RAZEM					

Pakiet 9 - Stół do badań USB

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół do badań USB- możliwość uzyskania pozycji Anty i Trendelenburga, za pomocą sprężyn gazowych blokowanych; stelaż wykonany z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym; cztery tapicerowane segmenty leża tapicerowanego, pozwalające łatwo uzyskać pozycję fotelową lub płaską; regulacja wysokości leża przy pomocy pompy hydraulicznej; komplet wyposażenie dodatkowego (podpórki itp.), ułatwiające prawidłowa pozycje pacjenta podczas zabiegu lub badania.	szt.	2					

	RAZEM					
--	--------------	--	--	--	--	--

Pakiet 10 - Regulator siły ssania

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Regulator siły ssania. Zawór próżniowy z gniazdem typu AGA.	szt.	4					
			RAZEM					

Pakiet 11 - Cieplarka laboratoryjna

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Cieplarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza grawitacyjnym. Poj. komory użytkowej wewn. ok. 590 x 400 x 300 lub zbliżona. Zakres temp. 20 – 70 °C	szt.	1					

	RAZEM					
--	--------------	--	--	--	--	--

Pakiet 12 – Resuscytator

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- Pacjenci o wadze ciała >30 kg. - Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. - Maksymalna ilość oddechów: 45/min. - Maksymalna częstość oddechu: zależy od wdmuchiwanej objętości powietrza. - Objętość worka resuscytatora/wdech: około 1500/1200ml dla dorosłych. - Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500ml. - Zawór	szt.	2					

	ograniczający ciśnienie: 60 ± 10cm H2O. • STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. • Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. • Z materiału nadającego się do dezynfekcji i sterylizacji • Posiadający niezbędne atesty. • Z łącznikiem do podawania tlenu ze źródeł zewnętrznych.							
			RAZEM					

Pakiet 13- Myjnia do basenów i kaczek

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN 15883-1 i 3 posiadająca	szt.	2					

certyfi­kat CE z nume­rem notyfi­kacyj­nym. Zasilanie elektryczne 230V, moc nie więk­sza niż 3,5 kW. Przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku kanalizacyjnego. Urządzenie wiszące na ścianie, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500x 500 x1400mm. Uchwyty wewnętrzne na drzwiach dostosowane do polskich basenów i kaczek szpitalnych, wykonanych z plastiku. Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Pojemność komory mycia: 1 basen+1 kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem); minimum 3 programy mycia i dezynfekcji. Możliwość wyboru na panelu sterującym wymaganego programu. Dezynfekcja termiczna mytych przedmiotów. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi. Załadunek od przodu urządzenia- drzwi uchylane do dołu. Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. Uszczelnienie labiryntowe drzwi, oczyszczane podczas procesu mycia. Mycie za pomocą dyszy rotacyjnej							
---	--	--	--	--	--	--	--

oraz dysz natryskowych. Blokada otwarcia drzwi podczas przebiegu procesu mycia i dezynfekcji oraz w przypadku zaniku wody lub zasilania elektrycznego. System schładzania naczyń sanitarnych po myciu- zdezynfekowaną wodą. Autodezynfekcja urządzenia- mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz. Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. Panel sterujący w języku polskim z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych procesów mycia i dezynfekcji. Wbudowana popma dozująca srodek odka mieniający. System kontroli dozowanego srodka oraz zaworów podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem się wody zasilającej do instalacji.							
		RAZE M					

Pakiet 14 - Zestaw do szycia

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zestaw do szycia- pęseta chirurgiczna z zębkiem dł.max. 14-16 cm-1szt; pean prosty dł.14-16cm- 1szt.; pean zagięty dł.14-16cm- 2szt.; imadło dł.18- 20cm- 1szt.; peseta anatomiczna bez zębków dł.14-16cm- 1szt.; nożyczki 14cm (obydwa ostrza ścięte na ostro)-1szt; nożyczki 14cm (jedno ostrze na ostro, drugie na półokrągło)-1szt., kocher prosty z zębkiem dł.16-18cm- 1szt.	szt.	2					
			RAZEM					

Pakiet 15 – Dozownik tlenu z gniazdem typu AGA

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Reduktor tlenowy z nawilżaczem: - zintegrowany z dozownikiem i nawilżaczem, - przeznaczony do prowadzenia biernej terapii tlenowej, - służący do podawania pacjentowi nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo-powietrznej, - z możliwością mocowania do gniazda poboru, - pojemnik na wodę ma być wielokrotnego użytku, - płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętki, - podłączenie nawilzacza	szt.	52					

	wielorazowego, - podłączenie tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich (drenu), - podłączenie pojemnika jednorazowego, - zakres dozownika dla O ₂ i AIR od 0-5 i 0-19 l./min							
			RAZEM					

Pakiet 16 – Lampa bezcieniowa sufitowa

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	<u>Lampa bezcieniowa sufitowa:</u> - lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym, - ma posiadać kopułę jednożarówkową, zamocowaną za pomocą czterech osi ruchomych do sufitu (osie ruchome mają	szt.	1					

pozwalać na usytuowanie kopuły na požądanej wysokości oraz skierowanie promieni na pole zabiegowe), - uchwyt odejmowalny (który musi być sterylizowany) do przemieszczania kopuły, - typowa żarówka halogenowa z wygodnym dostępem do jej zmiany. <u>Parametry użytkowe:-</u> natężenie oświetlenia (60 cm): 65 klx, - średnica pola roboczego 9 cm/15 cm, - średnica kopuły: 370 mm, - zakres zmian wysokości 1.2 – 2.05 m, - masa lampy 12 kg.							
	RAZEM						

Pakiet 17 - Zestaw do resuscytacji

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zestaw do resuscytacji: - worek rozprężający typu AMBU wielokrotnego użytku, - zastawka, - komplet masek wielorazowego użytku	szt.	3					
			RAZEM					

Pakiet 18 - Laryngoskop

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- trwale wykonane ze stali nierdzewnej łyżki matowe, w celu wyeliminowania refleksów świetlnych, - kompletny zestaw ri- standard z oświetleniem standardowym 2,7 V,	szt.	2					

	- MacIntosh zestaw z łyżkami nr 2, 3 i 4, - szybka wymiana żarówki z przodu łyżki, - możliwość dezynfekowania łyżek w automatycznych myjkach-dezynfektorach, - rękojeść bakteryjna wykonana z chromowanego, platerowanego metalu, - radełkowe rękojeści dla higieny i lepszego uchwytu, - solidny metalowy wtyk dla niezawodnego podłączenia światła.							
			RAZEM					

Pakiet 19 - Młotki neurologiczne Bucka

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- rękojeść chromowano-	szt.	4					

	platerowana, - igła i pędzelek							
			RAZEM					

Pakiet 20 - Anoskop – zestaw do rektoskopii

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Główka proktologiczna światłowodowa wyposażona w odchylaną lupę 1,5 x powiększenia. Rękojeść z 6 V żarówką ksenonową zasilaną z transformatora ściennego, wyposażoną w dodatkowy wyłącznik. Gruszka insuflacyjna. Watotrzymacz. Tubusy anoskopowe 85 mm min. 25 sztuk.	szt.	1					

	Tubusy proktoskopowe 130 mm min. 25 sztuk.							
			RAZEM					

Pakiet 21 - Szyna Brauna

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szyna Brauna: - pokrowiec nieprzemakalny, - wykonana z pianki poliuretanowej spienionej, - wgłębienie ułatwiające utrzymanie kończyny w unieruchomieniu	szt.	2					
			RAZEM					

Pakiet 22 - Ciśnieniomierz manualny

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
------	------	------	-------	---------------	-------	------------------	-------------------	-----------

1.	Ciśnieniomierz manualny: - obsługiwany w pełni manualnie, - obudowa wykonana z materiału wytrzymałego na uszkodzenie mechaniczne, - manometr przytwierdzony do rękawa, - pompka na osobnym przewodzie miękka i łatwa w użyciu. Dane techniczne: - w skład zestawu wchodzi: manometr , gruszka z zaworem wlotu, mankiet, zawór zwalniający, - średnica zegara: 54 mm,	szt.	13						
----	--	------	----	--	--	--	--	--	--

	- zakres: 0-300 mmHg, - podziałka co 2 mmHg, - błąd odczytu +/- 1 mmHg, - dokładność pomiaru +/- 3 mmHg, - temperatura pracy: 10-40 st. C, - wilgotność: 15 – 90 %,							
			RAZEM					

Pakiet 23 - Inhalator dyszowy

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Obudowa wykonana z materiału który można czyścić środkiem dezynfekcyjnym.	szt.	8					

Sprężarka wyposażona w filtr powietrza. Konstrukcja nebulizatora zabezpieczająca przed wylaniem leku. Akcesoria typu Sidestream-nebulizator + wąż doprowadzający + ustnik w kształcie fajki w komplecie. Dostosowane do podawania różnych leków. Akcesoria standardowe pasujące do różnych typów inhalatorów. Polskojęzyczna instrukcja stosowania powinna zawierać: charakterystykę, zastosowanie, dane techniczne, opis konstrukcji, zasady obsługi i montażu z opisanym schematem, zasady bezpieczeństwa użytkowania, kryteria oceny poprawności działania wraz z ostrzeżeniami dla							
--	--	--	--	--	--	--	--

	użytkownika (wskazanie sytuacji, w których może dojść do uszkodzenia sprzętu), opis prostych problemów, które mogą zaistnieć w przebiegu użytkowania urządzenia tj. problem- prawdopodobna przyczyna-rozwiązanie, dokładny opis czyszczenia, dezynfekcji, ewentualnej sterylizacji z podaniem nazwy dopuszczonych przez producenta środków stężenia i czasu działania oraz podaniem metody i zalecanych parametrów sterylizacji (rodzaj czynnika sterylizacyjnego, ciśnienie, temperatura, czas).							
			RAZEM					

Pakiet 24 - Negatoskop

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA	VAT %	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
------	------	------	-------	------	-------	---------	-------------------	-----------

				NETTO		NETTO		
1.	1.negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości 2. z szybkim zapłonem świetlówek 3.praca bez efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu) 4. płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej 5.emitujący światło dzienne (Day Light) 6.równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu 7.jednolity ekran 8.z łatwą wymianą źródeł światła 9. posiadający wymagane certyfikaty	szt.	5					

	10. zasilanie sieciowe							
	11. 4-klatkowy							
			RAZEM					

Pakiet 25 - Kardiomonitor

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Kardiomonitor z saturacją. Wymagania ogólne: - monitor przenośno-stacjonarny o masie nie przekraczającej 5 kg, wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia aparatu, - komunikacja w języku polskim, - wielorazowy czujnik saturacji, - przewód dołączenia mankietów z	szt.	6					

	monitorem, - kabel zasilania sieciowego, - możliwość regulacji głośności alarmów, - wyświetlane parametry: SpO2, częstotliwość pracy serca.							
			RAZEM					

Pakiet 26 –Słuchawki lekarskie

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Średnica membrany: 40 mm, waga 82 g., długość 60 cm., Podwójna głowica (większa i mniejsza średnica). Dwutonowe membrany.	szt.	6					

	RAZEM					
--	--------------	--	--	--	--	--

Pakiet 27 – Pompy infuzyjne

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- Prosta w obsłudze dwutorowa pompa infuzyjna - Szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 99.9 ml/h, regulowana co 0,1ml/h - Możliwość równoczesnego podawania płynów infuzyjnych (strzykawka 20 ml i 50 ml) z dwóch niezależnie działających torów - System zabezpieczający przed obturacją żyły (KVO - keep vein open)	szt.	10					

	• Alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria • Funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa 256 ml/h) • Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, umożliwiające kilkugodzinną pracę na dwóch torach. • Z możliwością mocowania na statywie • Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych do jej oczyszczania • Pompa posiadająca niezbędne atesty.							
			RAZEM					

Pakiet 28 –Zawór próżniowy z gniazdem typu AGA

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- reduktor próżniowy wykonany z materiałów odpornych na promieniowanie UV, zapewniających trwałość, odporność na wstrząsy i działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych standardowo w placówkach ochrony zdrowia - w z manometrem do ustawiania i odczytu siły ssania - z pokrętkiem regulacji siły ssania - łącze z próżnią „ na wtyk” - z opcją dodatkowego zaworu umożliwiającego szybkie włączenie/wyłączenie	szt.	32					

	ssania.							
			RAZEM					

Pakiet 29 – Rejestrator Holter EKG

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Rejestrator DMS-300-7 do systemu Suprema 10 + karta Flash 256 MB firmy Oxford: - możliwość odczytu zapisu przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Oxford zainstalowanego w Oddziale Kardiologicznym naszego szpitala.	szt.	1					
			RAZEM					

Pakiet 30 – Rejestrator Holter ciśnienia tętniczego krwi

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA	VAT %	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	----------------	---------------------------	------------------

				NETTO		NETTO		
1.	Rejestrator ciśnienia tętniczego : - rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z oprogramowaniem przeznaczonym do instalacji na komputerze użytkownika, - pomiar metodą oscylometryczną, - programowanie okresów pomiarowych, - programowanie częstości pomiarów, - zakres pomiarów 25 – 260 mmHg, - zakres pomiaru tętna 40 – 200 u/min, - dokładność + - 3	szt.	1					

	mm HG, - w zestawie 2 rozmiary mankietów, - oprogramowanie w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim, - dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obow. Przepisami, - rekomendacja Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, - urządzenie kompaktowe i ciche o rozmiarach ułatwiających współpracę z pacjentem, - łatwy sposób zakładania mankieta (samodzielnie), - łatwość utrzymania w czystości (możliwość							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	dezynfekcji i prania mankietów), - szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia (w miejscu).							
			RAZEM					

Pakiet 31 – Aparat do elektrochirurgii mono i bipolarnej

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	1. Aparat przeznaczony do zabiegów chirurgii onkologicznej. 2. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF 3. Częstotliwość pracy generatora 400kHz +/- 10% 4. Pobór mocy nie więcej niż 200W 5. Natężenie sygnału	szt.	1					

dźwiękowego alarmowego zgodnie z normą 60601-2-2 nie mniej niż 65 dBA 6.Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 7.Układ kontroli elektrody biernej. 8.Możliwość pracy z elektrodami jednorazowymi 9.Cięcie monopolarne z mocą max. do 120W - min. 2 tryby cięcia z różnym stopniem hemostazy 10.Koagulacja monopolarna z mocą min. 80W - min. 2 tryby koagulacji monopolarnej 10.Aparat z trzema gniazdami:								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

–gniazdo elektrody neutralnej –gniazdo monopolarne –gniazdo bipolarne –11. Aparat posiada możliwość pracy bipolarnej. Koagulacja bipolarna max. do 80W. 12.Regulacja mocy w zakresie do 20 W co 1 krok (co 1 W) , od 20 W do max. mocy co 5 W. 13.Wykrywanie nieprawidłowej pracy oraz sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wykrytych nieprawidłowości 14.Aparat mikroprocesorowy 15Aktywacja cięcia monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. 16Autotest po uruchomieniu							
--	--	--	--	--	--	--	--

17Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji monopolarnej i cięcia monopolarnego 18Możliwość współpracy z laparoskopem 19.Dwa wyjścia monopolarne: - wyjście-elektrody biernej - wyjście monopolarne (europejskie) – 3-PIN 20.Szkolenie personelu Wyposażenie dodatkowe: Pedał 2-przyciskowy Elektroda neutralna silikonowa z kablem 4m Uchwyt elektrody 4mm, 2 przyc., z kablem 4m Igła prosta, grubość 0,5mm Igła prosta, grubość							
---	--	--	--	--	--	--	--

	0,7mm							
	Pętla 5 mm							
	Szczypce proste 165mm, TIP A (2mm)							
	Kabel szczypiec bipolar. 3m, wtyk 2-bolc. 29mm							
	Kulka prosta 2mm							
	Kulka prosta 4mm							
			RAZEM					

Pakiet 32 – Dermatoskop

L.p.	OPIS	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Oświetlenie diodowe – 6 diod oświetlających. Możliwość wyłączenia połowy diod. Możliwość podłączenia aparatu cyfrowego (odpowiednie akcesoria). Regulacja ostrości +/-	szt.	1					

	6 D. Główka optyczna odłączana od rękojeści zasilającej. Rękojeść zasilana na dwie baterie. Płynna regulacja jasności. Możliwość rozbudowy do zasilania akumulatorowego. Płytką kontaktowa ze skalą milimetrową (10 mm) o średnicy 23 mm. Skrócone kompendium dermatoskopii. Możliwość użycia dodatkowej płytki kontaktowej dla miejsc trudnodostępnych (śr. 8 mm). Twarde etui.						
RAZEM							

Pakiet 33 – Zawór próżniowy z gniazdem typu AGA

L.p.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zawór próżniowy z gniazdem typu AGA	szt.	4					
			RAZEM					