

Wałbrzych 12.08.2009 r.

DZPZ-530-Zp/40/PN-32/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej – Zp/40/PN-32/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 5:

Czy Zamawiający oczekuje aby wysokiej klasy Elektrokardiograf posiadał drukarkę z papierem o szerokości 210 mm lub 216 mm? Takie rozwiązanie wpływa na znacznie lepsze zobrazowanie przebiegu EKG na wydruku. To rozwiązanie nie wpływa na cenę aparatu EKG, ale może być bardzo pożądana w wielu oddziałach szpitalnych.

Odp. Nie. Zalecany papier o wymiarach 112 x 25.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z wózkiem który posiada dwie półki: górną z zabezpieczeniami zapobiegającymi zsunięcia się sprzętu i dolną półkę na stałe zamocowaną?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z wózkiem bez krążków odbojowych?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z wózkiem o wymiarach 780 x 410 x 410 mm? Taki rozmiar wózka nie wpływa na jakość aparatu EKG natomiast ogranicza inne firmy do zaproponowania swojego produktu.

Odp. Tak. Wymagana czytelna, wyraźna i prosta w obsłudze klawiatura.

Pakiet nr 25:

Czy Zamawiający wymaga kardiomonitorów o przekątnej ekranu 12,1 cala ?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga 168 godzinnego zapisu trendów w formie tabelarycznej i graficznej dających pełen obraz historii monitorowanych parametrów życiowych pacjenta ?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor posiadał funkcję analizy 17 kategorii zaburzeń rytmu (arytmii) ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę o wymiarach wewnętrznych: dł. x szer. x wys. = 330 x 401 x 401 i o temperaturze pracy od 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do +70 st. C ?

Odp. Nie – dla wymiarów. Tak – zakres temperatury, ale jako temperatura możliwa do osiągnięcia wewnątrz komory, a nie otoczenia cieplarki.

Pakiet nr 3 Lampa zabiegowa bezcieniowa statywowa dwuogniskowa

Czy Zamawiający zechce uściślić wymagania dotyczące pakietu nr. 3: W nazwie pakietu podana jest lampa zabiegowa dwuogniskowa natomiast z opisu parametrów wymaganych wynika iż oczekiwana jest lampa jedno kopułowa. Ilu kopułową lampę zamawiający miał na myśli ?

Odp. Jednoogniskowa (jednoprojektorowa).

Pakiet nr 16: Lampa bezcieniowa sufitowa

Czy Zamawiający dopuści do postępowania profesjonalną lampę zabiegową bezcieniową sufitową, o parametrach podanych poniżej:

- Kopuła 1 reflektorowa
- Lampa sufitowa posiadająca pięć osi ruchomych pozwalających na usytuowanie kopuły na pożądanej wysokości oraz skierowanie promieni na pole zabiegowe.
- Regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwyty (po 2 uchwyty do każdej kopuły) w zakresie 8,5 ÷ 16 cm
- Średnica kopuły 280 mm
- Natężenie oświetlenia. 50 000lx mierzony z odległości 1 m (zgodnie z polskimi normami), który to parametr znacznie przekracza wymagany w siwz

Natężenie światła jest funkcją kwadratu odległości źródła światła od powierzchni.

Dlatego też:

$$E_{1m} = 0,6^2 E_{0,6m}$$

Gdzie: E_{1m} – natężenie oświetlenia- pomiar z odl. 1m

$E_{0,6m}$ – natężenie oświetlenia- pomiar z odl. 0,6 m

Korzystając z w.w zależności natężenia oświetlenia dla lampy proponowanej mierzonego z odległości 0,6 m wyniesie:

$$E_{0,6m} = \frac{E_{1m}}{0,36} = \frac{50 \text{ tys}}{0,36} = \mathbf{138\ 888 \text{ lux}}$$

- Żywotność żarówek 4000 h
- Układ zawieszenia umożliwiający regulację wysokości oraz obrót głowicy
- Masa lampy 15 kg

Odp. Tak, ale:

- kopuła 3 reflektorowa,

- lampa sufitowa posiadająca trzy osie ruchome reflektorowa (projektorowa).

Czy Zamawiający mógłby uściślić jakiego rodzaju jest strop w pomieszczeniu w którym ma być zainstalowana lampa sufitowa, czy istnieje w pomieszczeniu sufit podwieszany, jaka jest wysokość pomieszczenia gdzie ma być zainstalowana (od podłogi do stropu, od podłogi do sufitu podwieszanego), oraz czy jest poprowadzona instalacja elektryczna do miejsca na stropie gdzie ma być zainstalowana lampa.

Odp. Sufit podwieszany – nie. Wysokość – 3 m. Instalacja elektryczna jest poprowadzona. Strop żelbetowy. Płyty kanałowe o rozpiętości 6 m.

Czy Zamawiający mógłby uściślić jakiego rodzaju jest strop w pomieszczeniu w którym ma być zainstalowana lampa sufitowa, czy istnieje w pomieszczeniu sufit podwieszany, jaka jest wysokość pomieszczenia gdzie ma być zainstalowana (od podłogi do stropu, od podłogi do sufitu podwieszanego), oraz czy jest poprowadzona instalacja elektryczna do miejsca na stropie gdzie ma być zainstalowana lampa.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przepływowe urządzenie bakteriobójcze wykonane z paneli aluminiowych pokrytych lakierem nanoszonym metodą elektrostatyczną (lakier proszkowy) całkowicie odpornym na stosowane powszechnie środki do dezynfekcji.

Odp. Tak.

Projekt umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie § 6 ust. 3 „W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 96 godzin od daty zgłoszenia awarii, ponadto dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy do czasu jej usunięcia.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala