

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy:

- **sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych,**
- **stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych.**

Liczba pakietów – 31.

CPV : 33111710-1 (pakiety nr 1-30), 33158210-7 (pakiet nr 31).

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekty umów stanowią załączniki nr 3 do SIWZ

Wymagania w pakietach nr 1 – 30:

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji wszystkich rodzajów implantów i sprzętu medycznego (materiałów medycznych) do zabiegów endowaskularnych na terenie szpitala - w ilości 25 % asortymentu z pakietu.

Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów i sprzętu medycznego (materiałów medycznych) do zabiegów endowaskularnych.

Wymagania w pakiecie nr 31.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji stymulatorów na terenie szpitala.

Ilość stymulatorów w komisii – 10 sztuk.

Uzupełnianie komisji odbywać się będzie 1 raz w miesiącu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami).

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należyście (referencje)	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 a, 3 b do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej	na podstawie polisy
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 5.000,00 zł,
dla pakietu nr 2: 3.000,00 zł,
dla pakietu nr 3: 2.000,00 zł,
dla pakietu nr 4: 5.000,00 zł,
dla pakietu nr 5: 2.000,00 zł,
dla pakietu nr 6: 2.000,00 zł,
dla pakietu nr 7: 750,00 zł,
dla pakietu nr 8: 1.500,00 zł,
dla pakietu nr 9: 1.500,00 zł,
dla pakietu nr 10: 4.500,00 zł,
dla pakietu nr 11: 1.000,00 zł,
dla pakietu nr 12: 1.000,00 zł,
dla pakietu nr 13: 5.000,00 zł,
dla pakietu nr 14: 1.500,00 zł,
dla pakietu nr 15: 100,00 zł,
dla pakietu nr 16: 100,00 zł,
dla pakietu nr 17: 200,00 zł,
dla pakietu nr 18: 200,00 zł,
dla pakietu nr 19: 3.500,00 zł,
dla pakietu nr 20: 250,00 zł,
dla pakietu nr 21: 500,00 zł,
dla pakietu nr 22: 200,00 zł,
dla pakietu nr 23: 250,00 zł,

dla pakietu nr 24: 200,00 zł,
dla pakietu nr 25: 20,00 zł,
dla pakietu nr 26: 200,00 zł,
dla pakietu nr 27: 4.500,00 zł,
dla pakietu nr 28: 4.500,00 zł,
dla pakietu nr 29: 50,00 zł,
dla pakietu nr 30: 200,00 zł
dla pakietu nr 31: 4.000,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych:
- pakiety nr 1 – 30 – lek. med. Maciej Miś tel. (074) 6489634,
- pakiet nr 31 – dr n. med. Ryszard Serafin tel. (074) 6489905.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty (deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczające oferowane urządzenie medyczne (sprzęt medyczny) do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 a, 3 b do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o

	jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ
12.	Polisę lub inny dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **22.09.2009** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **22.09.2009** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

$$\frac{\text{Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej}}{\text{Cena najniższa pakietu x z oferty a}} \times 100 \text{ pkt.} = \frac{\text{ilość punktów dla pakietu x}}{\text{z oferty ocenianej o wyższej cenie}}$$

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **11.08.2009 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET NR 1

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe
- spirale odizolowane galwanicznie od popychacza
- system dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji odłączenia spirali
- możliwość repozycjonowania spirali
- zmienna średnica pierwszego zwoju spirali 0,010" lub 0,015"
- zróżnicowane kształty oraz stopnie sztywności:
 - 360 st. - kształt przestrzenny, rotujące wewnątrz tętniaka, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"-zapobiegającym rozerwaniu spirali
 - 3D - kształt koszyka
 - 2D - pierwszy zwój mniejszy o 1/4 od pozostałych, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"
 - helikalne: wersje sztywności: soft, ultra soft
- zróżnicowane średnice zwojów od 2mm do 24mm
- zróżnicowane długości od 1cm do 40cm

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 2

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości.
- system odłączania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odłączenia spirali – czas odłączenia 3 sekundy
- spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’
- spirale o różnych wymiarach średnic i długości

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 3

Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie

- spirale platynowe
- system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
- spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 “
- spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 4

Spirale embolizacyjne do tętniaków

Wymagane parametry techniczne:

- spirale platynowe oraz platynowe zawierające materiał PGA indukujący proliferację komórek w tętniaku
- maksymalny stopień upakowania spirali wewnątrz tętniaka, wysokie wartości stosunku długości do średnicy pętli spirali
- wszystkie spirale z mechanizmem "stretch resistant" - uniemożliwiający rozerwanie spirali
- spirale o różnej sztywności, zróżnicowanych kształtach (trój- i dwuwymiarowe)
- zróżnicowane średnice, zakres: 1,5mm-20mm oraz długość spiral, zakres: 1-50cm
- system odczepienia spiral w mechanizmie przegrzania połączenia między spiralą a przewodnikiem „ electrostatic heating - czas wyczepienia poniżej 5 sekund

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 5

Mikrocewniki do dostarczania spiral embolizacyjnych

- Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów

- Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
- Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017''
- Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm

-Dostępne 2 typy : regular , extra support

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 6

Mikrocewniki do dostarczania spiral

Wymagane parametry techniczne:

- cewnik zbrojony
- cewnik o atraumatycznej końcówce z możliwością kształtowania końcówki nad parą
- zróżnicowane światło mikrocewników 0,0165" , 0,017" , 0,019"
- platynowe markery dystalne umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral
- teflonowa powłoka wewnątrz cewnika
- zewnętrzna powłoka o właściwościach hydrofilnych
- zmienne ukształtowanie końcówki mikrocewnika: 45stopni, 90stopni, kształt: "J" "C" "S"

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 7

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone opłotem platynowym o długości 10cm lub 20cm
- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016"
- właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
- zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm
- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 8

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- mikroprowadniki ze stopu stali i tytanu
- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,010" , 0,014"
- właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
- zróżnicowana długość mikroprowadników: 182cm, 205cm, 300cm
- zróżnicowana sztywność mikroprowadników
- kształtowany koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
- zróżnicowana dystalna część cieniująca

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1 : 1

Wymagane parametry techniczne:

- zróżnicowana średnica 0,012" lub 0,014"
- zróżnicowana długość 200cm, 300cm
- rdzeń ze stali pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją
- właściwości hydrofilne części dystalnej
- zróżnicowana sztywność mikroprowadników

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 9

Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

-Prowadnik o budowie hybrydowej

- Prowadnik o średnicy 0,012'' w części dystalnej oraz 0,014 '' w części proksymalnej
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu
- Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm

Ilość: 75 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 10

Stenty intrakranialne do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy samorozprężalny
- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami
- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy proksymalnie/dystalnie 3F/2,8F, "over the wire"
- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
- "oczka" stentu pozwalające na przejście cewnika o średnicy 2F
- stent o minimalnej skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia
- platynowe markery na końcach stentu
- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 15mm do 30mm

Ilość: 20 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Stenty intrakranialne do leczenia zwężeń tętnic mózgowych

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy, samorozprężalny
- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami
- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy 3,5F
- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
- sten o min. skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia
- platynowe znaczniki na końcach stentu
- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 9mm do 20mm

Ilość: 10 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Balon do predylatacji

Wymagane parametry techniczne:

- balon wykonany w technice "over the wire"
- balon pokrywany silikonem
- dystalna część cewnika hydrofilnego o śr. 0,017", długość 90cm
- zróżnicowane średnice balonu od 1,5mm do 4,0mm oraz długości 9mm, 15mm, 20mm,
- ciśnienie 12atm

Ilość: 30 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 11

Stenty intrakranialne do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- stent nitinolowy, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu
- średnica stentu 4,5mm, zróżnicowane długości od 14mm do 37mm
- markery na obu końcach stentu widoczne w promieniach rtg
- "marker" pozycyjny na przewodniku pozwalający pozycjonować stent w stosunku do szyj i tętniaka
- stent kompatybilny z mikroprowadnikiem 0,021" zaopatrzonym w dwa markery w odcinku dystalnym w odległości 5cm, profil zewnętrzny mikrocewnika proksymalnie/dystalnie: 2,8F/2,3F
- system dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem 0,021 dołączanym wraz ze stentem

Ilość: 10 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 12

Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- cewniki zbrojone - opłot z podwójnego drutu ze stali medycznej
- zmienna sztywność segmentów cewnika
- długość od 90cm do 100cm
- zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,053", 6F/0,064", 7F/0,073", 8F/0,086, 9F/0,099"
- miękka atraumatyczna końcówka cieniująca w promieniach rtg
- zróżnicowane kształty końcówek: >9 typów

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 13

Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych

Wymagane parametry techniczne:

- zbrojone na całej długości
- sterowalne 1:1
- rozmiary 5F i 6F, światło wewnętrzne 5F-0,056 , 6F-0,070
- długości 90cm, 100cm
- końcówka atraumatyczna, elastyczna, cieniująca we fluoroskopii
- powleczone substancją poślizgową wewnątrz

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej

Wymagane parametry techniczne:

- średnica cewników 4F, 5F, światło cewników 0,035", 0,038"
- cewnik zbrojony drutem stalowym w proksymalnym odcinku, wolframem w części dystalnej celem dobrej wizualizacji w promieniach rtg
- zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki cewnika celem selektywnego cewnikowania naczyń

Ilość: 500 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 14

Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych

- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika
- Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
 - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘ ‘ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘ ‘ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm
 - część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘ ‘ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘ ‘ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm
- Cewnik o kształcie końcówki ; straight , MP1 , MP2

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 15

Sprzęt do wewnątrznacyniowego usuwania ciał obcych

Wymagane parametry techniczne:

- przestrzenna budowa o kształcie koszyka
- możliwość użycia w procedurach neurowaskularnych
- koszek cztero- lub sześćostrunowy
- maksymalne otwarcie od 6mm do 7,5mm

Ilość: 5 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 16

Sprzęt do wewnątrznaczyniowego usuwania ciał obcych

Wymagane parametry techniczne:

- dystalna budowa o kształcie pętli
- zróżnicowana średnica pętli od 2mm do 7mm
- zróżnicowana długość od 175cm do 200cm

Ilość: 5 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 17

Prowadniki obwodowe

Wymagane parametry techniczne:

- prowadniki pokryte substancją hydrofilną
- zróżnicowane długości prowadników 180cm, 260cm
- zróżnicowane średnice prowadników 0,18" , 0,25" , 0,35" , 0,38"
- zróżnicowane, giętkie 3cm długości końcówki: prosta, zagięta, kształt "J"

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 18

Prowadnik hydrofilny

Wymagane parametry techniczne:

- Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu
- Zakończenie proste lub zagięte 45^o, wersja o normalnej i zwiększonej sztywności
- Średnica 0,035", 0,038", długość 150, 180 oraz 260 cm

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 19

Balony do remodelingu wewnątrznaczyniowego

Wymagane parametry techniczne:

- cewnik balonowy o śr. 4mm lub 7mm i średnicy przejścia 2,3F lub 2,5F lub 3,5F
- zróżnicowane długości balonów: 4mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
- średnica balonu zależna od objętości wypełnienia
- cewnik długości 150cm
- balony o zróżnicowanym kształcie przestrzennym, po wypełnieniu dopasowujące się do światła naczynia zwłaszcza w obrębie podziału głównego pnia

Ilość: 50sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu

Wymagane parametry techniczne:

- wizualna skala podanej objętości preparatu
- dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu
- pojemność 1ml

Ilość: 40 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 20

Y - adapter

Wymagane parametry techniczne:

- zawierający jedną regulowaną zastawkę
- zawierający dwie regulowane zastawki
- możliwość przeprowadzenia sprzętu endowaskularnego od 0,008" do 0,123"

Ilość: 500 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 21

Zestaw " Introducer "

Wymagane parametry techniczne:

- introducer pokryty substancją hydrofilną
- zróżnicowane długości "koszulki" od 10cm do 90cm
- zróżnicowane światło "koszulki" od 4F do 10F
- zestaw z igłą jednoczęściową do nakłucia tętnicy

Ilość: 500 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 22

Zestaw do embolizacji materiałami embolizacyjnymi

Wymagane parametry techniczne:

Cewnik 3F do embolizacji superselektywnej

- cewnik o średnicy 3F/2,8F prox/dyst i świetle 0,027" wewnętrznym na całej długości
- cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proks. i drutem platynowym w części dyst.
- platynowe zakończenie
- pokrycie zewnętrzne hydrofilne na całej długości, wewnętrzne z PTFE
- długości 105cm, 115cm, 135cm

Cewnik 4F/5F do diagnostyki selektywnej

- cewnik o średnicy 4F/5F i świetle 0,035" oraz 0,038
- cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej
- zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki

Materiał embolizacyjny PVA sferyczny

- kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego o kształcie sferycznym; średnice od 150 do 1200 μ m
- brak agregacji w większe konglomeraty
- zdolność do kompresji - elastyczność
- widoczność we fluoroskopii, biokompatybilność
- dostarczane we fiolkach 1ml oraz 2ml w roztworze soli fizjologicznej

Ilość: 20sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 23

Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral pokrywanych hydrożelem

-system odczepiania elektromechaniczny –gwarantujący wizualną – zielona / czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 24

Wkład do strzykawki automatycznej

Ilość: 200 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 25

Klej tkankowy

Ilość: 20 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 26

Przedłużacz wysokociśnieniowy

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Przedłużacz niskociśnieniowy

Ilość: 100 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 27

Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji

Wymagane parametry techniczne:

- Prowadnik 0,014" o długości 180 oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką
- Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,
- Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na przewodniku,
- Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów
- Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczyń w zakresie od 3,5 do 5,5mm
- Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F
- Możliwość używania w krętych naczyniach – zgodnie z instrukcją obsługi producenta

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Stent samorozprężalny szyjny

Wymagane parametry techniczne:

- Stent dostosowany do naczyń szyjnych
- Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltom,
- System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014", monorail,
- Długość cewnika dostawczego 135cm
- Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F
- Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel.
- Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczyń i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna
- Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,
- Średnice: 5-9mm, długości: 30/40/50mm.

– Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów.

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Balon niskoprofilowy (do angioplastyki tętnic szyjnych)

Wymagane parametry techniczne:

- Cewnik balonowy niskoprofilowy w systemie monorail,
- Cewnik kompatybilny z przewodnikami 0,014” oraz 0,018”
- Długości cewnika 90 oraz 150cm
- Maksymalna średnica cewnika (prox/dyst) 3,1F do 5mm; 3,1/3,4F dla 5,5-7mm
- Rozmiary balonu 1,5-7,0mm, co 0,5mm,
- Długości balonu 1,5/2/3cm,
- Balon półpodatny – rozszerzalność >9%,
- Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm
- Profil wejścia w zmianę (crossing profile) <0,023”
- Kompatybilny z koszulkami: 4F do 5,0mm; 5F dla 5,5-7,0mm.
- Posiadający znak CE do stosowania w tętnicach szyjnych

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 28

Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

System neuroprotekcji

- System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu
- Minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F
- Prowadnik 0,035”
- Profil szafu dystalnego 5 F
- maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm
- kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F
- długość użytkowa 950 mm
- bardzo dobra manewrowalność

- system odporny na załamania i zagięcia

Ilość 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Stent szyjny

- stent Typu Slotted Tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału), materiał: Nitinol
- **stent o strukturze hybrydowej – zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej**
- stent typu Rapid Exchange , monorail
- stent o dużej elastyczności, szczególnie zalecany do stentowania krętych i wąskich naczyń
- stent o bardzo dużej pamięci kształtu,
- markery na obu końcach stentu doskonale widoczne w skopii
- przewodnik 0,014”
- długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm
- średnice cylindryczne: 7,0, 9,0, 11,0 mm oraz taperowane 6-9mm oraz 7-10mm
- długość systemu dostarczania 135cm
- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 5F

Ilość 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Cewnik balonowy szyjny

- przewodnik 0,018”
- ciśnienie RBP 15 – 17 bar, system monorail
- długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
- średnice balonu od 2,0 mm do 7,0 mm
- dwie długości systemu dostawczego 75cm i 135cm
- bardzo krótki czas inflacji i deflacji balonu - poniżej 5s
- **materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - FLEXITEX LP™**
- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 6 F (7 F dla średnic 6,50 – 7,00 mm)

- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu
- kontrolowana podatność balonu
- **zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP**
- bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego
- średnica szafu dystalnego 3,0 F – 3,5 F

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

Samorozprężalny

- stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol
- stent elastyczny nadający się do krętych i wąskich naczyń
- stent o bardzo dużej pamięci kształtu,
- bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwia dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie
- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu
- aktywna siła radialna utrzymująca pełne światło naczynia przy zagięciu
- przewodnik 0,035"
- **długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm**
- **średnice stentu od 6,0 do 12,0 mm**
- długości systemu dostawczego 80cm, 120cm

Ilość 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 29

Strzykawki nakręcane luer-lock 20ml, 10ml, 5ml, 2ml, 1ml

Ilość: 2000

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 30

Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po usunięciu introduktora naczyniowego

Ilość: 50 sztuk

Cena netto – 1 szt.

Producent -

PAKIET NR 31

Stymulatory VVIR (AAIR) – 200 sztuk

Parametry podstawowe (graniczne)

<i>Parametr</i>			<i>Wymagana wartość</i>
Częstość podstawowa	min		<= 40 ppm
	max		>= 150 ppm
Amplituda impulsu	min		<= 0,5 V
	max		>= 6,5 V
Szerokość impulsu	min		<= 0,3ms
	max		>= 1,0ms
Czułość	Przedsionek	min	<= 0,5 mV
		max	>= 4,0 mV
	Komora	min	<= 1,0 mV
		max	>= 6,5 mV
Okres refrakcji	min		<= 250 ms
	max		>= 400 ms
Histereza			Tak
Program nocny dostosowany do aktywności pacjenta			Tak
Polarność elektrod			Unipolarne i bipolarne
Przyłącze elektrod			IS-1
Testy diagnostyczne:			
- oznaczanie progu stymulacji			Tak
- pomiar stanu baterii i oporu elektrody			Tak
- wewnątrzsercowe EKG (IEGM)			Tak
- testy statystyczne np. Licznik zdarzeń, aktywność pacjenta itp.			Tak
Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację w komorze (impuls zabezpieczający)			Tak
Czas pracy stymulatora przy 100 stymulacji			Min. 8,0 lat

Elektroda – 200 sztuk

Parametry podstawowe:

<i>Parametr</i>		<i>Wymagana wartość</i>
Polarność		Unipolarna/Bipolarna
Mocowanie		Czynne
Długość\Grubość	Przedsionek	>= 52 cm\mniej niż 7F
	Komora	>= 58 cm\ mniej niż 7F
Końcówka elektrody uwalniająca steryd		Tak
Kształt – proste /”J” – do wyboru		

Kabel do pomiarów śródoperacyjnych - 40 sztuk

Introduktor rozrywalny 7 F – 200 sztuk

Cena netto – 1 szt. stymulatorazł, Producent

Cena netto – 1 szt. elektrodyzł, Producent

Cena netto – 1 szt. kablazł, Producent

Cena netto – 1 szt. introduktorazł, Producent

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawy:

- **sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych,**
- **stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych – Zp/42/PN-34/09.**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* ^{* płatnikiem} podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na – dostawy **sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych, stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych** -ogłoszonego

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji:

1) dla pakietu nr 1-30:

- **wszystkich rodzajów implantów i sprzętu medycznego (materiałów medycznych) do zabiegów endowaskularnych na terenie szpitala – w ilości 25 % asortymentu z pakietu.**

- **Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów i sprzętu medycznego**

(materiałów medycznych) do zabiegów endowaskularnych.

2) dla pakietu nr 31:

- **Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisu stymulatorów na terenie szpitala.**

- **ilość stymulatorów w komisie – 10 sztuk.**

- **uzupełnianie komisu odbywać się będzie 1 raz w miesiącu.**

3. Sprzęt znajdujący się w komisie, o którym mowa w ust. 2 stanowi własność Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać sprzęt znajdujący się w komisie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie **do 48 godzin** od daty złożenia zamówienia.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi **w języku polskim.**

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy.**

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego

2.Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3b do SIWZ – pakiety od nr 28 do nr 30.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego

z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4

wpisanym do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000046016 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

dr nauk med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez stawu biodrowego („krótki trzpień”), endoprotez cementowych stawu biodrowego, akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania fakoemulsyfikacji, cewników-głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), elektrod do stymulacji zewnętrznej serca dla Zamawiającego – ogłoszonego**

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty zł netto (słownie:) + podatek VAT w należnej wysokości.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala.

3. Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

5. Wykonawca na czas trwania umowy użycza odpowiedni napęd do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami (7 dni od daty podpisania umowy).

§ 4

1. Sprzęt medyczny, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt medyczny posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 36 miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie 24 godzin od daty przekazania zamówienia.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców sprzętu będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania instrumentarium do implantów.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w **języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania umowy stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z §5 umowy, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,
 - 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy, powiększonej o kwotę podatku VAT, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w ust.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego.

2.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY