

Wałbrzych 17.08.2009 r.

DZPZ-530-Zp/40/PN-32/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej – Zp/40/PN-32/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 13:

Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni o wymiarach zewnętrznych:

- szerokość 540 mm,
- głębokość 600 mm,
- wysokość 1460 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza myjni o w/w rozmiarach.

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość całkowitą urządzenia 1610 mm ?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie maszyny przez prąd trójfazowy 400 V?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuszcza uszczelnienie gumowe ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 5:

Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 12,5/25/50 mm/s ?

Odp. Tylko 25/50 mm/s.

Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparat EKG wyposażony w półkę, na której umieszcza się aparat oraz dwa koszyczki na akcesoria ?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparat bez krążków odbojowych ?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparat o wymiarach:

- wysokość wózka od podstawy do górnej półki – ok. 1 m,
- wysokość wysięgnika na kabel – ok. 40 cm,
- szerokość podstawy jezdnej wózka – ok. 52 cm,

- szerokość x długość półki na aparat – ok. 30 x 30 cm ?
Odp. Nie.

Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji foteli do podawania cytostatyków w pakiecie nr 2 z 14 dni wymaganych w SIWZ na 45 dni ? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę ?

Odp. Z uwagi na planowany termin otwarcia nowych oddziałów szpitalnych Zamawiający nie przedłuży terminu dostawy foteli.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z dwoma wymiennymi podglówkami umiejscowionymi w górnej części oparcia pleców mocowanymi na rzepach z możliwością dostosowania ich położenia do wzrostu pacjenta ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 22:

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz ze średnicą zegara 50 mm wyskalowany co 1 mmHg, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ ?

Odp. Tak.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala