

Wałbrzych 26.08.2009 r.

DZPZ-530-Zp/44/PN-36/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej – Zp/44/PN-36/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową statywową jedno kopułową:

- posiadającą ramię prostowodowe zapewniające ruch w pionie w zakresie 35 stopni w dół – **NIE**,
- o średnicy kopuły równej 300 mm – **TAK**,
- posiadającą stałą wielkości plamy świetlnej równą 14 cm – **NIE**,
- o wypromieniowanej energii $4\text{mW/m}^2\text{lx}$ – **NIE**,
- o współczynniku odwzorowania barw 88 – **NIE**,
- o żywotności żarówki 1000 h – **NIE**.

Pakiet nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową dwuramienną, 2 kopułową:

- o średnicy kopuły 510 mm – **NIE**,
- w której każda z kopuł jest niezależnie włączana z włącznika znajdującego się na ramieniu przy kopule – **TAK**,
- o całkowitym natężeniu napromieniowania przy maksymalnym natężeniu oświetlenia 455W/m^2 – **NIE**,
- o żywotności żarówki 100 h – **NIE**,
- posiadającą żarówkę halogenową 22,8 V o mocy 150 W – **NIE**.

Pakiet nr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie stojące o wymiarach 600x600x900 ?

Odp. **Nie**.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ładowane do góry, bez opcji automatycznego opróżniania po zamknięciu drzwi ?

Odp. **Nie**.

Czy Zamawiający dopuści myjnię z opcją 1 w pełni kompleksowego programu ?

Odp. **Pytanie sformułowane niezrozumiale dla Zamawiającego.**

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala