

Wałbrzych 27.08.2009 r.

DZPZ-530-Zp/44/PN-36/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na nowo otwarte oddziały: Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Psychiatrii Zamkniętej i Otwartej – Zp/44/PN-36/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1 Łoża laminarna

Proszę o informację czy w przypadku zaoferowania komory laminarnej z oświetleniem białym jarzeniowym o natężeniu 1200 lux, Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia komory w dodatkową lampę doświetlającą przestrzeń roboczą? Lampa o natężeniu światła 1200 lux w zupełności wystarcza do oświetlenia komory roboczej w sposób umożliwiający komfortową pracę użytkownika, a wyposażenie jej w dodatkową lampę doświetlającą niepotrzebnie podnosi koszty urządzenia.

Odp. Dopuszczamy.

Proszę o doprecyzowanie czy zapis „, opcjonalnie – lampa bakteriobójcza UV wbudowana na stałe” oznacza jedynie możliwość zainstalowania takiej lampy w komorze w przyszłości, czy też lampa ta ma zostać dostarczona wraz z dostawą komory laminarnej?

Odp. Możliwość montażu w przyszłości.

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego? Jeżeli tak, czy do oferty ma zostać dołączony certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000 dedykowany dla danego modelu komory?

Odp. Wskazany.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w 1 wentylator? Poziom hałasu takiej komory wynosi ≤ 53 dBa?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o poziomie hałasu ≤ 57 dBa?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z przeszklonymi ścianami bocznymi wykonanymi z bezpiecznego, hartowanego szkła nieprzepuszczalnego dla promieni UV?

Przeszklenie ścian bocznych dodatkowo zwiększa oświetlenie komory roboczej łoża laminarnej.

Odp. Dopuszczamy.

Czy w związku z faktem, że łoża laminarna nie jest urządzeniem typowo medycznym i nie są wydawane wymienione w arkuszu technicznym atesty dot. komór laminarnych (tj. Atesty: Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie), czy Zamawiający zrezygnuje z posiadania ww. atestów?

Informuję, że dla komór I klasy bezpieczeństwa wydawane są certyfikaty CE, natomiast w przypadku komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wydaje się certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000 dedykowany dla danego modelu komory.

Odp. Dopuszczamy.

Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łoża laminarnej z zasilaniem: 230V/50Hz?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z przestrzeni roboczą zamykaną manualnie za pomocą oddzielnego panelu, umożliwiającego szczelne zamknięcie łoża laminarnej?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga ochrony produktu, czyli badanego materiału i operatora podczas pracy z komorą laminarną?

Odp. Tak.

Czy komora laminarna musi być drugiej klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego?

Odp. Wskazane.

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z normą PN-EN 12469 mówiącej o drugiej klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, czyli ochronie produktu i operatora, komora musi posiadać zarówno filtr główny i wylotowy co najmniej klasy HEPA H 14?

Odp. Wskazane.

Czy potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN12469 musi być udokumentowane dołączeniem certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. (kopia za zgodność z oryginałem), dedykowaną do danego modelu komory laminarnej?

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast wymaganych atestów dołączenia kopii certyfikatu PN-EN 12 469 za zgodność z oryginałem, wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. (kopia za zgodność z oryginałem), dedykowaną do danego modelu komory laminarnej?

Wymagane atesty jak np. wydany przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie, nie jest wydawany ze względu na zmianę przepisów odnośnie bezpieczeństwa pracy i środowiska, po wejściu do Unii Europejskiej.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski” rozumiane jako: Usługi świadczone przez wykonawcę w ramach niniejszego postępowania, tzn.: montaż, instalacja, przeszkolenie personelu, serwis gwarancyjny muszą być wykonywane przez

odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych do tego pracowników wykonawcy. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć zaświadczenie producenta oferowanej komory laminarnej o udzieleniu autoryzacji na dostarczanie i serwisowanie w/w wyrobów na terenie Polski oraz o przeszkoleniu przez producenta pracowników serwisu wykonawcy. - Zgodnie z par 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga zaoferowanie komory laminarnej z blatem roboczym dzielonym na cztery części? Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie czystości blatu, jak na przykład: umieszczenie blatu w autoklawie. Zwiększa odporność mechaniczną blatu (uginanie pod ciężarem).

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymagając maksymalnej ochrony produktu, operatora i środowiska pracy, wymaga zastosowania dwóch wentylatorów obsługujących osobno filtr główny i wylotowy w komorze laminarnej? Rozwiązanie to pozwala na obniżenie zużycia energii o 60% w stosunku do zastosowania jednego wentylatora. W przypadku awarii wentylatora głównego, drugi wentylator utrzymuje podciśnienie w komorze, co gwarantuje utrzymanie czystości w komorze roboczej przez krótki okres czasu. Zastosowanie dwóch wentylatorów o mniejszych gabarytach pozwala na obniżenie poziomu hałasu pracy komory laminarnej.

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga komorę laminarną z pochyloną szybą przednią wyposażoną w funkcję manualnego opuszczania poniżej poziomu blatu roboczego w celu łatwego dostępu podczas czyszczenia do całej powierzchni szyby bez konieczności unoszenia do poziomu? Rozwiązanie to pozwala uniknąć systemu odchylania szyby do poziomu w celu jej umycia. Opuszczenie szyby roboczej poniżej blatu umożliwia czyszczenie szyby bez utraty jałowości komory.

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga, aby filtr główny zamontowany był pod kątem prostym do szyby przedniej, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej bariery laminarnej w komorze roboczej?

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający biorąc pod uwagę uzyskanie maksymalnie uporządkowanej strugi laminarnej cząstek powietrza w komorze roboczej, wymaga aby lampa UV była zamontowaną na stałe, umieszczona poza obszarem roboczym komory? Po przez umieszczenie lampy UV poza główną przestrzenią roboczą, nie zakłóca się przepływu laminarnego powietrza w komorze.

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga 2 gniazda elektryczne montowane na ścianie tylnej komory?

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga, aby wewnątrz obszaru pracy było malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi. Zapobiega to odbłaskom od lampy oświetleniowej, gwarantując taki sam poziom czystości i odporności na odczynniki

chemiczne jak przy zastosowaniu stali nierdzewnej? Rozwiązanie to gwarantuje, że nawet długotrwała praca w komorze nie powoduje zmęczenia oczu, co ma miejsce przy refleksach świetlnych od stali nierdzewnej.

Odp. Dopuszczamy.

Czy zamawiający wymaga natężenia oświetlenia w komorze roboczej co najmniej 1200 lux? Mniejsze natężenie światła nie gwarantuje optymalnego oświetlenia całej powierzchni roboczej w komorze laminarnej.

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga zastosowania wyświetlacza wyposażonego w piktogramowe znaki obsługi funkcji komory wraz z wyświetlanymi pisemnie parametrami pracy komory? Rozwiązanie to pozwala na bardzo prostą obsługę urządzenia bez konieczności wczytywania się w zawile komunikaty.

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga komorę o głębokości zewnętrznej 800mm, ze względu na transport tego urządzenia przez każde standardowe drzwi?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga komory o szerokości blatu roboczego 1200mm przy szerokości zewnętrznej 1300mm?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga komorę wyposażoną w główne filtry typu hepa?

Odp. Dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści komorę z panelem sterującym umiejscowiony w ergonomiczny sposób z prawej strony, pozwalający operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 lampę równoważną posiadającą następujące parametry:

Lampa zabiegowa, przejezdna pojedyncza na ruchomym statywie, wyposażona w kółka samonastawne i hamulce

Napięcie znamionowe: 115 V AC/230 V AC, 50/60 Hz

Moc znamionowa: 60 VA

Klasa ochrony: I

Urządzenie typu: B

Napięcie na wyjściu transformatora 13,2 V

Długość kabla zasilającego: 4 m

Waga: 15 kg

Układ elektryczny zgodny z: VDE/IEC

Kolor: RAL 9002

Zakres pracy: 60-140 cm

(odległość od pola zabiegowego)

Promień wychylenia	96 cm
Żarówka:	12 V, 50 W
Żywotność żarówki:	2000 h
Natężenie światła przy odległości 0,8 m:	45 000 Lux
Temperatura światła	4 200 K
Średnica oświetlanego pola ()	180 mm
Współczynnik oddawania barw Ra(1-8):	93
Wydajność światła	290 lm/W
Dostępność części zamiennych	min. 10 lat
Rok produkcji	2009
Odp. Zamawiający dopuszcza lampę posiadającą w/w parametry.	

Pakiet nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 lampę równoważną posiadającą następujące parametry:

Lampa zabiegowa jednoramienna mocowana do sufitu z oprawą 1-żarówkową przeznaczona do sali o wysokości 3,5m

Parametry lampy (kopuły):

Napięcie znamionowe:	115 V AC/230 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	60 VA
Klasa ochrony:	I
Urządzenie typu:	B
Napięcie na wyjściu transformatora	13,8 V
Długość kabla zasilającego:	4 m
Waga:	10 kg
Układ elektryczny zgodny z:	VDE/IEC
Kolor:	RAL 9002
Zakres pracy:	60-140 cm

(odległość od pola zabiegowego)

Promień wychylenia	180 cm
Żarówka:	12 V, 50 W
Żywotność żarówki:	2000 h
Natężenie światła przy odległości 0,8 m:	45 000 Lux
Temperatura światła	4 200 K
Średnica oświetlanego pola ()	180 mm
Współczynnik oddawania barw Ra(1-8):	93
Wydajność światła	290 lm/W
Dostępność części zamiennych	min. 10 lat
Rok produkcji	2009
Odp. Zamawiający dopuści lampę posiadającą w/w parametry.	

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala