

Wałbrzych 28.02.2008

DZPZ/16/02/AR/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów diagnostycznych i leżących w zakresie tętnic wieńcowych, stymulatorów do zabiegów implantacji serca, materiałów i sprzętu medycznego do neuroradiologii interwencyjnej – ZP/3/PN-2/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1 . Pyt. Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne o światło wewn. 0,047 „ dla 5F, 0,056” dla 6F ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferownia cewniki diagnostyczne posiadające światło wewnętrzne 0.047” dla 5F oraz 0.057” dla 6F?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2. Pyt. Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące dostępne w rozmiarach 6, 7, 8 F ?

Odp.Nie.

Pakiet nr 3. Pyt. Czy Zamawiający dopuści przewodnik hydrofilny, z rdzeniem wykonanym z nitinolu, zewnętrzna warstwa wykonana z poliuretanu ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 3. Pyt. Co Zamawiający miał na myśli pisząc „Zestaw do kanilulacji tętnicy”? Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej czy udowej czy oba w/w zestawy w jednym pakiecie, pozostałe parametry bez zmian ?.

Odp. Oba w/w zestawy w jednym pakiecie.

Pakiet nr 5. Pyt. Czy Zamawiający dopuści przewodniki do koronarografii o średnicach zewnętrznych w zakresie od 0,021” do 0,038”, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 7. Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferownia przewodników do koronarooplastyki o różnych typach sztywności minimum 3 typy?

Odp. Nie – z uwagi na niezachowany parametr graniczny dostępności min. 5 typów przewodników.

Pakiet nr 9. Pyt. Czy Zamawiający dopuści do oferowania stenty wieńcowe o budowie modularnej o długościach od 8,0 do 30,0 mm, grubości ściany stentu 0,091 mm oraz profilu przejścia 0,042" dla stentu o średnicy 3,0 mm ?

Odp. Nie – wymagamy stentów w rozmiarach ≥ 32 mm.

Pakiet nr 12. Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewników balonowych do predylatacji o ciśnieniu MBP równym 22 atm dla balonu o średnicy 1.5-2.75mm oraz ciśnieniu MBP 20atm dla balonu od 3.0-4.0mm oraz profilu zewnętrznym balonu równym 0.030" dla balonu 3.0mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 13. Pyt. Czy zamawiający dopuści cewnik balonowy do angioplastyki wieńcowej o średnicach od 2.0 do 5.0 mm ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 14. Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stentów wieńcowych klasycznych o parametrach:

- Skrócenie stentu podczas implantacji 1.7%,

- Stent dostępny w 6 następujących długościach: 8,13,18,23,28,33 mm w wymaganym przedziale od 8mm do min 32mm,

- średnicach stentu: 2.25,2.5,2.75, 3.0,3.5,

- Profil zewnętrzny dla stentu 3.0 równy 0.045mm,

- Grubość ściany stentu równa 0.0055", pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie z uwagi na niezrachowany parametr graniczny dostępności średnic stentów od 2.75 do 5.0 mm.

Pakiet nr 20. Pyt. Czy Zamawiający dopuści do oferowania stenty wieńcowe uwalniające lek będący pochodną leku Sirolimus, o długościach od 8,0 do 30,0 mm i średnicach od 2,25 do 4,0 mm ?

Odp. Nie – warunkiem jest dostępność do stentów > 30.0 mm długości i średnicy max. minimum 5.0 mm.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stentów wieńcowych uwalniających lek dostępny w 6 następujących długościach: 8,13,18,23,28,33 mm w wymaganym przedziale od 8mm do min 32mm oraz średnicach: 2.25,2.5,2.75, 3.0,3.5 ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 „Sprzęt do zabiegów PTCA w zakresie małych naczyń i trudnych zmian” pozycji 1 i stworzenie z niej odrębnego pakietu ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 11 „Stenty Cr-Co do dużych naczyń” stentu o grubości ściany 0,095 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 12 „Cewniki balonowe do predylatacji” cewnika balonowego dostępnego w 3 długościach dla średnicy 1,5 mm; 4 dla średnicy 2,0 mm; 3 dla 2,25 mm; 5 dla średnicy 2,50 mm; 4 dla średnicy 2,75 mm; 5 dla średnicy 3,0 mm; 4 dla średnicy 3,25 mm; 5 dla średnicy 3,50 mm; 4 dla średnicy 3,75 i 5 dla średnicy 4,00 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 13 „Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej” cewników balonowych o średnicach od 2,00 mm do 5,00 mm; ciśnieniu RBP 22 bar (21,71 atm) dla średnic 2,00 mm – 3,50 mm i 20 bar (19,74 atm) dla średnic 3,75 mm – 5,00 mm; entry profile 0,016”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 13 „Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej” cewników balonowych typu semi compliant o długości 10 – 40 mm; profilu zewnętrznym balonu 0,026” dla średnicy 3,00 mm; ciśnieniu RBP 14 bar (13,81 atm) dla średnic 1,25 – 2,50 mm, 18 bar (17,76 atm) dla średnic 2,75 – 3,00 mm, 17 bar (16,77 atm) dla średnic 3,25 – 4,00 mm oraz 16 bar (15,79 atm) dla średnicy 4,50 – 5,00 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie – pakiet dotyczy cewników balonowych non compliant.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Stenty wieńcowe klasyczne” stentów o średnicach od 2,50 mm do 4,0 mm; ciśnieniu RBP 16 bar (15,79 atm) dla średnic 2,50 – 3,00 mm, 15 bar (14,80 atm) dla średnicy 3,50 mm i 14 bar (13,81 atm) dla średnicy 4,00 mm; profilu zewnętrznym dla stentu 3,00 mm wynoszącym 0,043” (1,092 mm); grubości ściany stentu 0,0031” (0,080 mm) dla średnic 2,50 mm – 3,00 mm i 0,0037” (0,098 mm) dla średnic 3,50 – 4,00 mm, skróceniu stentu podczas implantacji poniżej 2%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający w stymulatorach dwujamowych DDDR wymaga histerezy w dwóch kanałach stymulatora ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 28 „Mikrocewniki do dostarczania spiral” mikrocewnika o świetle 0,023”, 0,025”, 0,027”; posiadającego złoty marker dystalny; dostępnego tylko w kształcie prostym z możliwością kształtowania końcówki; wewnętrznej powłoki z PTFE; pokrycie hydrofilne na powłoki zewnętrznej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 29 „Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych” mikroprowadnika nitinolowego o średnicach 0,012” i 0,016”; długości 180 cm; posiadającego 2 cm złoty marker, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 36 „Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej” cewnika o świetle 0,041” dla rozmiarów 4 F i 5 F, zbrojonego

podwójnym splotem z nierdzewnej stali medycznej; doskonale widocznego w promieniach rtg dzięki cieniującej powłoce na całej długości, posiadającego 20 rodzajów krzywizn końcówki?
Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 24:

SPIRALE EMBOLIZACYJNE Z KONTROLĄ ODCZEPIENIA

- spirale ze stopu platynowego (Alloy) trwale połączone , lecz odizolowane hydrofilnym połączeniem gwintowym od przewodnika dostarczającego 200cm
- spirale zapewniające możliwość zmiany pozycji wewnątrz tętniaka , wyjmowania i ponownego wkładanie do worka tętniaka lub malformacji naczyniowej
- zapewniające leczenie tętniaków : małych 2-5mm , średnich 6-12mm , dużych 13-25mm , wielkie 26-35mm , super wielki 35mm +
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju : 0.010” , 0.011” , 0.014” , 0.015”
- spirale dostępne w konfiguracji różnych sztywności (standard , soft , ultra soft) kształtów i rozmiarów
- spirale o rozmiarach : średnice od 2mm do 20mm , długości od 2cm do 50cm

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 25:

SPIRALE EMBOLIZACYJNE Z KONTROLĄ ODCZEPIENIA

- spirale ze stopu platynowego (Alloy) trwale połączone , lecz odizolowane hydrofilnym połączeniem gwintowym od przewodnika dostarczającego 200cm
- spirale zapewniające możliwość zmiany pozycji wewnątrz tętniaka , wyjmowania i ponownego wkładanie do worka tętniaka lub malformacji naczyniowej
- zapewniające leczenie tętniaków : małych 2-5mm , średnich 6-12mm , dużych 13-25mm , wielkie 26-35mm , super wielki 35mm +
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju : 0.010” , 0.011” , 0.014” , 0.015”
- spirale dostępne w konfiguracji różnych sztywności (standard , soft , ultra soft) kształtów i rozmiarów
- spirale o rozmiarach : średnice od 2mm do 20mm , długości od 2cm do 50cm

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 26:

SPIRALE EMBOLIZACYJNE Z KONTROLĄ ODCZEPIENIA

- spirale ze stopu platynowego (Alloy) trwale połączone , lecz odizolowane hydrofilnym połączeniem gwintowym od przewodnika dostarczającego 200cm
- spirale zapewniające możliwość zmiany pozycji wewnątrz tętniaka , wyjmowania i ponownego wkładanie do worka tętniaka lub malformacji naczyniowej
- zapewniające leczenie tętniaków : małych 2-5mm , średnich 6-12mm , dużych 13-25mm , wielkie 26-35mm , super wielki 35mm +
- spirale o średnicy pierwotnego zwoju : 0.010” , 0.011” , 0.014” , 0.015”
- spirale dostępne w konfiguracji różnych sztywności (standard , soft , ultra soft) kształtów i rozmiarów
- spirale o rozmiarach : średnice od 2mm do 20mm , długości od 2cm do 50cm.

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 27 :
MIKROCEWNIKI NACZYNIOWE DO DOSTARCZANIA SPIRAL

- cewnik zbrojony
- polerowany i atraumatyczny , dystalny segment posiada możliwość kształtowania końcówki na parą wodną
- dwa platynowe znaczniki umożliwiające ustalenie pozycji i odłączenie spiral w wymaganym położeniu
- pokryty powierzchnią hydrofilną
- posiadający pięć stref lub trzy strefy sztywności zapewniający doskonałe manewrowanie w skrajnie krętych naczyniach
- różne typu cewników :
 1. Cewnik o średnicy zewnętrznej 2.5F o świetle cewnika 0.021” akceptujący przewód 0.018” , dostosowany również do podawania cząsteczek oraz Lipiodolu (posiada 5 stref sztywności , MIRAFLEX)
 2. Cewnik o średnicy zewnętrznej 2.7F proksymalnie , 2.4F dystalnie o świetle cewnika dystalnie 0.0195” akceptujący przewód 0.018” (posiadający 3 strefy sztywności , SURF 18)
 3. Cewnik o średnicy zewnętrznej 2.4F proksymalnie , 2.1F dystalnie o świetle cewnika dystalnie 0.016” akceptujący przewód 0.014” (posiadający 3 strefy sztywności , SURF 11).

Odp. Tak.

MIKROCEWNIKI INFUZYJNE O DUŻEJ ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ

- zbrojone lub niezbrojone cewniki przeznaczone do podawania cząsteczek embolizujących i Lipiodolu o szybkim przepływie i dużym świetle wewnętrznym
- posiadające różne strefy sztywności pozwalające na łatwe manewrowanie nawet w skrajnie krętym układzie naczyniowym
- różne typu cewników :
 1. Cewnik zbrojony o gwarancji utrzymania światła wewnętrznego nawet przy dużym wygięciu spowodowanym krętym ułożeniem w układzie naczyniowym , średnica zewnętrzna 3F proksymalnie , 2.8F dystalnie , światło zewnętrzne 0.028” akceptujące nawet największe cząsteczki o wielkości 900 mikronów , przewód do 0.025” , powierzchnia hydrofilna na zewnątrz a PTFE od strony wewnętrznej cewnika zapewniające doskonałe właściwości trakcyjne (EMBOCATH)
 2. Cewnik infuzyjny nie zbrojony , posiada możliwość kształtowania końcówki na parą wodną , średnica zewnętrzna 3.0F proksymalnie , 2.4F dystalnie , światło wewnętrzne 0.018” dystalnie , akceptuje przewód 0.016” ; posiada 3 strefy sztywności (MICROFERRET-18)
 3. Cewnik infuzyjny nie zbrojony , posiada możliwość kształtowania końcówki na parą wodną , średnica zewnętrzna 3.0F , światło wewnętrzne 0.021” dystalnie , akceptuje przewód 0.018” ; posiada 3 strefy sztywności
 4. (MICROFERRET-21).

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 dopuści do zaoferowania spirale embolizacyjne wykonane z paltyny, gdzie spirale soft i supersoft posiadają mechanizm „stretch resistant”, spirale o rozmiarach 3-18 mm i długościach 1-30 cm i pozostałych parametrach zgodnych ze siwz ?

Odp. Nie.

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kar za nieterminowe dostawy w przypadku zamówień bieżących do wysokości 0,2% wartości towaru **niedostarczonego** za każdy dzień zwłoki oraz o **odstąpienie od kar w dostawie przedmiotu zamówienia „na cito”**. Uważamy, że zaproponowane przez Szpital warunki powodują ogromną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w skali roku od niezapłaconych w terminie faktur). Stoi to w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.14, 139 ustawy PZP) oraz art. 3531 kc – tj. niezgodność umowy z zasadami współżycia społecznego.

Rażąco wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP wyrażoną w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych, obciążających Wykonawcę, prowadzą do ograniczenia konkurencji, eliminują bowiem, szeroki krąg wykonawców z możliwością ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Odp. Zamawiający w projekcie umowy w § 8 dodaje pkt. 2 o brzmieniu: **„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy–w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”**. Dotychczasowy pkt. 2 otrzymuje nr 3.

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy do 7 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy towaru do 7 dni.