

DZPZ-530-Zp/42/PN-34/09

Wałbrzych 09.09.2009 r.

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych, stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych – Zp/42/PN-34/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Prosimy o odpowiedź, wkłady do jakiej strzykawki automatycznej (nazwa aparatu, jego producent, pojemność wkładu) są przedmiotem postępowania w zakresie Pakietu nr 24.

Odp. Wstrzykiwacz Mark V Provis firmy Medard, pojemność 150 ml,

Pyt. Prosimy też o podanie dokładniejszego opisu (np. długość) przedłużaczy wysokociśnieniowych oraz przedłużaczy niskociśnieniowych (Pakiet nr 26).

Odp. Przedłużacz wysokociśnieniowy, długość 120 cm, maksymalne ciśnienie dopuszczalne – 8 MPa. Przedłużacz uniwersalny niskociśnieniowy, długość 120 cm.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala