

Wałbrzych 14.09.2009 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-34/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych, stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych – Zp/42/PN-34/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 18. Czy Zamawiający zaakceptuje przewodniki hydrofilne o jednej średnicy wewnętrznej 0,035”, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Akceptujemy.

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala