

Wałbrzych 14.09.2009 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-34/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzętu do zabiegów endowaskularnych w zakresie tętnic doczaszkowych i naczyń mózgowych, stymulatorów VVIR (AAIR), elektrod, introduktorów, kabli do pomiarów śródoperacyjnych – Zp/42/PN-34/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 31.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę aktywną „J” o średnicy 7,2 F – współpracującą z introducerem 8 F? Różni się o 0,02F od wymaganej średnicy elektrody ?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z możliwością zaprogramowania godzin, w których program nocny jest aktywny. Częstość stymulacji nocnej dostosowana zostaje przez stymulator automatycznie do wartości zaprogramowanej?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający uzna stymulatory z funkcją automatycznego monitorowania komorowego progu stymulacji , automatycznie dostosowujących amplitudę i szerokość impulsu w celu zachowania skutecznej stymulacji, z uwzględnieniem programowalnego (co najmniej) dwukrotnego marginesu bezpieczeństwa ?

Odp. Tak.

Projekt umowy.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw do 72 h i ustali komis do 5 szt. lub zrezygnuje z komis na rzecz dostaw gwarantowanych w 48 h ?

Odp. Tak – wydłużamy termin dostawy do 72 h i ustalamy komis do 5 szt.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala