

Wałbrzych 29.09.2009 r.

DZPZ-530-Zp/58/PN-41/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu operacyjnego i aspiratora ultradźwiękowego dla Oddziału Neurochirurgii – Zp/58/PN-41/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1

1. Czy obiektyw ze zmienną ogniskową może być do 510 mm ?

Odp. Tak. Zmienna ogniskowa może być do 510 mm.

2. Czy okulary szerokokątne mogą mieć oznaczenie 10x, 21B ?

Odp. Okulary mogą odpowiadać parametrom podanym w zapytaniu.

3. Czy statyw podłogowy może mieć kolumnę bez zmotoryzowanej regulacji wysokości ale za to ze zwiększonym zakresem ruchu w pionie ramienia mikroskopu do 720 mm ?

Odp. Ruchomość kolumny opisana w zapytaniu odpowiada w całości naszym potrzebom.

4. Czy mikroskop może być wyposażony w oświetlacz ksenonowy 300 W z zapasowym modułem ksenonowym 300 W ?

Odp. Oświetlacz ksenonowy opisany w zapytaniu odpowiada naszym potrzebom.

5. Czy Zamawiający wymaga toru wizyjnego do mikroskopu składającego się z: kamery wizyjnej, monitora LCD min. 15”, nagrywarki DVD z twardym dyskiem min. 250 GB ?

Odp. Opisane parametry toru wizyjnego odpowiadają naszym potrzebom.

6. Czy Zamawiający wymaga asysty „face to face” do operacji kręgosłupa ?

Odp. W mikroskopie niezbędna jest asysta „face to face”.

7. Czy zamawiający wymaga dostarczenia zestawu rozruchowego folii operacyjnych w ilości 50 sztuk ?

Odp. Opisywana liczba 50 kompletów pokrowców jest wystarczająca.

8. Czy dostarczenie przedmiotu zamówienia może być w terminie 42 dni od podpisania umowy ?

Odp. Zamawiający wydłuża termin dostawy do 40 dni.

9. Czy Zamawiający ze względu na złożoną konfigurację przedmiotu zamówienia zrezygnuje z wymogu testowania systemu przed podpisaniem umowy lub dopuści testowanie przez okres 7 dni mikroskopu o zbliżonych parametrach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z testowania urządzenia.