

Wałbrzych 14.10.2009 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego i komory laminarnej – Zp/60/PN-43/09

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ w pakiecie nr 1
- neurochirurgiczny mikroskop operacyjny – poprzez dodanie **monitora** o n/w parametrach:

MONITOR:

- matryca kolorowa TFT o przekątnej co najmniej 26 cali w formacie 16:10,
- jakość co najmniej 250 cd/cm², kontrast co najmniej 800:1,
- rozdzielczość co najmniej 2560 x 1600,
- 16 bitowe przetwarzanie informacji o kolorze,
- 12 bitowa korekcja krzywej gamma,
- czas reakcji matrycy: czerń-biel-czerń: 15 ms szary-do-szarego:10ms,
- kąty widzenia w poziomie i w pionie co najmniej 170stopni, 170stopni przy współczynniku kontrastu co najmniej 10:1,
- ekran obrotowy do 90 stopni w pionie.

W związku z powyższym nowy termin składania ofert przypada na dzień **23.10.2009 r.** na godz. **10.00** , termin otwarcia ofert przypada na dzień **23.10.2009 r.** na godz. **10.15**.

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala