

Wałbrzych 20.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-42/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego - Zp/59/PN-42/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 kardiomonitor stacjonarno-przenośny 6 szt.:
- poz. I 5 – prosta intuicyjna obsługa przez przyciski szybkiego dostępu oraz pokrętło nawigacyjne,
 - poz. I 6 – zasilanie sieciowe 110-240V 50/60 Hz,
 - poz. II 5 – wzmocnienie sygnału EKG regulowane AUTO 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0,
 - poz. II 8 – sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu RA-LL, RA-LA, RL-LA, RL-LL,
 - poz. III 12 – kontrola bezdechu 10s, 20s, 40s, 60s ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o dużym ognisku maksymalnie 1,5 mm? Jest to tylko 0,1 mm więcej niż warunek graniczny.

Odp. Nie dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem ramienia w pionie min. 40 cm?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością SID min. 95 cm?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez funkcji „wirtualnej kolimacji”?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające najniższą wysokość promienia poziomego na poziomie 75 cm ? Pragniemy zaznaczyć iż 2 cm różnicy nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonalności aparatu, a pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę.

Odp. Tak.

Pkt. I.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o częstotliwości przetwornicy generatora 50 kHz ?

Pkt. I.3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o mocy generatora 2 kW?

Pkt. I.7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z lampą o jednym ognisku 0,6 mm ?

Pkt. I.11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z lampą rtg o pojemności cieplnej głowicy 680 kHU, lecz o znacznie większej niż wymagana pojemności cieplnej lampy ?

Pkt. II.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z angulacją +300°/- 120°?

Pkt. II.6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o ruchu pionowym 45 cm wspomaganym mechanicznie ?

Pkt. II.9]

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o odległości SID 90 cm ?

Pkt. III.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z 2 formatami wzmacniacza obrazu ?

Pkt. IV.3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system cyfrowego obrazowania o głębokości akwizycji 10 bit ?

Pkt. IV.8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości wyświetlania mozaiki na monitorze?

Pkt. IV.9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez redukcji szumów w czasie rzeczywistym ?

Pkt. IV.10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg bez możliwości wyostrzania krawędzi w czasie rzeczywistym ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 9

II. System dystrybucji gazów, punkty 1 i 2

Czy Zamawiający celem dopuszczenia poza firmą Draeger innych Wykonawców zaakceptuje precyzyjne podświetlane podwójne mechaniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i precyzyjne do powietrza zapewniające pracę przy niskich i minimalnych przepływach z mechanicznym zabezpieczeniem przed podaniem pacjentowi mieszaniny hipoksemicznej AHD na bezpiecznym dla pacjenta poziomie minimum 25 % tlenu, bez zapamiętywania i eksportu danych dotyczących przepływów gazów ?

IV. Respirator anastetyczny

Czy Zamawiający celem dopuszczenia poza firmą Draeger innych Wykonawców zaakceptuje napęd respiratora pneumatyczny lub elektryczny ?

VI. Monitor pacjenta, B EKG, punkt 6

Czy Zamawiający celem dopuszczenia poza firmą Draeger innych Wykonawców zaakceptuje pojedynczy standardowy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z równoległe lub szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod ?

C. Oddech, punkt 2

Czy Zamawiający celem dopuszczenia poza firmą Draeger innych Wykonawców zaakceptuje pomiar oddechu z EKG szczytami płuc ?

I. Monitor zwiótkowania mięśni – możliwość rozbudowy, punkt 1

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość rozbudowy o pomiar mięśni NMT za pomocą oddzielnego monitora, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji nerwu z jednoczesną możliwością podania blokady i może być stosowany przy każdym stanowisku anestetycznym ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o przesuwie regulowanym w zakresie 5/10/25/50 mm/s ?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości wykonania testu przewodnictwa przewodu pacjenta ? Aparat posiada sygnalizację braku lub słabej jakości kontaktu wystarczającą do oceny sprawności kabla.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez sygnalizacji dźwiękowej rytmu serca?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w monochromatyczny podświetlany wyświetlacz LCD 3,9" pozwalający na jednoczesny podgląd 12 odprowadzeń EKG ?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o wadze 3,3 kg wraz z akumulatorem?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w pamięć 60 ostatnio wykonanych badań EKG ? Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci a także wyposażenia w opcję komunikacji z komputerem w celu archiwizacji dowolnej ilości badań na dysku twardym?

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG o przetworniku analogowo-cyfrowym min. 20 bitów ? Jakość przetwornika wpływa znacząco na dokładność prezentacji rejestrowanego sygnału EKG.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści alternatywną budowę materaca stosowaną w materacach do leczenia IV i V stopnia odleżyn, a umożliwiającą wymianę pojedynczych komór ?

Materace o takiej budowie na równi z materacami monolitycznymi skutecznie zapobiegają stykaniu się ciała pacjenta z podłożem, a ich budowa zabezpiecza przed rozsuwaniem się komór. W innym przypadku materace te nie zostałyby dopuszczone do obrotu.

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązania w budowie i pracy materaca polegające na zastosowaniu komór eliptycznych i możliwości statycznej funkcji pracy, które to gwarantują skuteczne rozłożenie sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta?

Zastosowanie materaca o długości komór w części zmiennociśnieniowej min. 10 % większej od jego szerokości nie jest jedynym znanym sposobem rozwiązania problemu rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta. Obecnie zastosowanie mają nowe rozwiązania technologiczne (między innymi opisane powyżej)

Czy Zamawiający wymaga by sprzęt był wyprodukowany w 2009 r.?

Odp. Tak jak w SIWZ.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***