

Wałbrzych 26.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-42/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego - Zp/59/PN-42/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 10 – respiratory:

1. do pkt.II/7 -Czy zechcą Państwo zrezygnować z wymogu westchnień automatycznych, które mogą stanowić w pewnych sytuacjach zagrożenie dla pacjenta i dlatego niektórzy producenci wycofali się w respiratorach z tej funkcji?
2. Do pkt. III/2 - Czy Zamawiający zechce zaakceptować respirator przeznaczony dla dzieci i dorosłych, w którym zakres objętości pojedynczego oddechu wynosi 100-2000ml, zamiast wymaganych 50-1800ml?
3. Do pkt. III/8 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przepływowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta jeśli jego zakresie wynosi 0-100% przepływu bazowego?
4. Do pkt.V/2 Czy mogą Państwo zrezygnować z wymogu alarmu objętości pojedynczego oddechu, który może powodować nadmierną częstość włączania, na rzecz alarmu objętości minutowej, która jest uaktualnia zawsze po kilku oddechach i w powiązaniu z innymi alarmami w pełni gwarantuje skuteczność wykrywania sytuacji alarmowych?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak