

Wałbrzych 28.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-44/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością – 10 szt., leżanek do ćwiczeń z elektryczną regulacją – 2 szt., cykloergometru rehabilitacyjnego z możliwością pomiaru tętna – 1 szt. – Zp/61/PN-44/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 63-86 cm?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół z blokadą kół oddzielną dla przodu i tyłu stołu?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla chorych, w którym regulacja przechyłów wzdłuż wspomagana jest siłownikami elektrycznymi uruchamianymi z panelu centralnego, znajdującego się w części nożnej łóżka? Regulacja przechyłami wzdłużnymi odbywająca się z pilota przewodowego jest niebezpieczna dla pacjenta, który samemu korzystając z tej funkcji może ześlizgnąć się z łóżka do przodu, a zwłaszcza do tyłu.

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „segment nóg może być ustawiony i zablokowany w pozycji poziomej za pomocą dwóch ręcznych blokad”? Jak należy rozumieć ten zapis?

Odp. Rodzaj blokady nie jest istotny

Pytanie 5, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla chorych o parametrach zewnętrznych: długość 2140 mm i szerokość 950 mm oraz wymiary leża: długość 2000 mm i szerokość 900 mm?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla chorych z zakresem regulacji wysokości 430-810 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od oczekiwanego?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla chorych z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°, co jest parametrem nieznacznie lepszym od oczekiwanego?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 28 dni?

Odp. Nie. Z uwagi na konieczność rozliczenia w terminie do 15 grudnia 2009 r. środków finansowych (na zakup łóżek i sprzętu medycznego z powyższego przetargu), przyznanych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy.

Pytanie 9, dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumentów w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym „za zgodnością z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wykonane są z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, podstawa łóżka osłoną tworzywową a konstrukcja oparta na dwóch aluminiowych kolumnach cylindrycznych?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu 1

Czy w związku z chęcią zaoferowania łóżek o konstrukcji bezramowej, Zamawiający dopuści łóżko bez list odbojowych na całym obszarze ramy a wyposażone w krążki odbojowe w pełni zabezpieczające łóżko zarówno z przodu, z tyłu jak i po bokach przed uderzeniami?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kółka wykonane z gumy nie brudzącej podłóg bez maskownicy w kolorze białym?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją wysokości w zakresie od 395 mm do 800 mm, który to parametr jest lepszy od opisanego?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywaną panelu centralnego?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu 1

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga, aby funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla

pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego? Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji Trendelenburga i anty –Trendelenburga w zakresie +/- 17 °?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu nóg w zakresie do 45° co jest parametrem lepszym od opisanego?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakietu 1

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka, Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji? Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści leżankę do ćwiczeń z elektryczną regulacją (typ Bobath) spełniającą wymagania Zamawiającego, ale z regulacją wysokości w zakresie 45-98 cm? Niewielka różnica w parametrach nie zmienia funkcjonalności leżanki.

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakietu 1 i pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy łóżek dla chorych oraz leżanek do ćwiczeń z elektryczną regulacją z 21 dni od daty podpisania umowy na 18 tygodni od dnia podpisania umowy? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu dostawy Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie. Z uwagi na konieczność rozliczenia w terminie do 15 grudnia 2009 r. środków finansowych (na zakup łóżek i sprzętu medycznego z powyższego przetargu), przyznanych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***