

Wałbrzych 28.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-44/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością – 10 szt., leżanek do ćwiczeń z elektryczną regulacją – 2 szt., cykloergometru rehabilitacyjnego z możliwością pomiaru tętna – 1 szt. – Zp/61/PN-44/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści leżankę z elektryczną regulacją wysokości leżyska w zakresie 55-90 zachowaniem pozostałych parametrów kozetki?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający może określić czy leżysko leżanki powinno być jedno czy dwuczęściowe?

Odp. Jednoczęściowe

Pytanie 3, dot. pakietu 1

Czy Kąt odchylenia pleców może być 70%, a nie 75%?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu 1

Czy regulacja wysokości leża może być 46 cm – 81 cm?, a nie od 40 – do 85 cm?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w materac w pokrowcu paro przepuszczalnym, ale nieprzepuszczalnym?

Odp. Łóżka powinny być wyposażone w materac w pokrowcu paro przepuszczalnym ale nie nieprzepuszczalnym.