

Wałbrzych 29.10.2009 r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-44/09

### **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością – 10 szt., leżanek do ćwiczeń z elektryczną regulacją – 2 szt., cykloergometru rehabilitacyjnego z możliwością pomiaru tętna – 1 szt. – Zp/61/PN-44/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością, którego segmenty leża wypełnione są panelami z tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji, przeziernego dla promieni RTG? Rozwiązanie to nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Tak**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji? rozwiązanie to nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Tak**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością bez listew odbojowych? Łóżko jest zabezpieczone kółkami odbojowymi we wszystkich narożnikach, dodatkowo poręcze boczne tworzywowe na elastycznym mocowaniu, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, stanowią zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami ścian.

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 4, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością bez obudowy (maskownicy) kół? Wymagana przez Zamawiającego zabudowa kół podstawy utrudni dezynfekcję oraz utrzymanie kół w czystości.

**Odp. Nie**

#### **Pytanie 5, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością o wymiarach: długość 2225 i szerokość 985 mm? parametry te nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie powodują pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Nie**

**Pytanie 6, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością w zakresie od 415 do 815 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Tak**

**Pytanie 7, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z barierkami bocznymi z możliwością ich składania przy użyciu jednej ręki.

**Odp. Tak**

**Pytanie 8, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z alarmem blokady hamulców? Rozwiązanie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania łóżka, zabezpiecza przed przypadkowym wyrwaniem przewodów z gniazda elektrycznego, czy upadkiem pacjenta.

**Odp. Nie**

**Pytanie 9, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością ze wskaźnikiem nachylenia leża? Rozwiązanie to znacznie poprawia funkcjonalność łóżka.

**Odp. Tak**

**Pytanie 10, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z funkcją autoregresji, czyli ruchem wsteczny oraz teleskopowy do góry oparcia pleców? Rozwiązanie to znacznie zwiększa komfort pobytu pacjenta na oddziale.

**Odp. Tak**

**Pytanie 11, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z regulacją oparcia pleców do 68°? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Tak**

**Pytanie 12, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z regulacją segmentu nóg do 36°? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.

**Odp. Tak**

**Pytanie 13, dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łóżko dla chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z materacem paro przepuszczalnym, nieprzemakalnym, przeciwoleżynowym, który będzie spełniał europejskie normy, łącznie z normami o niepalności i biokompatybilności?

**Odp. Dopuszcza**