

Wałbrzych 03.11.2009r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-42/09

Wykonawcy - wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego.
- Zp/59/PN-42/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: Pakietu nr 6 – Przewoźny aparatu RTG z ramieniem C do diagnostyki śródoperacyjnej z archiwizacją na DVD i celownikiem laserowym

Pkt. I.2

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o częstotliwości przetwornicy generatora 50 kHz ?

Odp. TAK

Pkt. I.11

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z lampą rtg o pojemności cieplnej głowicy 680 kHU, lecz o znacznie większej niż wymagana pojemności cieplnej lampy ?

Odp. TAK

Pkt. II.9

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o odległości SID 90 cm ?

Odp. TAK

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak