

Wałbrzych 09.11.2009 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-45/09/01

Wykonawcy - wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów 3szt., cykloergometru rehabilitacyjnego z możliwością pomiaru tętna 1sz.
- Zp/67/PN-45/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1. Dotyczy pakietu nr 1 – kardiomonitor stacjonarno-przenośny:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania modułu pomiaru saturacji, który będzie zapewniał wysoką dokładność pomiaru, t.j. przedział 100-80% +/- 2cyfry i przedział 80-60%+/-3 cyfry?

Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza

Pyt.2 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany monitor wyposażony był w moduł saturacji umożliwiający korzystanie z sensorów pulsoksymetrycznych kalibrowanych cyfrowo?

Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza

Pyt.3 Czy Zamawiający wymaga, aby moduł odpowiadający za pulsoksymetrię był wyposażony w „system inteligentnych alarmów” niwelujący alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji?

Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza. Dla ograniczenia liczby fałszywych alarmów Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor był wyposażony w funkcję synchronizacji pomiarów saturacji sygnałem EKG, zgodnie z wymogiem punktu IV. 6.

Pyt.4- Pakiet nr 1 kardiomonitor stacjonarno-przenośny:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 kardiomonitor stacjonarno-przenośny- 3szt:

- poz. I5 prosta intuicyjna obsługa przez przyciski szybkiego dostępu oraz pokrętło nawigacyjne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

- poz. I12 prosimy o sprecyzowanie zapisu „możliwość synchronizacji z defibrylatorem” :

Odpowiedź: Kardiomonitor musi być wyposażony w dedykowane złącze umożliwiające podłączenie defibrylatora w celu jego synchronizacji w trybie kardiowersji sygnałem EKG z kardiomonitora.

- poz. I 13 aktywacja funkcji monitorowania poprzez aktywację danego parametru monitorowanego w menu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

- poz. II 5 wzmocnienie sygnału EKG regulowane AUTO, 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0

Odpowiedź: TAK

- poz. VI prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Zapis ten wskazuje na określoną firmę, ogranicza ilość oferentów i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak