

Załącznik nr 1 do SIWZ**Pakiet nr 1****Wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej, z jedną półką górną ograniczoną relingami i 6 szufladami- 3szt-(SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	1. Wózek o wymiarach L – 500 mm, S – 400 mm, H – 950 mm. 2. Górny blat typu „taca” zagłębiony , z relingami z czterech stron zamontowanymi na wysokości 100 mm. 3. Pod górnym blatem, do dołu 6 szuflad o głębokości nie mniej niż 150 mm; brzegi szuflad gładkie, bezpieczne dla skóry rąk. 4. Szuflady pod blatem o wymiarach blatu, dwie górne przedzielone wewnątrz na pół. 5. W zestawie ze stolikiem 2 uchwyty do dużych worków wykonanych z rurki Ø16, zawieszonych na relingu 6. Podstawa pod dno worków na wysokości dolnej półki. 7. Wózek na czterech kółkach, w tym dwa z hamulcem	SZT.	3				

Pakiet nr 2**Stolik do pobierania krwi u małych dzieci- 1szt.- IP C**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. Szer. 90cm, gł. 70cm, wys. 87cm. Cztery kółka jezdne (w tym 2 z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się. Błat stolika prosty, bez ograniczeń, ze zdejmowanym materacykiem pokrytym dermą w kolorze zielonym.	SZT.	1				

Pakiet nr 3

Suszarki do basenów i kaczek- 6 kpl. (Oddz. Wewnętrzny I, Obserwacyjno-Zakaźny, Rehabilitacji, Pediatryczny, Neurologii Dziecięcej, SOR)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
poz.1	1. Listwy ścienne 2 szt. o wymiarach: - wysokość: 185 cm - szerokość: 3 cm - głębokość: 6 cm 2. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania suszarek –mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 55 cm, 110 cm, 131 cm. uwzględnione zostały przerwy pomiędzy suszarkami. Razem 4 pary haczyków = 8 szt. na dwóch listwach. Kolejność zawieszenia suszarek: - Nr 1 - na miski, - Nr 2 - na pokrywki, - Nr 3 - na kaczki, - Nr 4 - na baseny; Nr 1: Suszarka na <u>miski do mycia chorych</u> z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 35 cm - wysokość prętów w uchwycie na tackę-ociekacz pod dnem: 7 cm całkowita wysokość suszarki: 50 cm Nr 2: Suszarka na <u>pokrywki do basenów</u> z tacką-ociekaczem wody - 1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 1 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 25 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 25 cm - wysokość prętów w uchwycie na tackę-ociekacz pod dnem: 3 cm całkowita wysokość suszarki: 31 cm	kpl	5				

poz.2	Nr 3: Listwa z haczykami na <u>kaczki szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody-1szt.: • długość listwy: 90 cm • szerokość listwy: 5 cm • hak do zawieszania kaczek o szerokości: 1 cm i długości 1,5cm • skierowany z listwy ku górze pod kątem 35° do 40° • odstępy pomiędzy hakami: 10 cm • pod listwą wyjmowana tacka-ociekacz dostosowana do długości listwy, na pręcikach, z wgłębieniem, o wymiarach 90 cm x 10 cm. • całkowita wysokość listwy z ociekaczem: 10 cm Nr 4: Suszarka <u>na baseny szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody – 1 szt.: • szerokość suszarki: 90 cm • pomiędzy prętem pierwszym i drugim od strony prawej-odstęp 10 cm • pręty pionowe wyposażone u góry w dodatkowe pętle podtrzymujące basen w pozycji pionowo-ukośnej • następne odstępy prętów w suszarce w ścianie tylnej : 6 cm • dno suszarki wykonane z prętów w formie kraty o wymiarze 6cm x 6cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 30 cm • na całej szerokości z przodu suszarki poprzeczny pręt pomiędzy bocznymi ogranicznikami – 9 cm od dolnego końca ogranicznika, • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 15 cm • całkowita wysokość suszarki: 53 cm Uwaga! Haczyki na listwach maja być wykonane ze stali takiego gatunku jak listwy. Do oferty przetargowej Wykonawca dołącza projekt techniczny zamówienia. Uwaga! Szerokość suszarek jest obliczona na 5 basenów szpitalnych. Wymiary podane są w cm. 1. Listwy ściennie 2 szt. o wymiarach: • wysokość: 185 cm • szerokość: 3 cm • głębokość: 6 cm 2. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania suszarek –	kpl.	1				
---------------------	--	-------------	----------	--	--	--	--

	mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 55 cm, 110 cm, 131 cm. Uwzględnione zostały przerwy pomiędzy suszarkami. Razem 4 pary = 8 szt. na dwóch listwach. Kolejność zawieszania suszarek: - Nr 1 - na miski, - Nr 2 - na pokrywki, - Nr 3 - na kaczki, - Nr 4 - na baseny; Uchwyt na tacę-ociekacz po suszarką (każdą) umożliwiający wyjmowanie tacy od góry. Uwaga!! Proszę nie zmieniać kolejności zawieszania suszarek!!! Nr 1: Suszarka na <u>miski do mycia chorych</u> z tacą-ociekaczem wody -1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 35 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm - całkowita wysokość suszarki: 50 cm ----- ---- Nr 2: Suszarka na <u>pokrywki do basenów</u> z tacą-ociekaczem wody - 1 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 1 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 25 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 25 cm						
--	--	--	--	--	--	--	--

	- wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 3 cm - całkowita wysokość suszarki: 31 cm Nr 3: Listwa z haczykami na <u>kaczki szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody-1szt.: - długość listwy: 50 cm - szerokość listwy: 5 cm - hak do zawieszania kaczek o szerokości: 1,5 cm, <u>długości 10 cm.</u> - skierowany z listwy ku górze pod kątem 35° - 40° - odstęp między hakami: 10 cm - pod listwą wyjmowana tacka-ociekacz dostosowana do długości listwy, na pręcikach, z wgłębieniem, o wymiarach 90 cm x 10 cm. - całkowita wysokość listwy z ociekaczem: 10 cm Nr 4: Suszarka <u>na baseny szpitalne</u> z tacką-ociekaczem wody – 1 szt.: - szerokość suszarki: 50 cm - między prętem pierwszym i drugim od strony prawej-odstęp 10 cm, - pręty pionowe wyposażone w dodatkowe pętle podtrzymujące basen w pozycji pionowo-ukośnej. - następne odstęp prętów w suszarce w ścianie tylnej 6 cm, - dno suszarki wykonane z prętów w formie kraty o wymiarze: 6 cm x 6 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 30 cm - na całej szerokości z przodu poprzeczny pręt pomiędzy bocznymi ogranicznikami – 9 cm od dolnego końca ogranicznika, - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 15 cm - całkowita wysokość suszarki: 53 cm Uwaga! Haczyki na listwach należy wykonywać ze stali takiego gatunku						
--	---	--	--	--	--	--	--

	jak stosowana do listew, bo rdzewieją!!!Po każdym złożonym zamówieniu Wykonawca wykonuje projekt graficzny zamówienia i wysyła Zamawiającemu do zaakceptowania.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 4

Myjnia-dezynfektor do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek- 3szt. (Oddz. Obserwacyjno-Zakaźny, Neurochirurgiczny, Pulmonologiczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN 15883-1 i 3 posiadająca certyfikat CE z numerem notyfikacyjnym. Zasilanie elektryczne 230V, moc nie większa niż 3,5 kW. Przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku kanalizacyjnego. Urządzenie wiszące na ścianie, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500x 500 x1400mm. Uchwyty wewnętrzne na drzwiach dostosowane do polskich basenów i kaczek szpitalnych, wykonanych z plastiku. Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Pojemność komory mycia: 1 basen+1 kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem); minimum 3 programy mycia i dezynfekcji. Możliwość wyboru na panelu sterującym wymaganego programu. Dezynfekcja termiczna mytych przedmiotów. Automatyczne	SZT.	3				

	opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi. Załadunek od przodu urządzenia- drzwi uchylane do dołu. Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. Uszczelnienie labiryntowe drzwi, oczyszczane podczas procesu mycia. Mycie za pomocą dyszy rotacyjnej oraz dysz natryskowych. Blokada otwarcia drzwi podczas przebiegu procesu mycia i dezynfekcji oraz w przypadku zaniku wody lub zasilania elektrycznego. System schładzania naczyń sanitarnych po myciu- zdezynfekowaną wodą. Autodezynfekcja urządzenia- mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz. Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. Panel sterujący w języku polskim z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych procesów mycia i dezynfekcji. Wbudowana pompa dozująca środek odka mieniający. System kontroli dozowanego środka oraz zaworów podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem się wody zasilającej do instalacji.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 5**Wózek pod defibrylator - (Oddz. Intensywnej Terapii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek pod defibrylator ze stali nierdzewnej: wysokość 85cm. Błat: gumowany gładki, głębokość 38cm, szerokość 45cm, rączka z przodu, długość słupka 5cm, średnica rurki 2cm. Podstawa: głębokość 51cm, szerokość 50cm. Rozstaw osi kół: głębokość 44cm, szerokość 47cm. Koła duże min. 12cm, z hamulcem 2szt. Pod blatem szuflada o wysokości 25cm.	SZT.	1				

Pakiet nr 6**Stolik zabiegowy z materacem dla niemowląt- (Oddz. Pediatryczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik zabiegowy z materacem dla niemowląt. Szkielet ze stali nierdzewnej. Kółka jezdne z blokadą. Materac w pokrowcu na zamek z boku, paro przepuszczalny, wodoszczelny, zdejmowany. Wymiary: dł. 90cm, szer.	SZT.	1				

	60cm, wys. 100cm						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 7

Fotel do pobierania krwi- (Oddz. Neurologii Dziecięcej)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szkielety ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości siedzenia, bezszwowa tapicerka, trwała, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, po prawej i lewej stronie podpórki na ręce- z regulacją wysokości i ustawienia kąta.	SZT.	1				

Pakiet nr 8

Stelaż na odpady z pokrywą pojedynczy (Oddz. Rehabilitacji, Psychiatrii, SOR. Inten. Terapii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1	Stelaż na odpady. Rozmiary pokrywy 35 x 37cm. Szkielet ze stali nierdzewnej, kółka jezdne o średnicy 75mm w tym dwa z blokadą, oponki z materiału nie brudzącego podłoża; uchwyt na worek foliowy o poj. 120l z otwarciem pedałowym, wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Podstawa zabezpieczająca worki od spodu przed kontaktem z podłożem.	SZT.	12				
Poz 2	Stelaż na odpady. Rozmiary pokrywy 35	SZT	7				

	x 37cm. Szkielet ze stali nierdzewnej, kółka jezdne o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą, oponki z materiału nie brudzącego podłoża; uchwyt na worek foliowy o poj. 60 l z otwarciem pedałowym, wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Podstawa zabezpieczająca worki od spodu przed kontaktem z podłożem.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 9

Stelaż na odpady podwójny z pokrywą- 7szt. (Oddz. Rehabilitacji, Neurologii, Psychiatrii, Okulistyczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stelaż podwójny na odpady medyczne z uchwytami na worki foliowe. Rozmiary pokrywy 35 x 37cm. Pojemność worków 100-120l. Pokrywa podnoszona nożnie. Podstawa z kółkami o śr. 75mm z materiału nie brudzącego podłoża, dwa kółka z blokadą. Podstawa zabezpieczająca worki od spodu przed kontaktem z podłożem.	SZT.	7				

Pakiet nr 10**Szafka- (Blok op. A)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafka ze stali nierdzewnej, stojąca o dł. blatu 2.20cm składająca się z 3 szafek stojących: I- szafka stojąca o szer. 1m, gł. 50cm, wys. 80cm z trzema szufladami (szuflady w szafkach na prowadnicach na łożysku kulkowym, samo dociskowe); II- szafka o szer. 60cm, gł. 50cm, wys. 80cm z drzwiami podwójnymi otwieranymi skrzydłowo. Pod blatem szafki dodatkowo wysuwana półka. W szafce I półka w połowie montowana na stałe; III- szafka jak II, ale bez wysuwanego blatu. Całość szafek wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa szafek na regulowanych stópkach.	SZT.	1				

Pakiet nr 11**Podest jednostopniowy (Blok op.A)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Podest 1-stopniowy wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, stopień pokryty taśmą antypoślizgową, wyk. z materiału trudno ścierającego się, odpornego na wodę, oleje, promienie UV wymiary : szer.240mm, dł. 480mm, wys.220mm	SZT.	1				

Pakiet nr 12**Taboret obrotowy- (Blok op.A, SOR, AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej; taboret obrotowy , bez oparcia, wyposażony w siedzisko bez tapicerki; wysokość siedziska regulowana ręcznie; podstawa pięcioramienna, z kółkami Ø50mm, co najmniej dwa koła z blokada; oponki kół	SZT.	3				

Poz.2	wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; taboret bez obręczy pod nogi; siedzisko okrągłe o średnicy 350mm; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Taboret ze stali kwasoodpornej-tapicerowany. Tapicerka zmywalna, odporna na ścieranie i środki dezynfekcyjne. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej; taboret bez oparcia; wysokość siedziska regulowana pneumatycznie- ręcznie; podstawa pięcioramienna, z kółkami Ø50mm, co najmniej dwa koła z blokadą; oponki kół wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; taboret bez obręczy pod nogi; siedzisko okrągłe o średnicy 350mm; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	Szt.	3				
Poz.3	Taboret ze stali kwasoodpornej- bez tapicerki. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej; taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko bez tapicerki; wysokość siedziska regulowana pneumatycznie- ręcznie; podstawa pięcioramienna, z kółkami Ø50mm, co najmniej dwa koła z blokadą; oponki kół wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; taboret bez obręczy pod nogi;	Szt.	2				

	siedzisko okrągłe o średnicy 350mm; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 13

Wózek do przewożenia potraw- (Oddz. Rehabilitacji, Okulistyczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek ze stali nierdzewnej z jedną półką, pod blatem górnym umieszczoną w odległości 50cm od górnego blatu, nad górnym blatem z dwóch stron bocznych uchwyt do prowadzenia wózka, blat i półka z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się naczyń; wymiary wózka: 900 x 600 x 850mm. Kółka duże antystatyczne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża. Blat z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się naczyń.	SZT.	2				

Pakiet nr 14
Stojaki do kroplówek

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery uchwyty na pojemniki z płynami infuzyjnymi, wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2200mm; podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek Ø50mm, bez blokady; oponki kółek, wykonane z materiału, który nie brudzi podłogi; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	23szt.				

Pakiet nr 15**Stolik zabiegowy- (Oddz. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik zabiegowy: - długość - 750mm - szerokość - 450mm - wysokość - 850mm - cztery kółka jezdne (w tym 2 z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się) - trzy półki wyjmowane ze stali nierdzewnej	SZT.	1				

Pakiet nr 16**Wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej–(Oddz. Neurologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja wózka, blaty, szuflady, elementy wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na standardowe środki myjące i dezynfekujące stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Wymiary dł. 90cm, szer. 45cm, wys. 90cm. Cztery kółka jezdne (obrotowe) o śr. 100mm, dwa z	SZT.	1				

blokada, oponki z materiału nie brudzącego podłoża. Kółka umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem między łózkami szpitalnymi. Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami. Dwa blaty stałe (górny i dolna półka) z podniesionymi brzegami, zapobiegającymi zsuwaniu się sprzętu. Pod górnym blatem dodatkowy blat roboczy, wysuwany na rolkach. Pod blatami dwie szuflady na prowadnicach rolkowych, jedna pod drugą, górna o głębokości wewnętrznej 10cm, dolna 15cm. Szuflady z przegrodami dzielącymi: górna na cztery części, dolna na dwie części. Pod szufladami wolna przestrzeń a w dolnej części wózka półka z podniesionymi brzegami. Z prawej strony wózka uchwyt na konfiskator na zużyte igły i wenflony o pojemności 1,0l (obręcz z podstawą) oraz kosz na odpadki z możliwością zamocowania worka o poj. 30l. Z lewej strony wózka uchwyt do zamocowania worka na odpady medyczne o rozm. 60 x 50cm z kratą podpierającą worek, zabezpieczającą przed opadaniem na podłoże. Uchwyt do prowadzenia wózka						
--	--	--	--	--	--	--

	umieszczony z przodu wózka.						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 17

Wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej- (Oddz. Intensywnej Terapii Dziecięcej)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. Zaopatrzony w cztery kółka jezdne (w tym dwa z blokadą) o średnicy 75mm; trzypoziomowy, na każdym poziomie wyjmowana taca ze stali kwasopodobnej z zaokrąglonymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu; uchwyt do prowadzenia wózka, po przeciwnej stronie niż uchwyt na worek na odpady; z boku uchwyt z pokrywą na worek foliowy o wymiarach 50cm x 60cm, na dole z podpora na worek na odpady medyczne; wymiary wózka 965 x 425 x 905mm (dł. x szer. x wys.); pokrywa uchwyty na worek na odpady med. podnoszona nożnie.	SZT.	1				

Pakiet nr 18
Parawan

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stelaż ze stali nierdzewnej -wypełnienie z pleksy mlecznej (z możliwością dezynfekcji) -wymiały: wysokość – 1600 mm szerokość – 1200 mm szerokość podstawy-400 mm kółka antystatyczne, zwrotne, mocowanie z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, oponki z materiału, który nie brudzi podłoża.	SZT.	10				

Pakiet nr 19**Basen do mycia termosów transportowych- (Oddz. Psychiatryczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stół z basenem 2 komorowym ze stali nierdzewnej, wymiary dł. 1200mm, szerokość 600mm, głębokość komory 300mm, wysokość stołu 850mm.	SZT.	1				

Pakiet nr 20**Wózek inwalidzki- (Oddz. Psychiatryczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek inwalidzki -blokada kół dużych, -podpórki pod nogi regulowane z możliwością demontażu, -pas zabezpieczający na podudzia, -boczne oparcie wyjmowane, lub uchylane, -siedzisko z materiału łatwego do utrzymania w czystości, łatwo	SZT.	1				

	zmywalne, szerokość min. 49 cm, -rączki do prowadzenia wózka zaopatrzone w gumowe zabezpieczenia, -składany, -ogumienie kół pneumatyczne lub pełne, -powinien umożliwiać poruszanie się w pomieszczeniach i na zewnątrz, -szybkozłącze kół tylnych Stelaż wózka wykonany w całości ze stali nierdzewnej.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 21

Balkonik z regulowaną wysokością (Oddz. Psychiatryczny, Kardiologii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z regulacją wysokości podpory -regulacja wysokości podpory na przedramiona i uchwyty o metalowej konstrukcji - rozmiary: długość 50 cm, szerokość 40 cm, regulacja wysokości od 76 cm do 126 cm - nośność 130 kg. - uchwyt rąk z regulacją wysokości i kąta nachylenia - na czterech kółkach jezdnych,	SZT.	2				

	zwrotnych, tylne kółka z blokadą - podpora tapicerowana z materiału zmywalnego kolor do ustalenia.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 22

Wieszak do przewozu i przechowywania ubrań pacjentów- (Oddz. Psychiatryczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Materiał stal nierdzewna; 4 kółka o śr. 75mm; wysokość 1660mm, szerokość 1550mm, głębokość 595mm.	SZT.	1				

Pakiet nr 23**Wózek zabiegowy na leki i sprzęt do resuscytacji- (Oddz. Rehabilitacji, SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	- Wysokość 85 cm, - Szerokość 75 cm, - Głębokość 60 cm, - Materiał: stal nierdzewna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, - Błat górny z bocznymi ściankami o wys. 6 cm., na blacie nakładana płyta z tworzywa sztucznego, podzielona na przegrody, - Pod górnym blatem trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny, - Szerokość szuflad 45 cm., głębokość 60 cm., - Wysokość jednej szuflady 13 cm., wysokość dwóch pozostałych po 16 cm., - Podstawa najniższej szuflady przedłużona o półkę zajmującą pozostałą powierzchnię równą powierzchni górnego blatu. (szerokość 30cm, głębokość 60cm). - Z boku wózka po jednej stronie dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej, zdejmowane	SZT.	2				

	- Uchwyt na całej głębokości umieszczony po przeciwnej stronie niż miski umożliwiające zawieszenie worka na odpady, - Duże kółka z blokadą.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 24

Wózek do czystej pościeli- 2szt. (Oddz. Psychiatrii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek na czystą bieliznę. Stelaż ze stali nierdzewnej. Błat i półka ze stali nierdzewnej. Odległość półki od blatu 40cm. Wysokość wózka z kółkami 80cm Szerokość 50cm Długość 60cm Kółka o średnicy 8cm, samonastawne, w tym dwa z blokadą. Z przodu wózka uchwyt służący do przemieszczania.	SZT.	2				

Pakiet nr 25**Podest jednostopniowy i dwustopniowy (SOR, AiIT, Onkologia)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1	Podest 1-stopniowy wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, stopień pokryty taśmą antypoślizgową, wyk. z materiału trudno ścierającego się, odpornego na wodę, oleje, promienie UV wymiary : szer.300mm, dł. 500mm, wys.200mm	SZT.	16				
Poz.2	Podest 2-stopniowy. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. Na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20mm (poziomowanie); dwa stopnie; na powierzchni obu stopni paski antypoślizgowe; wszystkie metalowe krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	SZT.	1				

Pakiet nr 26**Stolik do pobierania krwi dla małych dzieci- 1szt. (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik ze stali nierdzewnej. Dł. 880mm, szer. 600mm, wys. 1000mm; cztery kółka jezdne (w tym 2 z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się); blat stolika pokryty materacykiem pokrytym dermą w kolorze- do uzgodnienia.	SZT.	1				

Pakiet nr 27**Suszarka nad zlewozmywak 1-komorowy do pomieszczenia gospodarczego- (SOR, AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej. Wymiary podane są w cm. 3. Listwy ścienne 2 szt. o wymiarach: - wysokość: 115 cm - szerokość: 3 cm - głębokość: 6 cm 4. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania 2 suszarek – mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na	kpl	2				

	wysokości: 3 cm, 65 cm Uwzględniona została 10 cm przerwa pomiędzy suszarkami. Razem 2 szt. suszarek na dwóch listwach. Kolejność zawieszania suszarek – obojętna Uchwyt na tacę-ociekacz po suszarką umożliwiający wyjmowanie tacy od góry. Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: • szerokość suszarki: 90 cm • odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 40 cm • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm • całkowita wysokość suszarki: 50 cm Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.: • szerokość suszarki: 90 cm • odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 3 cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 40 cm • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm • całkowita wysokość suszarki: 50 cm • Po każdym złożonym zamówieniu Wykonawca wykonuje projekt graficzny zamówienia i wysyła Zamawiającemu do zaakceptowania.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 28**Komplet suszarek na miski do mycia chorych z tacami- (AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wymiary podane są w cm. - Listwy ścienne 2 szt. o wymiarach: wysokość: 185 cm szerokość: 3 cm głębokość: 6 cm Uwaga!! Zamawiane są wyłącznie suszarki do misek do mycia chorych - jednakowe, w ilości - 3 szt. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania 3 szt. suszarek – mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 63 cm, 123 cm. Uwzględnione zostały przerwy pomiędzy suszarkami. Razem 3 pary haczyków = 6 szt. na dwóch listwach. Uchwyty na tace - ociekacze po suszarkami umożliwiające wyjmowanie tac od góry. Suszarka na <u>miski do mycia chorych</u> z tacką-ociekaczem wody - 3 szt.: - szerokość suszarki: 90 cm - odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm - wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm - głębokość dna: 35 cm - wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm - całkowita wysokość suszarki z uchwytem i tacką - ociekaczem: 50 cm Uwaga! Haczyki na listwach należy wykonywać ze stali takiego gatunku jak stosowana do listew, bo rdzewieją!!! Po każdym złożonym zamówieniu Wykonawca wykonuje projekt graficzny zamówienia i wysyła Zamawiającemu do zaakceptowania.	kpl	1				

Pakiet nr 29**Zabudowa stojąca z komorą (Hemodynamika)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zabudowa złożona z trzech szafek. Szafka z trzema szufladami, jedna głęboka i dwie płytkie, szuflady na prowadnicach teleskopowych o pełnym wysuwie. Szafka dwudrzwiowa pod komorę. Szafka jednodrzwiowa (lewa) z półką w środku z możliwością regulacji. Szafki na nóżkach 170mm z możliwością regulacji (wypoziomowania). Błat na szafki z fartuchem 40mm na tylnej ścianie pozostałe wgłębione. W blacie komora 600 x 400 x 250mm z syfonem brodzikowym, komora umieszczona 370mm od prawej strony (do krawędzi). Meble wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Fronty mebli z blachy podwójnej z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką. Wymiary całkowite zabudowy dł.1500 x gł.600 x wys.880mm	kpl	1				

Pakiet nr 30**Wózek mobilny z ramionami do zawieszania fartuchów RTG- 1szt**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek z 6 wieszakami na fartuchy ołowiowe. Wieszaki ze stali kwasoodpornej- z drutu o odpowiedniej sztywności. Uchwyt do prowadzenia wózka z rurki po lewej i prawej stronie. Wózek o wymiarach 600 x 530 x 1500mm. Wózek na czterech kółkach fi 80mm z tworzywa w tym dwa z blokadą (nie dopuszcza się widelca ze stali ocynkowanej). Podstawa wózka wykonana z profilu zamkniętego 50 x 30mm. Wózek wyposażony w zabezpieczenia na górnej belce. Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	SZT.	1				

Pakiet 31**Zlewozmywak dwukomorowy i jednokomorowy (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
Poz.1	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z obudową- na nóżkach ze stali nierdzewnej; komory na stałe wgłębione w blacie, odstęp między komorami- 4,0cm; obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem; tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm; dł. całk. 140,0cm, szer. całk. 60,0cm; dł.ociekacza- 50,0cm (ociekacz po stronie prawej lub lewej- do uzgodnienia). Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 40,0cm, gł. 25cm, obie komory jednakowe.	SZT.	1			
Poz.2	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z obudową- na nóżkach ze stali nierdzewnej. Komora na stałe wgłębiona w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem, tylna ścianka zachodząca na ścianę	SZT	1			

	pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm, długość całk. 140,0cm, szer.całk. 60,0cm, dł. ociekacza- 50,0cm (ociekacz po stronie prawej lub lewej- do uzgodnienia). Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 80,0cm, gł. 40cm. Odpływ wody na wysokości 30cm od podłogi.					
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 32**Wózek do transportu bielizny szpitalnej- (Oddz. Wewnętrzny I, AiIT, SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	• Wózek o wymiarach 920x505x1260 mm • Wózek ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 • Wózek mobilny na dużych kołach Ø100 mm w tym dwa z hamulcem. • Kółka z wysokoodpornego tworzywa z niebrudzącymi oponkami. • Przy kołach odbojniki . • Podstawa wózka wypełniona w formie prętów do opierania się pełnych worków • Wózek z uchwytami do prowadzenia z dwóch stron • Pokrywy wózka ze stali kwasoodpornej zdejmowane ręcznie • W komplecie 10 klipsów do mocowania worka oraz guma silikonowa na uchwytach worków. • Wymiar pokryw 415x415 mm z uchwytem c.	SZT.	4				

Pakiet nr 33**Kozetka do badań lekarskich, trójsekccyjna- 3szt. (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	• Leże miękkie, tapicerowane, zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor tapicerki zmywalnej do uzgodnienia • stelaż ze stali nierdzewnej • trójsekccyjna z regulacją zagłówka • wymiary standardowe: 1950xx650x700mm; • na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm, • możliwość wypoziomowania kozetki.	SZT.	3				

Pakiet nr 34**Wózek do rozkładania i rozwożenia leków doustnych- 1szt. (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	stal nierdzewna, -wysokość 80 cm, -szerokość 40 cm, -głębokość 30 cm, -3 półki, w tym 2 półki z pokratkowanymi polami w których ustawia się kieliszki z lekami, -na każdej z półek kratownica, z tworzywa z 30 polami , pod kratownicą umieszcza się karteczki z nazwiskiem pacjenta, nazwą i dawką leku, -dolna półka wysuwana na rolkach, 15 cm poniżej górnej półki, -konieczna możliwość łatwego zdjęcia tacy z podłoża w razie konieczności ręcznego rozniesienia leków -otwarta półka na wysokości 45 cm od podłogi, -metalowa miska o średnicy 20 cm na brudne kieliszki, umocowana na ruchomym uchwycie, -kółka średniej wielkości, umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem między łózkami w salach chorych, -z jednej strony uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka.	SZT.	1				

Pakiet nr 35**Wózek zabiegowy- 1szt. (AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony: w kółka 2 z blokadą, stojak do płynów infuzyjnych, ewentualnie wysuwany, dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przewożenie. W całości z 3 szufladami przelotowymi o szerokości 90cm. Wymiary: wys. 100cm, gł. 50-60cm, szer.90cm.	SZT.	1				

Pakiet nr 36**Stolik opatrunkowy z dwoma blatami- 3szt. (Zakł. Endoskopii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stolik opatrunkowy z dwoma blatami-wózek z dwoma płaskimi półkami rozmieszczonymi 455mm od siebie. Uchwyt do prowadzenia wózka z rurki przy boku krótszym. Wózek o wymiarach 1200 x 650 x 880mm. Wózek na czterech kółkach fi 100mm z tworzywa w tym dwa z blokadą (nie dopuszcza się widelca ze stali ocynkowanej). Rama stolika wykonana z profilu zamkniętego. Przy kółkach odbojniki z tworzywa. Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	SZT.	1				
2.	Stolik opatrunkowy z dwoma blatami-wózek z dwoma płaskimi półkami rozmieszczonymi 455mm od siebie. Uchwyt do prowadzenia wózka z rurki przy boku krótszym. Wózek o wymiarach 1000 x 650 x 880mm. Wózek na czterech kółkach fi 100mm z tworzywa w tym dwa z blokadą (nie dopuszcza się widelca ze stali ocynkowanej). Rama stolika wykonana z profilu zamkniętego. Przy kółkach odbojniki z tworzywa. Wózek wykonany	SZT.	1				

3.	w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Stolik opatrunkowy z dwoma blatami-wózek z dwoma płaskimi półkami rozmieszczonymi 455mm od siebie. Uchwyt do prowadzenia wózka z rurki przy boku krótszym. Wózek o wymiarach 650 x 400 x 880mm. Wózek na czterech kółkach fi 100mm z tworzywa w tym dwa z blokadą (nie dopuszcza się widelca ze stali ocynkowanej). Rama stolika wykonana z profilu zamkniętego. Przy kółkach odbojniki z tworzywa. Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	SZT.	1				
----	--	------	---	--	--	--	--

Pakiet nr 37

Szafa na endoskopy- 1 szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafa na dwa endoskopy. Wieszaki ze stali kwasoodpornej zakończone stozkowatą gumą. Szafa na cokole z możliwością regulacji poziomu. Szafa o wymiarach ok. 600 x 300 x 2100mm (konieczna wizja lokalna przed dostawą).	SZT.	1				

	Szafa z przeszkleniem w drzwiach. Przeszklenie przeźroczyste, szkło bezpieczne. Szafa zamykana na zamek ryglowany w dwóch punktach. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 38

Półki ścienne wiszące ze stali nierdzewnej- 5 szt. (SOR)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Materiał stal nierdzewna. Wymiary (z rantami/ogranicznikami na wysokość ok. 1cm), dł. 23cm, szer. 13cm.	SZT.	5				

Pakiet nr 39**Wózek do przewożenia pacjentów- 6szt. (Oddz. Okulistyczny, SOR, AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek do przewożenia pacjentów: - Wymiary zewnętrzne maksymalne Szerokość wysokość)/- 10mm 1950 x 700mm - Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego +/- 20mm 650 x 850mm - Stabilna konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej - Konstrukcja osadzona na 4 kółkach z tworzywa w kolorze białym o średnicy 200mm, 2 koła wyposażone w hamulec centralny, bieżnik kół z gumy w jasnym kolorze, - Regulacja kąta nachylenia zagłówka +45 stopni, - Na około leża zamocowana rama z osłoną z tworzywa. Odboje gumowe na rogach, - Wysuwane barierki boczne z regulacją wysokości zamontowane od wewnętrznej strony ramy z osłoną leża, - Kosz pod wózkiem na butle tlenowe, worek oddechowy, strzykawki automatyczne, - Zdejmowany materac, pokryty	SZT.	5				

2.	materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia, a także na środki dezynfekcyjne, – Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia – Przystosowany do robienia zdjęć RTG materiał przezierny dla promieni RTG oraz pod leżem prowadnice na kasetę TRG umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości, – Wieszak na kroplówki ze stali kwasoodpornej, zakończony głowicą z 2 haczykami na worki z płynami, osadzony w ramie przy zagłówku, na wysokości ramienia pacjenta, - udźwig do 200 kg, Wózek do przewożenia pacjentów: - Wymiary zewnętrzne maksymalne Szerokość wysokość)/+/- 10mm 1950 x 700mm - Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego +/- 20mm 650 x 850mm – Stabilna konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej – Konstrukcja osadzona na 4 kółkach z tworzywa w kolorze białym o średnicy 200mm, 2 koła wyposażone w hamulec centralny, bieżnik kół z gumy w jasnym kolorze, – Regulacja kąta nachylenia zagłówka	SZT	1.				
----	--	-----	----	--	--	--	--

	+45 stopni, - Na około leża zamocowana rama z osłoną z tworzywa. Odboje gumowe na rogach, - Wsuwane barierki boczne z regulacją wysokości zamontowane od wewnętrznej strony ramy z osłoną leża, - Zdejmowany materac, pokryty materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia, a także na środki dezynfekcyjne, - Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia - Przystosowany do robienia zdjęć RTG materiał przezierny dla promieni RTG oraz pod leżem prowadnice na kasetę TRG umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości, - Wieszak na kroplówki ze stali kwasoodpornej, zakończony głowicą z 2 haczykami na worki z płynami, osadzony w ramie przy zagłówku, na wysokości ramienia pacjenta, - udźwig do 200 kg,						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 40**Myjnia automatyczna do mycia bronchofiberoskopów- 1szt.**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1.	• Umożliwia mycie bronchofiberoskopów firmy OLYMPUS, PENTAX • Urządzenie zgodne z wymogami normy unijnej EN 15883 • Urządzenie do mycia 1 endoskopu • Dezynfekcja termo – chemiczna w cyklu automatycznym giętkich endoskopów optycznych i wideoendoskopów • Metoda wstępnego czyszczenia wody zasilającej • Automatyczne dozowanie środków chemicznych • Test szczelności • Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny • Wyświetlacz przebiegu procesu w języku polskim • Urządzenie zgodne z wymogami normy unijnej EN 15883 • Skuteczność mikrobójcza procesu dezynfekcji w oferowanej myjni	SZT.	1		

	w/g aktualnej normalizacji: skuteczność bakteriobójcza (EN 13727), sporobójcza (EN 13704) w tym bacillus subtilis. • Myjnia zapewnia mycie i dezynfekcję urządzeń endoskopowych wszystkich producentów. • Urządzenie realizujące: mycie wstępne , mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno – termiczną, • Płukanie końcowe- co najmniej 2-krotnie. • Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną max : 50 min • Temperatura dezynfekcji max 60 °C • Jednorazowe użycie środków chemicznych • Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne oświadczenie) • Myjnia przygotowana do pracy z glutaraldehydem • Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji: max 80ml • Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces • Samodezynfekcja myjni				
--	---	--	--	--	--

	• Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej • Elektroniczna dokumentacja procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki • Elektroniczna dokumentacja procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe • Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max.25l • Zasilanie w wodę (woda zimna+ woda ciepła, przyłącza ½’') • Zasilanie elektryczne z sieci 3x380V/220V • Możliwość wykonywania testu skuteczności dezynfekcji w				
--	---	--	--	--	--

	trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji • Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny • System indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów • Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu				
--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 41

Automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji aparatów endoskopowych (na dwa aparaty)- 1szt.

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Pojemność myjni: jednoczesne mycie dwóch endoskopów podczas cyklu; Funkcje: automatyczna identyfikacja endoskopów; kontrola przepływu poprzez kanały endoskopu; kontrola poprawnego podłączenia przyłączy do kanałów endoskopu; ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących i aktywatora oraz poziomu wody w komorze myjącej; kontrola przepływu środków myjących,	SZT.	1				

dezynfekujących i aktywatora podczas podczas cyklu; wolumetryczne dozowanie płynów; sprawdzenie wyników dezynfekcji; automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia; automatyczne rozpoznawanie kosza; automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu temperatury krytycznej powietrza/wody; elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi. Pojemność systemu: 200 różnych typów endoskopów; 50 różnych użytkowników. Źródło zasilania: napięcie zmienne trójfazowe 400V (50 Hz), Źródło wody: woda gorąca (do 30°C, kontrolowane przez termostat) lub zimna; woda gorąca (do 35-37°C, kontrolowane przez termostat lub zimna). Kondensor parowy: zimna woda. Podłączenie do standardowej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ciśnienie wody min. 1 bar, maks 6 bar. Zużycie wody: max 50l Czasy procesów: max 30min. <u>Obudowa zewnętrzna i komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej.</u> Wymiary: szer. 900mm, głęb. 600mm, wysokość 850mm (z pokrywą), 820mm (bez pokrywy) Gwarancja: 24 m-ce.						
---	--	--	--	--	--	--

	Urządzenie zgodne z normami EN ISO Myjnia kompatybilna z endoskopami firmy Olympus.						
--	---	--	--	--	--	--	--