

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET 1

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

L.P	Nazwa	Skład	ilość
1	Zestaw do operacji stawu biodrowego	serweta min.260 cm x 180 cm z wycięciem U z przylepcem – 1 szt. serweta min.240 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt pokrowiec na kończynę pacjenta min.100 cm x 30 cm – 1 szt. kieszeń na płyny min.40 cm x 30 cm – 1 szt. taśma medyczna mocująca min.50 cm x 5 cm – 3 szt serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 2 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	300
2	Zestaw do artroskopii kolana	serweta min.320 cm x 180 cm z otworem elastycznym, samouszczelniającym się o śr. min.6 cm i workiem na płyny – 1 szt.	60

		pokrowiec na kończynę pacjenta min.70 cm x 20 cm – 1 szt. taśmy medyczne mocujące min.50 cm x 7 cm – 2 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	
3	Zestaw do operacji k.dolnej	serweta min.320 cm x 180 cm z otworem elastycznym, samouszczelniającym się o śr. min.6 cm /bez worka/ – 1 szt. pokrowiec na kończynę pacjenta min.70 cm x 20 cm – 1 szt. taśmy medyczne mocujące min.50 cm x 7 cm – 2 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 2 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	400

Wartość netto.....VAT.....Wartość brutto.....

PAKIET 2

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa) o gramaturze minimum 43g/m². Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Sterylizacja: tlenek etylu. Odporność na przenikanie cieczy 151cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym min. 17,35N, w kierunku poprzecznym min. 34,02N. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym (system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

Lp.	Nazwa	Skład	Ilość
1.	Obłożenie do elektroresekcji prostaty	serweta min. 210-240cm x 150-165 cm z nacięciem na nogi i otworem o śr. 8 cm i przylepcami- 1 szt prześcieradło z lejem- 1 szt. fartuch F-4 /rozmiar XL- 1 szt.	100

Wartość netto.....VAT.....Wartość brutto.....

PAKIET 3

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.			
L.P	Nazwa	Skład	ilość
1.	Obłożenie do operacji tarczycy	serweta min.240 cm x 180 cm z wycięciem U i przylepcami – 1 szt. serweta min.200 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	150
2.	Zestaw do laparoskopii	Serweta z wbudowanymi osłonami na nogi, przezroczystą torba na narzędzia i samoprzylepnym oknem min. 180 cm x 300 cm – 1 szt serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	200

Wartość netto.....VAT.....Wartość brutto.....

