

Załącznik nr 1 do SIWZ

### **Pakiet nr 1**

**Stanowisko do reanimacji noworodka – 1 szt.**

| L.p. | NAZWA                                    | J.M. | ILOŚĆ        | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|------------------------------------------|------|--------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Stanowisko do<br>reanimacji<br>noworodka | szt. | 1            |               |       |                  |                   |           |
|      |                                          |      | <b>RAZEM</b> |               |       |                  |                   |           |

### **Parametry:**

- zamocowana do stanowiska butla z tlenem i sprężonym powietrzem
- żelowy i antyodleżynowy materacyk,
- aparat do resuscytacji manualnej,
- półka na kardiomonitor,
- możliwość regulacji temperatury od 30 do 38,5 stopni C,
- urządzenie grzewcze pod żelowym podkładem
- ogrzewacz promiennikowy na podczerwień
- odległość promiennika od materacyka do 68 cm,
- duży zakres regulacji wysokości,
- ustawienie łóżeczka w różnych pozycjach,
- ścianki z możliwością opuszczania i podnoszenia jedną ręką,
- kołka samonastawne z możliwością blokady,
- stolik umożliwiający położenie pacjenta z wagą do 10 kg,
- zasilanie prądem zmiennym 230 +/- 20 V AC 50/60 Hz
- możliwość przesuwania / obracania ogrzewacza promiennikowego w przypadku zdjęcia RTG

**Wymiary :**

- moduł podnośnika elektrycznego: 174 do 189 cm,
- moduł ustawionej wysokości: 174, 180, 189

**Szerokość :**

- 77 cm bez półek

**Głębokość:**

- 111 do 120 cm

Zależne od wysokości i zamontowanych akcesoriów

**Pakiet nr 2****Kardiomonitor – 2 szt.**

| L.p. | NAZWA         | J.M. | ILOŚĆ | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|---------------|------|-------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Kardiomonitor | szt. | 2     |               |       |                  |                   |           |
|      |               |      | RAZEM |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- przenośny monitor z dużym kolorowym wyświetlaczem,
- 3 lub 5 odprowadzeniowe EKG w dwóch kanałach,
- możliwość nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi z systemem synchronizacji pomiaru ciśnienia z czynnością serca,
- niewrażliwa na ruch analiza pulsoksymetrii,
- dwukanałowy pomiar temperatury,
- zasilanie sieciowe 220 VAC, bateryjne, możliwość zasilania ze źródła prądu stałego 12 V lub 28 V
- pełen zakres wbudowanych alarmów.

### **Pakiet nr 3**

#### **Łóżeczka noworodkowe – 14 szt.**

| <b>L.p.</b> | <b>NAZWA</b>                | <b>J.M.</b> | <b>IŁOŚĆ</b> | <b>CENA<br/>NETTO</b> | <b>VAT %</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>NETTO</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>BRUTTO</b> | <b>PRODUCENT</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Łóżeczka noworodkowe</b> | <b>szt.</b> | <b>14</b>    |                       |              |                          |                           |                  |
|             |                             |             | <b>RAZEM</b> |                       |              |                          |                           |                  |

#### **Parametry:**

- wymiary zewnętrzne : długość 850/710mm, szerokość 530/465 mm, wysokość 900 mm
- wymiary wewnętrzne kojca : długość 660 mm, szerokość 420 mm, głębokość 230 mm,
- konstrukcja łóżeczka ma być wykonana z rurek ze stali kwasoodpornej a kojec z przezroczystego tworzywa, łatwo wyjmowany i wyścielony materacykiem,
- uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji anty i Trendelenburga,
- podstawa wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą
- wanienka wykonana z przezroczystego tworzywa plexs

#### **Pakiet nr 4**

**Łóżka dla dzieci przedszkolnych – 12 szt.**

| L.p. | NAZWA                           | J.M. | IŁOŚĆ | CENA NETTO | VAT % | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
|------|---------------------------------|------|-------|------------|-------|---------------|----------------|-----------|
| 1.   | Łóżka dla dzieci przedszkolnych | szt. | 12    |            |       |               |                |           |
|      |                                 |      | RAZEM |            |       |               |                |           |

#### **Parametry:**

- wykonane ze stali węglowej pokryte lakierem poliestrowo-epoksydowym w kolorze białym
- wyposażone w krążki odbojowe oraz cztery kółka jezdne z indywidualną blokadą - średnica 15 cm
- leże wypełnione siatką metalową dodatkowo wzmocnione płaskownikami oraz ruchomym wezgłowiem i od strony nóg
- wysokość od podłogi 57 cm, długość 150 cm, szerokość 75 cm
- wysokość barierki zabezpieczającej 40 cm
- barierki boczne (zabezpieczające) opuszczane z blokadami skokowymi
- materac dopasowany do łóżka z pokrowcem z tkaniny zmywalnej paro przepuszczalnej
- wymiary materaca długość 147 cm, szerokość 72 cm, wysokość 15 cm.

**Pakiet nr 5****Pulsoksymetr – 2 szt.**

| L.p. | NAZWA        | J.M. | IŁOŚĆ | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|--------------|------|-------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Pulsoksymetr | szt. | 2     |               |       |                  |                   |           |
|      |              |      | RAZEM |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- przeznaczony do monitorowania noworodków i dzieci,
- duży wyświetlacz o wysokiej jakości,
- możliwość nieinwazyjnego i ciągłego monitorowania nasycenia tlenem (SpO2) i częstości tętna,
- wysoka jakość odczytu przy niskiej perfuzji i ruchach pacjenta,
- 3 poziomowe alarmy wizualne i dźwiękowe : niskiego poziomu baterii, SPO2, pulsu, odłączenia czujnika, wysunięcia palca z czujnika,
- wbudowany akumulator, możliwość zasilania z sieci,
- w zestawie: pulsoksymetr, czujnik SPO2 dla noworodków i dzieci, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim.

**Pakiet nr 6**

**Łóżeczko dziecięce dla Oddziału Intensywnej Terapii – 1 szt.**

**Łóżeczko dziecięce dla Oddziału Intensywnej Terapii**

**1 szt.**

|                            |
|----------------------------|
| <b>Producent:</b>          |
| <b>Kraj pochodzenia:</b>   |
| <b>Oferowany model:</b>    |
| <b>Rok produkcji: 2009</b> |

| <b>Lp.</b> | <b>Parametr wymagany</b>                                                                                                                         | <b>Odpowiedź oferowana</b> | <b>UWAGI</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>1.</b>  | Konstrukcja łóżka z rurek owalnych, nie posiadająca żadnych miejsc grożących zadrapaniem, zatrześnięciem czy też przykliszczeniem rączek dziecka |                            |              |
| <b>2.</b>  | Wymiary:<br>- długość zewnętrzna łóżka - 1540 mm +/- 50 mm<br>- szerokość zewnętrzna łóżka – maksymalnie 830 mm +/- 50 mm                        |                            |              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3.                                               | Regulacja wysokości 800-1000 mm (+/- 100 mm), oraz przechyłów wzdłużnych sterowana za pomocą pilota z obu stron łóżka                                                                                              |  |  |
| 4.                                               | Maksymalne obciążenie łóżka – min. 175 kg                                                                                                                                                                          |  |  |
| 5.                                               | Bezstopniowa nożna regulacja wysokości barierek za pomocą sprężyny gazowej uruchamianej poza zasięgiem dziecka                                                                                                     |  |  |
| 6.                                               | Nożna regulacja barierek umożliwiająca swobodę rąk                                                                                                                                                                 |  |  |
| 7.                                               | Zwiększony dostęp do dziecka w sytuacjach zwiększonego ryzyka poprzez możliwość opuszczeniu barierek i uzyskania dostępu do dziecka ze wszystkich czterech stron łóżka (szczególnie ważne od strony głowy dziecka) |  |  |
| 8.                                               | Tworzywowa obudowa podwozia wraz z wyprofilowanym pojemnikiem na pieluchy, zabawki, kapcie itp.                                                                                                                    |  |  |
| 9.                                               | Wysokie mobilne podwójne koła tworzywowe wraz z indywidualną blokadą                                                                                                                                               |  |  |
| 10.                                              | Elementy wyposażenia łóżka:<br>Dziesięciocentymetrowy, antyodleżynowy, nieprzemakalny, antybakteryjny, antyalergiczny, antystatyczny, trudnoplany materac                                                          |  |  |
| <b>Pozostałe warunki dla łóżeczka i materaca</b> |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 1.                                               | Deklaracja CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych                                                                                                                      |  |  |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2.                                                                                        | Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia                         |  |  |
| 3.                                                                                        | Certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia |  |  |
| 4.                                                                                        | Na etapie badań i oceny ofert Zamawiający zastrzega prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji oferowanego sprzętu (sprzęt musi być zgodny ze złożoną ofertą)                        |  |  |
| 5.                                                                                        | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą)                                                                                                                                               |  |  |
| 6.                                                                                        | Urządzenia zostają dostarczone wraz z założonym Paszportem Technicznym                                                                                                                             |  |  |
| 7.                                                                                        | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.( Podać adres.) <b>Serwis gwarancyjny min. 24 miesiące</b> .W okresie gwarancji 3 naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy.   |  |  |
| 8.                                                                                        | Serwis pogwarancyjny - podać koszt 1-roboczogodziny wraz z dojazdem serwisu pogwarancyjnego                                                                                                        |  |  |
| <b>UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.</b> |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |  |  |

***„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”***

***Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego***

.....

**miejsowość, data**

**Pakiet nr 7**

**System podgrzewania pacjenta z materacem przeciwodleżynowym – 1 szt.**

| L.p. | NAZWA                                                             | J.M. | ILOŚĆ | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | System podgrzewania pacjenta<br>z materacem<br>przeciwodleżynowym | szt. | 1     |               |       |                  |                   |           |
|      |                                                                   |      | RAZEM |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- panel sterujący – szt. 1
- płyta grzewcza długość 150 cm x 45 cm
- materac żelowy 63 cm x 43 cm

**Pakiet nr 8****Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 3 szt.**

| L.p. | NAZWA                                      | J.M. | IŁOŚĆ | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|--------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Aparat do szybkiego<br>przetaczania płynów | szt. | 3     |               |       |                  |                   |           |
|      |                                            |      | RAZEM |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- Manometr wytwarzanego ciśnienia w rękawie.
- Pompka ręczna do worka powietrznego z zaworem spustowym.
- Zakres pomiarów: 0- 600mmHg
- Zakres ciśnienia roboczego: 0-300mmHg.
- Dokładność: +/- 6mm Hg
- Podziałka skali: 10mmHg.
- Rozmiary mankietów do worków – 500ml. i 1000ml.
- Jedna część rękawa wykonana z materiału umożliwiającego obserwację płynu infuzyjnego.
- Możliwość zawieszania płynu infuzyjnego.
- Możliwość zawieszania płynu na statywie.
- Możliwość wymiany worka powietrznego.
- Możliwość czyszczenia termicznego mankieta aparatu (min. 60 st C).
- Możliwość dezynfekcji manometru aparatu.

**Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.( Podać adres.) Serwis gwarancyjny min. 24 miesiące .W okresie gwarancji 3 naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy.**

**Serwis pogwarancyjny - podać koszt 1-roboczogodziny wraz z dojazdem serwisu pogwarancyjnego**

**Pakiet nr 9****Aparat kriochirurgiczny Cryo – S + 3 sondy kontaktowe**

| L.p. | NAZWA                               | J.M. | ILOŚĆ        | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|-------------------------------------|------|--------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Aparat kriochirurgiczny<br>Cryo – S | szt. | 1            |               |       |                  |                   |           |
| 2.   | Sondy kontaktowe                    | szt. | 3            |               |       |                  |                   |           |
|      |                                     |      | <b>RAZEM</b> |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- czynnik chłodniczy – podtlenek azotu,
- aparat nie wymaga zasilania elektrycznego,
- różnorodność sond (możliwość zamrażania tkanek i zmian skórnych okolicy oczu),
- możliwość dezynfekcji i sterylizacji krioaplikatorów.