

Wałbrzych 09.12.2009 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-53/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i sprzętu medycznego – Zp/78/PN-53/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z NIBP z zakresem pomiaru 10-270mmHg oraz częstości pulsu 40-240bpm?

Odp. Tak + mankiety dla noworodków.

Pytanie 2, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał min. 12" kolorowego ekranu TFT z rozdzielczością min. 800x600 pikseli?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zasilania akumulatorowego na min. 240min?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał złącza sieci Ethernet RJ45?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 5, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał graficznych i tabelarycznych trendów 120 godz.?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zakresu pomiaru HR min. 10-350bpm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający będzie wymagał alarmów na 3 poziomach: technicznych i fizjologicznych?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płyty grzewczej o wymiarach :

- szerokość: 50 cm

- długość: 100 cm?

Płyta grzewcza stosowana na Sali operacyjnej powinna podgrzewać od spodu tylko korpus ciała. W przypadku długości podanej w SIWZ: 150 cm, stosuje się nie płyty grzewcze ale koce grzewcze, przykrywające i ogrzewające całe ciało pacjenta (łącznie z kończynami)

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca żelowego o wymiarach: 110x50 cm pokrywającego całą powierzchnię pyty grzewczej?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet 5

Czy wysoka jakość odczytu powinna uwzględniać technologię ekstrakcji sygnału tętniczego od żylnego?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakiet 5

Czy wartość SpO2, tętna, zakresu alarmów, wskaźnika perfuzji i wskaźnika jakości sygnału powinny być stale wyświetlane na dużym ekranie?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet 5

Czy pulsoksymetr powinien pracować zarówno w pozycji pionowej i poziomej oraz być wyposażony w mocowanie do stojaka lub brzegu łóżka?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakiet 5

Czy wraz z pulsoksymetrem należy dostarczyć również czujniki dla wcześniaków poniżej 1 kg (jednorazowe 20 szt.)?

Odp. Tak

**DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak**