

Wałbrzych 11.03.2008 r.

DZPZ/24/AR/03/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy, zestawów do dializy otrzewnowej, środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy, środków dezynfekcyjnych do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu, soli do regeneracji wymienników jonowych w stacji uzdatniania wody.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający w pakiecie nr VII wyrazi zgodę na dializator z błoną polietersulfonową spełniający pozostałe parametry oraz powierzchnie opisane w siwz.
Odp. Tak.

Pyt. – pakiet VI. W związku z faktem iż sterylizacja promieniami gamma jest równoważna i równie skuteczna jak sterylizacja para wodną zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania dializatorów polisulfonowych sterylizowanych gamma o powierzchni 1,5 m² oraz 1,8 m²?
Odp. Tak.

Pyt. – pakiet VII. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dializator polisulfonowy sterylizowane Gamma o powierzchni 2,0 m² ?
Odp. Nie.