

Wałbrzych 10.12.2009 r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-53/09

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i sprzętu medycznego – Zp/78/PN-53/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści system z matą grzewczą o wymiarach 180cm x 70 cm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 2, dot. pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści system z materacem żelowym przeciwodleżynowy o wymiarach 52cm x 34 cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 3, dot. pakiet 9**

Dla jakiej specjalizacji medycznej mają być dedykowane sondy kontaktowe? Wpis w specyfikacji dotyczący sond nie pozwala na określenie tejże specjalności, a tym samym zaproponowanie właściwych sond i przedstawienie odpowiedniej oferty.

**Odp. Oddział okulistyczny, końcówki do zmian skórnych, mrożenia obwodu siatki i ciała rzęskowego.**

**Pytanie 4, dot. pakiet 9**

Czy urządzenie ma być wyposażone w wózek lub obudowę z mobilną podstawą, przystosowana do umieszczenia 10 litrowej butli z podtlenkiem azotu?

**Odp. Tak**

**Pytanie 5, dot. pakiet 9**

Czy urządzenie ma być wyposażone we wskaźnik przepływu gazu?

**Odp. Tak**

**DYREKTOR SZPITALA  
Mariola Dudziak**