

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych.

Pakiet nr 1 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego/ceramika – ceramika, endoprotezy cementowe stawu biodrowego, endoprotezy bipolarne stawu biodrowego.

Pakiet nr 2 – Endoprotezy stawu biodrowego /trzępień przynasadowy.

Pakiet nr 3 – Endoprotezy stawu kolanowego.

Pakiet nr 4 – Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego.

Pakiet nr 5 – Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe (ICDVR), kardiowertery-defibrylatory dwujamowe (ICDDR).

Pakiet nr 6 – Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe 35 J, kardiowertery-defibrylatory dwujamowe 35 J.

Pakiet nr 7 – Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące.

Pakiet nr 8 – Stymulatory DDDR.

Pakiet nr 9 – Implanty chirurgii szczękowej.

Pakiet nr 10 – Materiał do wypełniania ubytków kostnych.

Pakiet nr 11 – Protezki głosowe.

Liczba pakietów – 11.

CPV :

- pakiety nr 1 - 4: 33183100-7,

- pakiet nr 5 - 7: 33182200-1

,

- pakiet nr 8: 33158210-7,

- pakiety nr 9 – 10: 33184100-4,

- pakiet nr 11: 33184100-4.

PAKIET NR 1:

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

PAKIET NR 2:

Do pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj, ilość, miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

PAKIET NR 3:

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Szczególne uwagi dotyczące instrumentarium dla tego pakietu: instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną, do wyboru technika operacyjna ACF- anterior cut first lub DCF- distal cut first, bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym, do wyboru technika operacyjna: in-lay lub on-lay, cięcie kości piszczelowej i udowej z jednego bloczka, implanty i instrumentarium powinny umożliwić zakładanie endoprotezy w przedziale przyśrodkowym i bocznym.

Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem

PAKIET NR 4:

Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno być dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24

godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość, miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

PAKIET NR 5:

Wykonawca, którym zostanie podpisana umowa przetargowa na czas trwania umowy:

- 1) użyczy bezpłatnie programator ,
- 2) bezpłatnie dostarczał będzie papier do programatora (uzupełniany w miarę potrzeb),
- 3) przeszkoli pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu,
- 4) zapewnienie składu konsygnacyjnego – 4 szt.

PAKIET NR 6:

Wykonawca, którym zostanie podpisana umowa przetargowa na czas trwania umowy:

- 1) użyczy bezpłatnie programator ,
- 2) bezpłatnie dostarczał będzie papier do programatora (uzupełniany w miarę potrzeb),
- 3) przeszkoli pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu,
- 4) zapewnienie składu konsygnacyjnego – 4 szt.

PAKIET NR 7:

Wykonawca, którym zostanie podpisana umowa przetargowa na czas trwania umowy:

- 1) użyczy bezpłatnie programator ,
- 2) bezpłatnie dostarczał będzie papier do programatora (uzupełniany w miarę potrzeb),
- 3) przeszkoli pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu,
- 4) zapewnienie składu konsygnacyjnego – 4 komplety.

PAKIET NR 8:

Wykonawca, którym zostanie podpisana umowa przetargowa na czas trwania umowy:

- 1) użyczy bezpłatnie programator,
- 2) bezpłatnie dostarczał będzie papier do programatora (uzupełniany w miarę potrzeb),
- 3) zapewnienie składu konsygnacyjnego – 10 szt. z elektrodami.

PAKIETY NR 9:

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa przetargowa na czas trwania umowy użyczy bezpłatnie instrumentarium wraz z kontenerami sterylizacyjnymi i kasetami na implanty.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekty umów stanowią załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami),

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)

	przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje)	
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zapařowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej	na podstawie polisy lub innego dokumentu
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 10.280,00 zł,
dla pakietu nr 2: 2.100,00 zł,
dla pakietu nr 3: 3.765,00 zł,
dla pakietu nr 4: 970,00 zł,
dla pakietu nr 5: 3.235,00 zł,
dla pakietu nr 6: 4.300,00 zł,
dla pakietu nr 7: 3.630,00 zł,
dla pakietu nr 8: 4.400,00 zł,
dla pakietu nr 9: 340,00 zł,
dla pakietu nr 10: 550,00 zł.
dla pakietu nr 11: 150,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
- 4) zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych:
- pakiety od nr 1 do nr 4 – lek. med. Konrad Kudłacik tel. (074)6489661,
- pakiety od nr 5 do nr 8 – dr n. med. Ryszard Serafin, tel. (074)6489624,
- pakiety od nr 9 do nr 10 – lek. stom. Krzysztof Bujak, tel. (074) 6489922,
- pakiet nr 11 – lek. med. Bogdan Rutkiewicz, tel. (074) 6489809.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty (deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczające oferowane urządzenie medyczne (sprzęt medyczny) do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparaflowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ
12.	Polisę lub inny dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu

ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **03.02.2010** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **03.02.2010** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x **100 pkt.** = *ilość punktów dla pakietu x*
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *z oferty ocenianej o wyższej cenie*

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e – wzór umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: 17.12.2009 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego

Zadanie1

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego	180					
1.	Głowa- o średnicy 28, 32,36 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 6 długościach szyjki.						
2.	Panewka- bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm.. Zasupekki do otworów przy panewce Press fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce do 3 śrub.						
3.	Trzpień- prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia						

	lateralizowanego (offset).						
4.	Wkład panewki- polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla głów 28, 32, 36 mm odpowiednich do rosnącej średnicy panewki						

Zadanie 2

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego /ceramika-ceramika	20					
1.	Głowa- ceramiczna o średnicy 28 ,32 ,36 mm odpowiednio do rosnącej średnicy panewki w trzech długościach szyjki.						
2.	Panewka- bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm. Zaślepki do otworów przy panewce Press fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce do 3 śrub.						
3.	Trzpień- prosty (nie anatomiczny)						

	wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).						
4.	Wkład panewki- ceramiczny- biolox delta dla głów 28,32,36 mm odpowiednich do rosnącej średnicy panewki .						

Zadanie 3

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy cementowane stawu biodrowego	20					
1.	Głowa- średnica 28 lub 32 mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 6 długościach szyjki.						
2.	Panewka- polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58mm , średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, zaopatrzona w znacznik RTG,						

	możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej.						
3.	Trzpień- prosty , wykonany ze stopu tytanowego w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20 mm średnicy w najszerszym miejscu, konus szyjki 12/14 mm, z jednym wzdłużnym rowkiem i bocznie spłaszczony dla lepszej stabilności / antyrotacyjnej/.						
4	Cement kostny pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych .	20					

Zadanie 4

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego	30					
1.	Głowa- bipolarna (zewnątrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm co 1mm.						

2.	Głowa wewnętrzna modułarna -średnica 28 mm lub 32mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 6 długościach szyjki.						
3.	Trzpień- prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).						

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet 2

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy stawu biodrowego /trząpień przynasadowy/	30					
1	Głowa- ceramiczna o średnicy 32 mm w trzech rozmiarach- zamiennie głowa metalowa 28 mm w pięciu rozmiarach.						
2	Panewka- sferyczna 40-68 mm, wkręcana z gwintem na całej wysokości lub panewka sferyczna typu „press-fit” wykonana ze stopu tytanu.						
3	Trząpień- krótki modułarny składający się z dwóch części: a) trząpień+modułarna część szyjkowa; trząpień wykonany z litego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia; dostępny w 6 długościach od 9,75 cm do 12,25 cm co 0,5 cm b) część szyjkowa modułarna z konusem 12/14 dostępne w 9 rozmiarach; 3 różne projekcje /kąty nachylenia/ szyjka-trząpień /130, 135, 140 stopni/; 3 różne ante i retro nachylenia szyjki endoprotezy: +7,5						

	stopnia /ante/, 0 stopni /neutral/, -7,5 stopnia /retro/.						
4	Wkład uniwersalny dla obydwu rodzajów panewek wykonany z polietylenu, symetryczny albo asymetryczny lub z tzw. nawisem. Zamiennie wkład ceramiczny.						

Do pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczepienia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet 3- endoprotezy stawu kolanowego

Zadanie 1

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoprotezy stawu kolanowego całkowita- w wersji z zachowaniem(CR) lub wycięciem tylnego więzadła krzyżowego(PS).Możliwość rozbudowy, w oparciu o podstawową ,standardową wersję w system rewizyjny, składający się z podkładek,klinów oraz trzpieni z 2 lub 4 mm offsetem.	60					
1.	Część udowa- anatomiczna -prawa, lewa , z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną dla poprawy trakcji rzepki,dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron						
2.	Część piszczelowa- anatomiczna-prawa, lewa, gładkopolerowana dla zmniejszenia zużycia polietylenu;z mechanizmem zatraskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron.						
3	Wkładka polietylenowa- uniwersalna, dostępna w 7 grubościach dla każdego						

	rozmiaru tacy piszczelowej.						
4.	Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem						

Zadanie 2

Lp.	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Nazwa producenta
1	Endoproteza stawu kolanowego – jednoprzediałowa. Część udowa w 7 rozmiarach z „płetwą” antyrotacyjną, anatomicznym tylnym kłykiem stop CoCr. Część piszczelowa: Wariant 1 – taca piszczelowa asymetryczna tytanowa w 7 rozmiarach, wkładka polietylenowa modularna o grubościach :8, 9,10,11,12mm, sterylizowana w EtO. Wariant 2 – taca piszczelowa w całości polietylenowa w 7 rozmiarach o grubościach 8,9,10,11,12mm sterylizowana w EtO. Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem	10						

Zadanie 3

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoproteza dwuprzędziałowa stawu kolanowego- połączenie przedziału przyśrodkowego z przedziałem rzepkowo – udowym stawu kolanowego:Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 6 rozmiarach dla każdej ze stron wykonana ze stopu Co-Cr, Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna / lewa, prawa/ dostępna w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa uniwersalna, w grubościach od 8 mm do 11 mm Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem	5					

Zadanie 4

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Endoproteza stawu rzepkowo-udowego część udowa anatomiczna lewa lub prawa zbudowana ze stopu CoCr – implant powierzchni międzykłykciowej w co najmniej 4 rozmiarach. W zestawie z protezą rzepek Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem	5					

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz napęd akumulatorowy z wymiennymi końcówkami. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Szczególne uwagi dotyczące instrumentarium dla tego pakietu: instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną, do wyboru technika operacyjna ACF- anterior cut first lub DCF- distal cut first, bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym, do wyboru technika operacyjna: in-lay lub on-lay , cięcie kości piszczelowej i udowej z jednego bloczka, implanty i instrumentarium powinny umożliwić zakładanie endoprotezy w przedziale przyśrodkowym i bocznym.

Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczęcia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet 4- endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Zadanie1

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	Trzpień rewizyjny- o długościach od 240 mm do 400mm włącznie i promieniu wygięcia 1200mm; osadzana na Pressfit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny , drugi dynamiczny)- pokryte celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb).	10					

Zadanie 2

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cenna jedn. netto	Cenna jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	<u>koszyczek rekonstrukcyjny</u> - do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego, tytatony, anatomiczny /lewy i prawy/, o minimum trzech rozmiarach dla każdej strony, stabilizowany śrubami /w komplecie 3 śruby/, Panewka polietylenowa cementowa o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm /do wyboru/. Średnica zewnętrzna dostosowana do koszyczka. W zestawie cement z antybiotykiem 1x40g.	10					

Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno być dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do 24 godzin od wszczęcia implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Pakiet nr 5

ICD VR i ICD DR **(telemetry)**

**Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD VR) z możliwością zdalnego monitorowania zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodą –20szt. +
3 szt. Cardiomessengera
Programator (użyczenie) + papier zgodnie z potrzebami**

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spelnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	Energia (J)	≥40	
3	ilość szoków w jednej interwencji	≥7	
4	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
5	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
6	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak	
7	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
8	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 8 parametrów	tak	
9	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 40 min.	tak	
10	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	
11	Rok produkcji 2010	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera- defibrylatora -zł.
 Cena netto 1 szt. elektrody defibrylującej -zł.
 Cena netto 1 szt. introduktora rozrywalnego -zł.
 Cena netto 1 szt. Cardiomessengera -zł.
 Cena netto 1 kabla do pomiarów śródoperacyjnych -.....zł.

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z możliwością zdalnego monitorowania (ICD DR) zaawansowany o podwyższonej energii z elektrodami – 15 szt. Cardiomessenger – 2 szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spełnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	Energia (J)	≥40	
3	ilość szoków w jednej interwencji	≥7	
4	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
5	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
6	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	tak	
7	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
8	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 8 parametrów	tak	
9	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 40 min.	tak	
10	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	
11	Rok produkcji 2010	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera – defibrylatora-.....zł
 Cena netto 1 szt. elektrody defibrylującejzł

Cena netto 1 szt. introduktorazł
Cena netto 1 szt. Cardiomessengera -zł
Cena netto 1 szt. kabla do pomiarów śródoperacyjnych -zł

Cena netto 1 szt. elektrody przedsionkowej stymulacyjnej -zł

Bezpłatne dostarczenie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełniane na bieżąco.

Introduktory do implantacji elektrod (7 – 9 F) – 45 szt.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – 10 szt.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Przeszkolenie pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu.

Pakiet nr 6

Kardiowerter defibrylator VR i DR

**Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35 J z sygnalizacją
z elektrodą ICD VR”.-15 szt.
Programator (użyczenie) + papier zgodnie z potrzebami.**

	Funkcja / Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać		
2	Rok produkcji – wymagane 2010 r	tak		WYMAGANE
3	Waga poniżej 85 gramów	tak		WYMAGANE
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]	tak		WYMAGANE
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	tak		WYMAGANE
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy-VF i VT	tak		WYMAGANE
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2	tak		WYMAGANE
8	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne –do wyboru	tak		WYMAGANE
9	Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru	tak		WYMAGANE
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	tak		WYMAGANE
11	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm] ;0,4 [ms] – min.5 lat	tak		WYMAGANE
12	Zapis przebiegu EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/ VF	tak		WYMAGANE
13	Czas ładowania Kondensatorów poniżej 10 s Przez cały okres pracy urządzenia	tak		WYMAGANE
14	Algorytm wykorzystujący Analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	tak		WYMAGANE

15	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	tak		WYMAGANE
16	Pomiar trendów: - epizodów VT/ VF - Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/ VF	tak		WYMAGANE
17	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenie elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	tak		WYMAGANE
18	Automatyczna sygnalizacja ERI(sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	tak		WYMAGANE

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł.

Cena netto 1 szt. elektrody defibrylującej -zł.

Cena netto 1 szt. introduktora rozrywalnego -zł.

Cena netto 1 kabla do pomiarów śródoperacyjnych -zł.

„Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35 J z sygnalizacją z elektrodami ICD DR”.-25 szt.

	Funkcja / Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Nazwa, numer katalogowy, producent	Podać		
2	Rok produkcji – wymagane 2010 r	tak		WYMAGANE
3	Waga poniżej 85 gramów	tak		WYMAGANE
4	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]	tak		WYMAGANE
5	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	tak		WYMAGANE
6	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy-VF i VT	tak		WYMAGANE
7	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1	tak		WYMAGANE

8	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	tak		WYMAGANE
9	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta	tak		WYMAGANE
10	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne- do wyboru	tak		WYMAGANE
11	Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru	tak		WYMAGANE
12	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	tak		WYMAGANE
13	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm] ;0,4 [ms] – min.5 lat	tak		WYMAGANE
14	Zapis przebiegu EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/ VF	tak		WYMAGANE
15	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia	tak		WYMAGANE
16	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	tak		WYMAGANE
17	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	tak		WYMAGANE
18	Pomiar trendów: - epizodów VT/ VF -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/ VF - rytm komorowy w czasie AF	tak		WYMAGANE
19	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez	tak		WYMAGANE

	wszczepione urządzenie informujący pacjenta)			
20	Automatyczna sygnalizacja ERI(sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	tak		WYMAGANE

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora -zł.

Cena netto 1 szt. elektrody defibrylującej -zł.

Cena netto 1 szt. introduktora rozrywalnego -zł.

Cena netto 1 kabla do pomiarów śródoperacyjnych -zł.

Cena netto 1 szt. elektrody stymulacyjnej przedsionkowej -zł.

Bezpłatne dostarczenie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełniane na bieżąco.

Introduktory do implantacji elektrod (7-9 F) – 65 szt.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – 10 szt.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Pakiet nr 7

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z elektrodami CRT – D i zestawem do wprowadzania do zatoki wieńcowej, elektrodą ICD, elektrodą stymulacyjną , elektrodą lewokomorową OTW , zestawem do wprowadzanie elektrody lewokomorowej, zestawem do kontrastowania – 15 szt.

Introducery z koszulką rozrywalną – (7 –11 F) – 30 szt.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – 10 szt.

Bezpłatne dostarczenie papieru do programatora w miarę potrzeb uzupełnianie na bieżąco.

Użyczenie programatora na okres obowiązywania umowy.

Przeszkolenie pracowników szpitala w zakresie oferowanego sprzętu.

Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący zaawansowany CRT – D – 15 szt.

Parametry Graniczne

	Opis parametru	Pożądane wartości parametru	Ośw.spelnienia parametru (TAK/NIE)
1	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g)	100	
2	ilość szoków w jednej interwencji	>6	
3	Sterylizacja	min. 6 m-cy	
4	Energia (J)	≥40	
5	Możliwość zaprogramowania polarności stymulacji LV ring -RV ring	tak	
6	VV delay	0-100 ms	
7	negatywna histereza AV	tak	
8	możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak	
9	możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	tak	
10	Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP		
11	Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F	tak	
12	elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru	tak	

1 3	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 5 parametrów	tak	
1 4	Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta	tak	
1 5	Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze	tak	
1 6	Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min. 50 minut	tak	
1 7	Ilość algorytmów zapewniających stymulację resynchronizującą min. 3 typy	tak	
1 8	Typy impulsu dwufazowego min. 2 typy	tak	
1 9	Rok produkcji 2010	tak	

Cena netto 1 szt. kardiowertera defibrylatora resynchronizującegozł

Cena netto 1 szt. elektrody ICDzł

Cena netto 1 szt. elektrody stymulującej przedsionkowejzł

Cena netto 1 szt. elektrody lewokomorowej OTWzł

Cena netto 1 szt. kabla do pomiarów śródoperacyjnych -zł

Cena netto 1 szt. introduktora z koszulką rozrywalną -.....zł

Cena netto 1 zestawu do wprowadzania elektrody lewokomorowej -zł

Cena netto 1 zestawu do kontrastowania -zł.

Pakiet nr 8**Stymulatory DDDR z kompletem elektrod – 200szt.**

Parametry podstawowe (graniczne)

Parametry			Wymagana wartość
Częstość podstawowa			
		min	<= 40ppm
		max	>=140 ppm
Amplituda impulsu			
		min	<= 0,5V
		max	>= 6,5 V
Czułość	Przedsionek	min	<= 0,25mV
		max	>= 4,0mV
	Komora	min	<= 1,0mV
		max	>= 6,5mV
Okres refrakcji			
	Przedsionek	min	<= 200ms
		max	>= 400ms
Histereza			Tak
Program nocny			Tak
Wskaźnik stanu baterii- określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii			Tak
Mechanizm zapobiegania /przerywania częstoskurczu przezstymulatorowego			Tak
Polarność elektrod			Unipolarne i bipolarne
Przylącze elektrod			IS-1
Testy diagnostyczne:			
- oznaczenie progu stymulacji			Tak
- pomiar stanu baterii i oporu elektrody			Tak
- określenie progu czucia			Tak
Testy diagnostyczne:			
- wewnątrzsercowe EKG (IEGM)			Tak
- testy statystyczne np. Licznik zdarzeń , aktywność pacjenta itp.			Tak
Rok produkcji 2010			Tak

Elektroda – parametry podstawowe

Parametry	Wymagana wartość
Polarność	Unipolarna / Bipolarna
Mocowanie	Czynne
Długość \ Grubość	Przesdionek Komora
Końcówka elektrody uwalniająca steryd	Tak

Introduktory rozrywalne od 7 do 9 F – 400 szt.

Programator – 1szt. (użyczenie)

Papier do programatora zgodnie z potrzebami.

Kabelki do pomiarów śródoperacyjnych – ilość w miarę potrzeb

Cena netto 1 szt. stymulatora -.....zł

Cena netto 1 szt. elektrody -.....zł

Cena netto 1 szt. introduktora rozrywalnego -.....zł

Cena netto 1 kabelka do pomiarów śródoperacyjnych -.....zł

Pakiet nr 9

Płyty tytanowe grubości 1,6mm z oczkami kompresyjnymi i śruby typu trauma o średnicy oczka 2,5mm:

- płytką 6 oczkową prostą - 10 szt.
- płytką 16 oczkową prostą - 5 szt.
- płytką 16 oczkową łuk - 5 szt.
- płytką 8 oczkową prostą - 10 szt.
- płytką 6 oczkową kąta żuchwy wygiętą , dwustronna - 5 szt.
- płytką 8 oczkową kąta żuchwy wygiętą, dwustronna - 5 szt.
- płytką 8 oczkową łuk - 5 szt.
- płytką 8 oczkową z mostem łuk - 5 szt.
- śruba krzyżakowa śred.2,5mm dł. 6mm - 80 szt.
- śruba krzyżakowa śred. 2,5mm dł.7mm - 80 szt.
- śruba krzyżakowa śred. 2,5mm dł. 8mm - 80 szt.
- śruba krzyżakowa śred. 2,8mm dł.6mm - 20 szt.
- śruba krzyżakowa śred. 2,8mm dł. 8mm - 20 szt.
- śruba krzyżakowa śred. 2,8mm ł. 10Mm - 20 szt.

Prosimy o podanie cen netto za 1 szt. każdej z w/w pozycji

Pakiet nr 10

Materiał do wypełniania ubytków kostnych:

- materiał kośćcozastępczy fiolka 0,5 g , o rozmiarze granulatu 0,6 x 4,0mm - 100 szt.
- materiał kośćcozastępczy fiolka 1,0 g,o rozmiarze granulatu 0,6 x 4,0mm - 100 szt.

Prosimy o podanie cen netto za 1 szt. każdej z w/w pozycji

Pakiet nr 11

Protezka głosowa

Protezka głosowa – 12 sztuk.

Cena netto 1 szt. protezki -zł.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawy endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych” – Zp/81/PN-56/09.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. **Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.**
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanym)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. **Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.**
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy) * płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. **Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.**
14. **Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.**
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3a do SIWZ – pakiety od nr 1 do nr 4.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szełemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **dostawę endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych** dla Zamawiającego – ogłoszonego

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:) + podatek VAT w należnej wysokości.

2. Do każdego zadania z pakietu Wykonawca dostarczy instrumentarium oraz napęd akumulatorowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisju (magazynu depozytowego) wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala z możliwością uzupełniania zużytych implantów do 24 godzin od wszczęcia implantacji.

3. Sprzęt znajdujący się w komisji, o którym mowa w ust. 2 stanowi własność Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać sprzęt znajdujący się w komisji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

4. Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium oraz napędu akumulatorowego, o którym mowa w 2 pkt. 2 w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

§ 4

1. Sprzęt medyczny, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt medyczny posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 36 miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie 24 godzin od daty przekazania zamówienia.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców sprzętu będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.

6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania instrumentarium do implantów.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania umowy stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z §5 umowy, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,
 - 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy, powiększonej o kwotę podatku VAT, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w ust.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego.

2.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3b do SIWZ – pakiety od nr 5 do nr 7.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę **endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych** -ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia programatora w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

3. Papier do programatora dostarczany będzie bezpłatnie, w miarę potrzeb.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisju:

- ilość kardiowerterów w komisji:

a) pakiet nr 5 – 4 sztuki,

b) pakiet nr 6 – 4 sztuki,

c) pakiet nr 7 – 4 komplety.

- uzupełnianie komisju odbywać się będzie 1 raz w miesiącu.

6. Sprzęt znajdujący się w komisji, o którym mowa w ust. 5 stanowi własność Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać sprzęt znajdujący się w komisji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do 7 dni,

b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6. Zamawiający ma prawo do składania telefonicznie reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w **języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 3) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 4) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- 1.Kodeksu Cywilnego
- 2.Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3c do SIWZ – pakiet nr 8.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę **endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych** -ogłoszonego

.....

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia programatora w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

3. Papier do programatora dostarczany będzie bezpłatnie, w miarę potrzeb.

4.Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego sprzętu w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisju:

- **ilość stymulatorów z elektrodami w komisji – 10 sztuk**

- **uzupełnianie komisji odbywać się będzie 1 raz w miesiącu.**

6. Sprzęt znajdujący się w komisji, o którym mowa w ust. 5 stanowi własność Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać sprzęt znajdujący się w komisji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 4

1.Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a)dla zamówień bieżących – do 7 dni,

b)dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.

4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6.Zamawiający ma prawo do składania telefonicznie reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1.Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w **języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2.Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy.**

3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

5) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,

6) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie

2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- 1.Kodeksu Cywilnego
- 2.Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3d do SIWZ – pakiet nr 9.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na – dostawy **implantów (siatki, śruby, płytki, materiał kośćcozastępczy) na potrzeby Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz protezek głosowych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii** -ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy instrumentarium wraz z kontenerami sterylizacyjnymi i kasetami na implanty.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie **36 godzin**.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 7) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 8) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu Cywilnego
2. Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3e do SIWZ – pakiety nr 10 - 11.

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora

dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na – dostawy **implantów (siatki, śruby, płytki, materiał kośćcozastępczy) na potrzeby Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz protezek głosowych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii** -ogłoszonego

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nrstanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie **36 godzin**.
4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 9) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
 - 10) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

§ 9

1. Zgodnie z art.147 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu Cywilnego
2. Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

