

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej.

– Zp/68/PN-46/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 4- Myjnia-dezynfektor

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia o wymiarach: szerokość 540mm, głębokość 600mm, wysokość 1460mm.

Odp. NIE

Pyt. 2 dot. pakietu nr 4- Myjnia-dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię-dezynfektor o mocy 5,4 kW?

Odp. NIE

Pyt. 3 dot. pakietu nr 40- Myjnia automatyczna do mycia bronchofiberoskopów.

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zużycie środka dezynfekcyjnego na cykl wynosi 90ml?

Odp. NIE

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę i środki chemiczne?

Odp. NIE

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z normą EN 15883-4, a nie tylko z EN 15883, ponieważ norma EN 15883-4 dotyczy myjni-dezynfektorów do endoskopów giętkich.

Odp. Wymagana pełna zgodność z normą EN 15883-1-4.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*