

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej .

– Zp/68/PN-46/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 40- (myjnia automatyczna do bronchofiberoskopów)

Czy Zamawiający zrezygnuje z norm skuteczności bakteriobójczej (EN 13727), sporobójczej (EN 13704) w tym bacillus subtilis i dopuści zaoferowanie myjni, która przeszła wszystkie testy i spełnia wszelkie wymagania europejskiej normy EN 15883 1-4?

Odp. TAK

Pyt. 2 dot. pakietu nr 41- (automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji aparatów endoskopowych)

Czy Zamawiający w pkt. „Automatyczna identyfikacja endoskopów” będzie wymagał by odbywała się ona, poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz poprzez indywidualne osobowe karty chipowe (zapewniające informację o: typie, nr fabrycznym, nazwisku osoby obsługującej proces) z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe.

Odp. Tak wymaga.

Pyt. 3 dot. pakietu nr 41-(automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji aparatów endoskopowych)

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zużycie środka dezynfekcyjnego na cykl wynosi 90ml?

Odp. NIE

Czy Zamawiający dopuści myjnie, w której nie będzie realizowana: kontrola przepływu poprzez kanały endoskopu oraz kontrola poprawnego podłączenia przyłączy do kanałów endoskopu?

Odp. NIE dopuści.

Pyt. 4 dot. pakietu nr 41-(automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji aparatów endoskopowych)

Czy Zamawiający dopuści myjkę, w której czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji (z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem) wynosi max. 55 min.?

Odp. Tak dopuści.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak