

Pakiet nr 1**Lampa bakteriobójcza przepływowa 5 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Lampa bakteriobójcza przepływowa	szt.	5					
			RAZEM					

Parametry:

1. Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekująca powietrze w obecności personelu i pacjentów
2. Z wymuszonym przepływem powietrza
3. Gwarantująca stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza
4. W obudowie z blachy kwasoodpornej, zapewniająca łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, gwarantująca pełne bezpieczeństwo personelu,
5. Prosta wymiana filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
6. Liczniki czasu pracy: o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników oraz o wskazaniach z dokładnością 1 h
7. Posiadająca wymagane certyfikaty,
8. Sposób montażu – uniwersalny (ścienne – sufitowe),
9. Dezynfekowana kubatura : co najmniej 25-330 m³, zasięg działania lampy : co najmniej 10 -20 m²
10. Zasilanie sieciowe.

Pakiet nr 2

Sondy jednorazowego użytku – 74 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Sondy jednorazowego użytku	szt.	74					
			RAZEM					

Parametry:

- jednorazowego użytku,
- do pulsoksymetru typ OXI-MAX , MAX-N,
- kompatybilne z Nellcor

Pakiet nr 3

Nebulizator z ustnikiem – 1486 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Nebulizator z ustnikiem	szt.	1486					
			RAZEM					

Nebulizator :

- przezroczysty pojemnik na lek
- kolorowy stożek przewodowy rozpylacza
- niewylewająca się konstrukcja
- **wielorazowego użytku**
- nadający się do dezynfekcji i sterylizacji

Ustnik do nebulizatora:

- ustnik fajkowaty
- wielorazowego użytku
- nadający się do dezynfekcji i sterylizacji

Pakiet nr 4

Dreny tlenowe – 1555 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Dreny tlenowe	szt.	1555					
			RAZEM					

Dreny tlenowe:

- przewód PCV wielorazowy z dwiema jednakowymi końcówkami żeńskimi

Pakiet nr 5

Worki stomijne zamknięte – 330 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Worki stomijne zamknięte	szt.	330					
			RAZEM					

Pakiet nr 6**Zestaw do koniulacji dużych naczyń - 90 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 m-cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera, z liniami kontrastującymi w rtg.	szt.	30					
2.	Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera, z liniami kontrastującymi w rtg.	szt.	30					
3.	Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera, z liniami kontrastującymi w rtg.	szt.	30					
			RAZEM					

Parametry :**Ad. 1** - Średnica zewnętrzna 0,9 mm, długość 6 cm.

W skład zestawu wchodzi dodatkowo: prowadnik typu J, dylator, 5 ml strzykawka, igła do nakłucia.

Ad. 2 - Średnica zewnętrzna 1,5 mm, długość 15 cm.

W skład zestawu wchodzi dodatkowo : prowadnik typu J, dylator, 5 ml strzykawka, igła do nakłucia.

Ad. 3 - Średnica zewnętrzna 2,0 mm, długość 20 cm.

W skład zestawu wchodzi dodatkowo : prowadnik typu J, dylator, 10 ml strzykawka, igła do nakłucia, dren przedłużający zakończony kranikiem.

Pakiet nr 7**Obłożenie nerek - 1000 szt**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Obłożenie sterylne do transplantacji nerek	szt.	1000					
			RAZEM					

Parametry:

1. Wykonane w 100% z polipropyleny (bez laminatu, celulozy i bez lateksu),
2. Wymaganie standardowe zgodne z PN-EN-13795-123 ,
3. Do oferty wymagane badanie z tab. nr 2 normy dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej wymagana 1 klasa pełności,
4. Rozmiar minimalny 190 x 315,
5. Wielkość otworu minimum 15 x 15 oraz uchwyty na kable i przewody.

Pakiet nr 8

Szkiełka silanizowane - 2000 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 m-cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szkiełka silanizowane	szt.	2000					
			RAZEM					

Parametry:

1. Wymiary 25x75x1,0 mm

Pakiet nr 9

Porty dożylnie - 260 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 m-cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wszczepialny port dożylny	szt.	210					
2.	Wszczepialny port dożylny	szt.	25					
3.	Wszczepialny port dożylny	szt.	25					
			RAZEM					

Parametry:

Ad. 1 - tytanowa komora, tytanowa centralnie umieszczona kaniula wyjściowa łącząca port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo - żywiczna, trójkątny, opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 10,5mm, maksymalna waga 5 g, silikonowy cewnik 6,5Ftj. Średnica wew. 1,0mm o długości 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, wymaga się aby można używać portu przy badaniu TK z podaniem kontrastu poprzez zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej.

Ad. 2 - tytanowa komora, tytanowa bocznie prawostronnie umieszczona kaniula wyjściowa łącząca port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo – żywiczna, trójkątny, opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 9,7 mm, maksymalna waga 4 g, silikonowy cewnik 6,5 Ftj. Średnica wew. 1,0 mm o dł. 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, wymaga się, aby można używać portu przy badaniu TK z podaniem kontrastu poprzez zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej

Ad. 3 - tytanowa komora, tytanowa bocznie lewostronnie umieszczona kaniula wyjściowa łącząca port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo – żywiczna, trójkątny opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 9,7 mm, maksymalna waga 4 g, silikonowy cewnik 6,5Ftj. Średnica wew. 1,0 mm o dł. 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, wymaga się , aby można używać portu przy badaniu TK z podaniem kontrastu poprzez zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej

Dodatkowe wymagania dotyczące opakowania oraz materiałów informacyjnych :

- do każdego portu dołączony paszport portu w języku polskim,
- do każdego portu instrukcja obsługi w języku polskim,
- na każdym opakowaniu portu informacja w języku polskim,
- książeczka informacyjna o obsłudze portu dla pielęgniarek, pacjentów
- katalog portów w języku polskim.

Pakiet nr 10

1. Elektrody grzybkowe do EEG na sól - 21 szt.
2. Kabelki do elektrody - 21 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Elektrody grzybkowe do EEG na sól	szt.	21					
2.	Kabelki do elektrody	szt.	21					
			RAZEM					

Pakiet nr 11

1. Drenaż lędźwiowy – 50 szt.
2. Worek do drenażu – 70 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Drenaż lędźwiowy	szt.	50					
2.	Worek do drenażu	szt.	70					
			RAZEM					

Parametry:**Drenaż lędźwiowy:**

- o zamkniętym końcu ze znacznikami głębokości ok. 80 cm, śr. 1,8 mm (F5),
- prowadnica druciana w podajniku,
- igła Tuohy 14 G,
- klamry do szycia 1,8 mm (F5),
- łącznik Luer 13 mm ze stali nierdzewnej.

Worek do drenażu:

- worek drenażowy z możliwością upuszczenia płynu,
- worek z możliwością połączenia z drenażem bez stosowania dodatkowych połączeń,
- możliwość zawieszenia,
- pojemność 700

Pakiet nr 12

1. Elektrody przyssawkowe dla dorosłych - 168 szt.
2. Elektrody przyssawkowe dla dzieci – 32 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Elektrody przyssawkowe dla dorosłych	szt.	168					
2.	Elektrody przyssawkowe dla dzieci	szt.	32					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- nadające się do dezynfekcji.

Pakiet nr 13

1. Elektrody kończynowe dla dorosłych- 162 szt.
2. Elektrody kończynowe dla niemowląt – 28 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Elektrody kończynowe dla dorosłych	szt.	162					
2.	Elektrody kończynowe dla niemowląt	szt.	28					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- elektrody klipsowe,
- nadające się do dezynfekcji.

Pakiet nr 14**Okularki do fototerapii dla noworodków - 500 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Okularki do fototerapii dla noworodków	szt.	500					
			RAZEM					

Parametry:

- jednorazowego użytku,
- w kształcie litery Y,
- posiadające dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy,
- podwójna osłonka na oczy.

Rozmiary:

- 33 – 38 cm,
- 26 – 32 cm,
- 20 – 25 cm.

Pakiet nr 15**Prowadnice do trudnej intubacji - 212 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Prowadnice do trudnej intubacji O.D. 3,3	szt.	56					
2.	Prowadnice do trudnej intubacji O.D. 5,0	szt.	156					
			RAZEM					

Parametry:

- jednorazowego użytku, sterylne,
- elastyczna, wzmocniona na całej długości,
- zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie,
- długość min. 60 cm.

Pakiet nr 16**Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy 22 F - 1200 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy 22 F	szt.	1200					
			RAZEM					

Parametry:

- sterylne lub mikrobiologicznie czyste,
- pakowane pojedynczo.

Pakiet nr 17**Prowadnice do rurek intubacyjnych - 2660 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Prowadnice do rurek intubacyjnych O.D. 2 -2,2	szt.	60					
2.	Prowadnice do rurek intubacyjnych O.D. 3,0 – długość min. 340mm	szt.	160					
3.	Prowadnice do rurek intubacyjnych O.D. 4,0 – długość min. 340mm	szt.	2220					
4.	Prowadnice do rurek intubacyjnych O.D. 5,0 – długość min. 370mm	szt.	220					
			RAZEM					

Parametry:

- jednorazowego użytku,
- sterylne,
- z miękkim końcem.

Pakiet nr 18**Silikonowe maski resuscytacyjne - 140 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Silikonowe maski resuscytacyjne dla dzieci powyżej 3 roku życia	szt.	20					
2.	Silikonowe maski resuscytacyjne dla dorosłych – mała	szt.	20					
3.	Silikonowe maski resuscytacyjne dla dorosłych – średnia	szt.	50					
4.	Silikonowe maski resuscytacyjne dla dorosłych – duża	szt.	50					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- z mankietem pneumatycznym.

Pakiet nr 19

1. Nebulizator z maską dla małych dzieci (zestaw do inhalacji) - 190 szt.
2. Nebulizator z maską dla niemowląt – 20 szt.
3. Nebulizator z maską dla dorosłych – 50 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Nebulizator z maską dla małych dzieci (zestaw do inhalacji)	szt.	190					
2.	Nebulizator z maską dla niemowląt	szt.	20					
3.	Nebulizator z maską dla dorosłych	szt.	50					
			RAZEM					

Nebulizator :

- przezroczysty pojemnik na lek,
- kolorowy stożek przewodowy rozpylacza,
- niewylewająca się konstrukcja,
- **wielorazowego użytku,**
- nadający się do dezynfekcji i sterylizacji.

Maska dla dzieci i niemowląt :

- **wielorazowego użytku,**
- nadający się do dezynfekcji i sterylizacji.

Maska dla dorosłych :

- **wielorazowego użytku,**
- nadający się do dezynfekcji i sterylizacji,

- uniwersalna męska i żeńska,
- końcówka do nebulizatora na zewnątrz maski.

Pakiet nr 20

Worki oddechowe - 120 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Worki oddechowe o pojemności 0,5 l – 10 szt.	szt.	10					
2.	Worki oddechowe o pojemności 1 l – 10 szt.	szt.	10					
3.	Worki oddechowe o pojemności 2 l – 100 szt.	szt.	100					
			RAZEM					

Parametry:

- bez lateksu,
- wielorazowego użytku,
- złącze 22 F.

Pakiet nr 21**Resuscytator dla dorosłych - 31 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Resuscytator dla dorosłych	szt.	31					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- z przezroczystego silikonu,
- z zastawką jednokierunkową,
- z zastawką i rezerwuarem tlenu,
- wyposażony w dwie silikonowe maski z dodatkowym zewnętrznym kołnierzem usztywniający, odpowiadającym rozmiarom 3 i 4 oraz 4 i 5
- możliwość sterylizacji,
- dostępność wszystkich elementów zużywalnych.

Całość kompatybilna z posiadanym przez oddziały szpitalne sprzętem firmy Laerdal.

Pakiet nr 22

1. Resuscytator dla dzieci - 21 szt.
2. Resuscytator dla niemowląt – 7 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Resuscytator dla dzieci	szt.	21					
2.	Resuscytator dla niemowląt	szt.	7					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- z przezroczystego silikonu,
- z zastawką jednokierunkową z możliwością regulacji ciśnienia,
- z zastawką i rezerwuarem tlenu,
- wyposażony w dwie silikonowe maski z dodatkowym zewnętrznym kołnierzem usztywniający,
- możliwość sterylizacji,
- dostępność wszystkich elementów zużywalnych.

Całość kompatybilna z posiadanym przez oddziały szpitalne sprzętem firmy Laerdal.

Pakiet nr 23

Zastawki jednokierunkowe - 50 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zastawki jednokierunkowe	szt.	50					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- kompatybilne z resuscytatorami firmy Laerdal

Pakiet nr 24**Zastawki jednokierunkowe z możliwością regulacji ciśnienia- 15 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zastawki jednokierunkowe z możliwością regulacji ciśnienia	szt.	15					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- kompatybilne z resuscytatorami firmy Laerdal

Pakiet nr 25

Zestaw do nakłucia wątroby - 120 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zestaw do nakłucia wątroby	szt.	120					
			RAZEM					

Parametry:

- rozmiar igły : 16G/1,6 mm,
- jednorazowy.

Pakiet nr 26

1. Laryngoskopy – zestaw pediatryczny - 26 kpl.
2. Laryngoskopy – zestaw dla dorosłych – 27 kpl.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Laryngoskopy – zestaw pediatryczny	kpl.	5					
2.	Laryngoskopy – zestaw dla dorosłych	kpl.	27					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne laryngoskopami typu Shucman 2
- łyżki światłowodowe,
- wymienny moduł światłowodu,
- łyżki pediatryczne z portem do podawania tlenu,
- możliwość sterylizacji,
- zestaw minimum 3 rozmiarami łyżek.

Pakiet nr 27

Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku - 570 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku – dzieci	szt.	50					
2.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku – średnie	szt.	300					
3.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku – duże	szt.	100					
4.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku MILLER Nr 0	szt.	20					
5.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku MILLER Nr 1	szt.	20					
6.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku MILLER Nr 2	szt.	20					
7.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku MILLER Nr 3	szt.	20					
8.	Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku MAC Nr 1	szt.	20					
9.	Łyżki do laryngoskopów	szt.	20					

	jednorazowego użytku MAC Nr 3							
			RAZEM					

Parametry:

Ad. 1 - 3

- **jednorazowego użytku,**
- kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne rękojeściami laryngoskopów typu Shucman 2
- sterylne lub mikrobiologicznie czyste.

Pakiet nr 28**Łyżki do laryngoskopów wielorazowego użytku - 75 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łyżki do laryngoskopów wielorazowego użytku – średnie	szt.	50					
2.	Łyżki do laryngoskopów wielorazowego użytku – duże	szt.	25					
			RAZEM					

Parametry:

- wielorazowego użytku,
- światłowodowe,
- wymienny moduł światłowodu,
- kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne rękojeściami laryngoskopów typu Shucman 2
- możliwość sterylizacji,

Pakiet nr 29**Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP - 40 kompletów**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
A.	Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP	kpl.	40					
B.	Maseczka nosowa	szt.	40					
C.	Czapeczka	szt.	40					
D.	Filtr bakteriobójczy i wyciszający	szt.	50					
E.	Brzuszny czujnik	szt.	50					
F.	Maska nosowa	szt.	25					
G.	Komora jednorazowa	szt.	40					
			RAZEM					

Parametry:

Ad. A - Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP.

Jeden komplet powinien zawierać:

1. WAŻ ODDECHOWY podgrzewany, kolor niebieski lub zielony o długości 120-140cm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza 0 wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki; z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą- dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proxymalnego ciśnienia z generatorem. W odległości ok. 20 cm od tej końcówki wmontowane złącza typu T do pomiaru temp, gazów oddechowych, za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

2. WĄŻ POMIAROWY do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy od 4 do 4,8 mm przy nasadzie końcówki.
 3. WĄŻ ŁĄCZĄCY nawilżacz z respiratorem kolor niebieski lub zielony z jednej strony końcówka 0 wew. 22 mm z drugiej strony końcówka 0 zew. 15 mm, o długości 40-60 cm.
 4. GENERATOR umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego znamienny tym, że wytwarza ciśnienie CPAP i w zależności od żądania noworodka wdech-wydech steruje odpowiednio przepływem gazów oddechowych. Generator jest wykonany jako jedna całość z lekkiego tworzywa. Linia wydechowa jest połączona z generatorem poprzez przegub kulisy. Generator zawiera dwa kanały oddechowe. Mocowany do czapki za pomocą tasemek.
 5. KOŃCÓWKA DONOSOWA łącząca generator z noworodkiem. Wykonaną z silikonu, wyposażoną w dwie cylindryczno-stożkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne połączenie noworodka – 3 szt. O rozmiarach 4: 4,5; 5 mm.
 6. WĄŻ WYDECHOWY biały rozciągany posiadający zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem.
- ŁĄCZNIE** 40 szt. Kompletów

Ad. B. Maseczkę nosową – wykonaną z silikonu łączącą generator z noworodkiem o rozmiarach <4,0;5,0;>6,0 mm Po **40 szt.** z każdego rozmiaru.

Ad. C. Czapeczkę – wykonaną z bawełny wyposażoną w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym, że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka.

Dostawa czapeczek o rozmiarach:

Obwód głowy **ok. 19 cm - 20 szt.**

ok. 21 cm - 10 szt.

ok. 23 cm - 10 szt.

Ad. D. Filtr bakteriobójczy i wyciszający kompatybilny z układem oddechowym. **ŁĄCZNIE 50 szt.**

Ad. E. Brzuszny czujnik oddechów pracujący na zasadzie kapsuły Gresby kompatybilny z posiadaną aparaturą. **ŁĄCZNIE 50 szt.**

Ad. F. Maska nosowa mała 10 szt.

Maska nosowa średni **10 szt.**

Maska nosowa duża **5 szt.**

Ad. G. Komora jednorazowa do nawilżacza Grundler Humicare 200, komora może być stosowana przez okres max. 30 dni z jednoczesnym stosowaniem filtrów. ŁĄCZNIE **40 szt.**

Pakiet nr 30

Maski tlenowe dla dzieci - 190 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Maski tlenowe dla niemowląt		120					
2.	Maski tlenowe dla dzieci	szt.	120					
3.	Maski tlenowe dla dzieci z rezerwuarem	szt.	50					
4.	Maski tlenowe dla dorosłych	szt.	160					
5.	Maski tlenowe dla dorosłych z rezerwuarem	szt.	100					
			RAZEM					

Pakiet nr 31**Termometr bezdotykowy – 43 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Termometr bezdotykowy	szt.	43					
			RAZEM					

Parametry:

1. Termometr musi dokonywać pomiaru temperatury w pewnej odległości od pacjenta (bezdotykowy).
2. Pomiaru temperatury można dokonać w co najmniej dwóch miejscach na ciele pacjenta.
3. Termometr powinien posiadać pamięć co najmniej ostatnich pięciu pomiarów.
4. Termometr powinien być dostosowany do pomiaru temperatury innych przedmiotów w otoczeniu pacjenta.
5. Zasada jego działania w żaden sposób nie może szkodliwie oddziaływać na zdrowie osoby poddanej pomiarowi. Musi posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania na terenie naszego kraju z uwzględnieniem bezpieczeństwa zarówno osób dokonujących pomiaru jak i osób u których dokonuje się pomiaru bez względu na wiek.
6. Zakres mierzenia temperatury ciała powinien wynosić od 34°C do 42,5°C.
7. Zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów powinien wynosić od 1°C do 55°C.
8. Temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie powinna wynosić od 16°C do 40°C.
9. Skala pomiaru powinna wynosić 0,1°C.
10. Dokładność w pomiarze temperatury w zakresie od 36°C do 39°C może wynosić maksymalnie +/-0,2°C.
11. Dokładność w pomiarze temperatury w zakresie od 34°C do 35,9°C może wynosić maksymalnie +/- 0,3°C.
12. Dokładność w pomiarze temperatury w zakresie od 39,1°C do 42,5°C może wynosić maksymalnie +/-0,3°C.
13. Termometr powinien być prosty w użyciu, o małych wymiarach, łatwy do trzymania w ręce, o masie nieprzekraczającej 150g.
14. Obudowa termometru musi być wykonana z materiału, który można dezynfekować np. aerozolowymi środkami do dezynfekcji skóry lub powierzchni płaskich.
15. Termometr musi posiadać gwarancję mechaniczną i techniczną na okres minimum 24 miesięcy.

Pakiet nr 32**Szklane butelki niemowlęce z podziałką – 1500 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szklane butelki niemowlęce z podziałką	szt.	1500					
			RAZEM					

Parametry:

- butelka szklana o pojemności od 220 ml do 250 ml,
- wykonana ze szkła hartowanego, którą można pasteryzować oraz sterylizować w sterylizatorze parowym,
- oznaczona czytelną skalą, która nie ulegnie zniszczeniu w czasie użytkowania.

Pakiet nr 33**Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku – 518 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Pean	szt.	102					
2.	Kocher	szt.	100					
3.	Imadło	szt.	100					
4.	Pęseta chirurgiczna	szt.	100					
5.	Nożyczki chirurgiczne	szt.	100					
6.	Kleszczyki Magilla pediatryczne	szt.	2					
7.	Kleszczyki Magilla dla dorosłych	szt.	4					
8.	Szczękó rozwieracz pediatryczny	szt.	4					
9.	Szczękó rozwieracz dla dorosłych	szt.	6					
RAZEM								