

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń sterylnych, jednorazowych do zabiegów operacyjnych: stawu biodrowego, artroskopii kolana, operacji kończyn dolnych, elektroresekcji prostaty, operacji tarczycy, laparoskopii.

– Zp/77/PN-52/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytanie I – dotyczy Pakietu Nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 zaoferowanie obłożeń wykonanych z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (wysokochłonna włóknina PP oraz folia PE zabezpieczająca przed przesiąkaniem) o gramaturze 60,5 g/m2 spełniającego wszystkie parametry normy PN EN 13795 1-3 oraz owiniętych w dodatkową serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włókniny PP + folia PE) zabezpieczającą przed zabrudzeniem zestawu?

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do tarczycy w składzie:

- a) serweta 150x200cm z wycięciem U o wym. 10x 50cm wykończonym taśmą samoprzylepną
- b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepłą
- c) pokrowiec na stół Mayo 80cm x 140cm.
- d) dwie ściereczki chłonne 30x40cm.
- e) taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm.
- f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulację.
- g) serweta 150x200cm(jako owinięcie zestawu) przykrycie na stół instrumentalny ?

Odp. TAK

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do laparoskopii w składzie:

- a) serweta główna o wym. 180x320cm. W części centralnej serwety znajduje się otwór trapezowy o wymiarach podstaw 20x30 cm otoczony taśmą lepłą
- b) osłona na stół Mayo o wym.80x140cm.
- c) dwukomorowa kieszeń samoprzylepna na narzędzia laparoskopowe o wym.2x15x40cm.
- d) taśma lepna o wym.10x50cm.
- e) foliowa osłona na tor wizyjny o wym.16x200cm.
- f) serweta o wym.150x180cm(jako owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stołu ?

Odp. TAK

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak