

Wałbrzych 05.01.2010 r.

DZPZ-530-Zp/85/PN-59/09

Wykonawcy - wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego dla potrzeb
SOR-u – Zp/85/PN-59/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakiet 2

Czy dopuścicie Państwo defibrylator o parametrach lepszych niż wymagane tzn. zasilany bateriami litowymi o pojemności zapewniającej 300 defibrylacji, 13 godzin ciągłego monitorowania lub utrzymanie urządzenia w trybie gotowości do użycia przez 5 lat, bez możliwości dołączenia akumulatorów i ładowarki? Zasilanie bateryjne jest w przypadku defibrylatorów publicznego dostępu bardziej praktyczne niż akumulatorowe gdyż nie wymaga okresowego ładowania (baterie utrzymują ładunek przez 5 lat, akumulatory maksymalnie przez 30 dni).

Odp. Tak

Pytanie nr 2, dot. pakiet 2

Czy dopuścicie Państwo defibrylator o wadze 3,1 kg, będący jednym z najlżejszych na rynku?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dot. pakiet 2

Czy wymóg posiadania komunikatów tekstowych oznacza konieczność posiadania wbudowanego wyświetlacza / ekranu?

Odp. Nie oznacza.

Pytanie nr 4, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający pisząc w punkcie 6. – „Czas monitorowania: min. 4 godz.” wymaga inteligentnego defibrylatora publicznego dostępu z wyświetlaczem LCD do podglądu sygnału EKG pacjenta?

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 5, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta zasilane wartością 6A?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta o czterech zakresach temperatur: 32, 38, 43 i 45st.C?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta o wadze 6,8kg?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta, dopuści koce ogrzewające na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 183cmX114cm ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta, dopuści koce ogrzewające na całe ciało dla dorosłych oraz koce na dolną część ciała pakowane w opakowaniach zbiorczych w ilościach innych niż 40 sztuk, w przeliczeniu ceny na 1 sztukę?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta, dopuści urządzenie, nie posiadające kocy specjalnych z dodatkowymi właściwościami termoizolacyjnymi?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 urządzenie do ogrzewania pacjenta posiadające alarm optyczny zabezpieczający przed przegrzaniem się urządzenia?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak