

Wałbrzych 08.01.2010 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-56/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych - -Zp/81/PN-56/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza materiał do uzupełniania ubytków kostnych o rozmiarze granulatu 0,7 x 1,4 mm, w opakowaniach po 0,5; 1 cc?

Odp. Nie. Zbyt mały granulát przy wypełnianiu dużych ubytków kostnych.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala