

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, taśmy do szycia, sztucznej opony, środka zatrzymującego krwawienie, kleju fibrynowego, siatki do przepuklin.

– Zp/3/PN-3/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 11- pakiet specjalistyczny

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 w poz. 1-7 tolerancji 10% w zakresie parametrów technicznych siatek do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych tj., w zakresie grubości nici, grubości siatki, porowatości, wielkości oczek i w zakresie wagi przy zachowaniu wymaganych w SIWZ rozmiarów.

Odp. NIE

Pyt. 2 dot. pakietu nr 11- pakiet specjalistyczny

W pozycji 7 wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatek do zaopatrywania przepuklin spełniających podane parametry techniczne w rozmiarze 25 x 36cm lub 30 x 30cm.

Odp. NIE

Pyt. 2 dot. pakietu nr 11- pakiet specjalistyczny

Wnosimy o wydzielenie siatek do metody Rutkova wyspecyfikowanych w pozycji 8 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie dostawców.

Odp. NIE

Pyt. 3 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji **dopuszcza** w w/w pakiecie nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą między **90-120** dniem zaimplantowania, niepowlekaną?

Odp. NIE

Pyt. 4 dot. dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji **dopuszcza** w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, zbudowaną z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania tkankowego około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 dniach, wchłaniającą się po około 42 dniach od zaimplantowania?

Zaproponowane nici zapewniają te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo

Odp. NIE

Pyt. 5 dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji **dopusći** w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, zbudowaną z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania tkankowego około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 dniach, wchłaniającą się po około 42 dniach od zaimplantowania?

Zaproponowane nici zapewniają te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo

Odp. NIE

Pyt. 6 dot. Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji **dopusći** w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą o krzywiźnie $\frac{1}{2}$ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. NIE

Pyt. 7 dot. Pakietu nr 15

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji **dopusći** w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, powlekaną o okresie podtrzymywania tkankowego około 35 dni i okresie wchłaniania 54-70 dni?

Odp. TAK

Pyt. 8 dot. Pakietu nr 19, poz. 2-11

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopusći, *gdzie wymagana jest igła tnąca*, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK

Pyt. 9 dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 8 z igłą 26 mm okrągłą wzmocnioną, tj. odporniejszą na złamanie czy wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp.TAK

Pyt. 10 dotyczy pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekanymi glikonatem, z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 5 dniach i 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, wchłaniającymi się około 42 dni. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w siwz.

Odp.NIE

Pyt. 11 dotyczy pakietu nr 13

1.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekanymi glikonatem, z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 5 dniach i 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, wchłaniającymi się około 42 dni. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w siwz

Odp. NIE

2.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 3 z igłą 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm

Odp. NIE

Pyt. 12 dotyczy pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekаныmi poliglikonatem, z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 25% -19% po 28 dniach od zaimplantowania i okresie wchłaniania 60-90 dni. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w siwz

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 8 ze szwem o długości 70 cm

Odp. NIE

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 9,10 z igłą okrągłą wzmocnioną, tj. odporniejszą na złamania czy wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. NIE

Pyt. 13 dotyczy pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, monofilamentowymi, wchłaniającymi się 180-210 dni, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50-70% po 28 dniach od zaimplantowania. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w siwz

Odp. TAK

Pyt. 14 dotyczy pakietu nr 18

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 6 ze szwem z podwójną igłą 26 mm.

Odp. TAK

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 7 ze szwem z podwójną igłą 30 mm.

Odp. TAK

Pyt. 15 dotyczy pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 4 i 5 ze szwem z igłą 40 mm, z przyjętej tolerancji wynika dopuszczenie 39,6mm.

Odp.TAK

Pyt. 16 dotyczy pakietu nr 21

Czy zamawiający w pozycji 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.TAK

Pyt. 17 dot. zapisów umowy §2 ust. 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, przy założeniu, że zmniejszenie to nie przekroczy 20% wartości brutto umowy.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 18 dot. zapisów umowy §10 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: „ W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 19 dot. pakietu nr 7

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści substytut opony twardej wykonany z ePTFE o wymiarach 6 x 10 zamiast 6 x 8cm?

Odp. NIE

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści substytut opony twardej wykonany z ePTFE o wymiarach 5 x 6 zamiast 4 x 6cm?

Odp. NIE

Czy Zamawiający wymaga możliwości resterylizacji membran?

Odp. NIE

Pytanie 20 – Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 150cm lub 5 x 70cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE

Pytanie 21 – Pakiet nr 1, pozycja 16 i 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych regularnych bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 22 – Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 23 – Pakiet nr 1, pozycja 26, 27, 28, 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 24 – Pakiet nr 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 25 – Pakiet nr 1, pozycja 32, 34, 35

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. TAK

Pytanie 26 – Pakiet nr 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. NIE

Pytanie 27 – Pakiet nr 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm?

Odp. NIE

Pytanie 28 – Pakiet nr 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 29 – Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. TAK

Pytanie 30 – Pakiet nr 12 i Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, zbudowanych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, wchłaniając się do 42 dni od zaimplantowania?

Odp. NIE

Pytanie 31 – Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. NIE

Pytanie 32 – Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, powlekanych o okresie podtrzymywania tkankowego do 28 dni i okresie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. NIE

Pytanie 33- Pakiet nr 19

Czy Zamawiający, w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 19 nici chirurgicznych z igłami odwrotnie tnącymi?

Odp. TAK

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*