

Wałbrzych 26.01.2010 r.

DZPZ-530-Zp/79/PN-54/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. – Zp/79/PN-54/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zamiast badań z tabeli nr 2 normy dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej, karty technicznej gotowego wyrobu wystawionego przez producenta wyrobu spełniającą wymagania normy PN-EN 13795 1-3?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wykonanej z trzywarstwowej włókniny o rozmiarze 260 cm x 320 cm z otworem Ø 9 x 22 z uchwytem typu rzep na kable i przewody?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego jednorazowe okulary do fototerapii z miękkiego tworzywa, zapinane na miękki rzep z tyłu głowy w następujących rozmiarach:

- <28 cm obwodu głowy
- 28-34 cm obwodu głowy
- >34 cm obwodu głowy.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4, dot. pakiet 26

Prosimy o podanie wymaganej ilości poszczególnych zestawów. Załącznik asortymentowo – cenowy do pakietu nr 26 zawiera sprzeczne informacje.

Odp. Laryngoskopy – zestaw pediatryczny – 5 kpl.

Laryngoskopy – zestaw dla dorosłych – 27 kpl.

Pytanie 5, dot. pakiet 19

Prosimy o wyjaśnienie z jakimi kompresorami (producent, typ) mają współpracować nebulizatory? Co oznacza zestaw do inhalacji czy sam nebulizator czy z kompresorem.

Odp. Nebulizator (pojemnik, dren, ustnik i mała maseczka) ma współpracować z kompresorem PARI BOY typ 038.

Pytanie 6, dot. pakiet 3

Prosimy o wyjaśnienie z jakimi kompresorami (producent, typ) mają współpracować nebulizatory? Prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie „ustnik fajkowy”?

Odp. Określenie ustnik fajkowy do nebulizatora, oznacza ustnik zakrzywiony w kształcie fajki. Nebulizator – FLAEMNUOVA MODEL-ELISIR F 1000 ELISIR by FLAEM.

Pytanie 7, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisów §9 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:

„0,1% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 9, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

**Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa
dr n. med. Roman Szelemej**