

Wałbrzych 26.01.2010 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-56/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów serca, implantów chirurgii szczękowo-twarzowej, protezek głosowych - -Zp/81/PN-56/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 1 zad. 1 „Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego” Endoprotezy (trzpień, panewka, wkład, głowa) o następującej specyfikacji:

1. Trzpień

- , prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza: porowaty pokryty na całej długości hydroksyapatytem. W rozmiarach od 115mm do 190mm długości, posiadające nacięcia wzdluzne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację.

- Kołnierzowy ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości bioder typu Coxa Vara

- Bezkołnierzowy specjalny o zwiększonej do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia, a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki

- Trzpień do bioder dysplastycznych o długości 110mm w wersji standardowej oraz high offset (posiadającej zwiększoną odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy w stosunku do standardowego).

2. Głowa:

- metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki.

3. Panewka:

- Bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm.

- Presfitowa tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew 48mm do 66mm ze skokiem co 2mm

4. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28mm z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set'em

W zamian za Endoprotezę (głowę, panewkę, trzpień oraz wkład) opisaną w specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 1 zad. 2 „Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, ceramika/ceramika” Endoprotezy (trzebień, panewka, wkład, głowa) o następującej specyfikacji:

1. Trzebień

- , prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza: porowaty pokryty na całej długości hydroksyapatytem. W rozmiarach od 115mm do 190mm długości, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację.

- Kołnierzowy ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości bioder typu Coxa Vara

- Bezkołnierzowy specjalny o zwiększonej do standardowych trzpień odległości pomiędzy osią trzpień, a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki

- Trzebień do bioder dysplastycznych o długości 110mm w wersji standardowej oraz high offset (posiadającej zwiększoną odległość pomiędzy osią trzpień a środkiem głowy endoprotezy w stosunku do standardowego).

2. Głowa:

- ceramiczna o średnicy 28mm w trzech długościach szyjki.

3. Panewka:

- Bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm.

- Presfitowa tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew 48mm do 66mm ze skokiem co 2mm

4. Wkład panewki ceramiczny dla głowy 28mm odpowiednio do rosnącej średnicy panewki

W zamian za endoprotezę (głowę, panewkę, trzebień oraz wkład) opisaną w specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 1, zad. 3 „Endoprotezy cementowane stawu biodrowego” Endoprotezy (trzebień, głowa, panewka, cement) o następującej specyfikacji:

1. Trzebień:

prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający znacznik laserowy umożliwiające skontrolowanie prawidłowego osadzenia trzpień w cemencie. Trzebień standardowy dostępny w 11 rozmiarach o długości od minimum 115mm do minimum 190mm, oraz trzebień high-offset dostępny w 10 rozmiarach o długości od minimum 130mm do minimum 190mm. Szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14.

2. Głowa: metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki.

3. Panewka: wykonana z polietylenu w rozmiarach od 44mm do 58mm dostępna w dwóch

rodzajach średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm.

Korek do jamy szpikowej

4. Cement: jedno opakowanie cementu kostnego z gentamecyną o gramaturze 80g z zestawem do

Próżniowego mieszania i podawania cementu.

W zamian za endoprotezę (trzpień, głowę, panewkę oraz cement) opisaną w specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 1, zad. 4 „Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego” Endoprotezy (głowa bipolarna, głowa wewnętrzna, trzpień) o następującej specyfikacji:

1. Trzpień prosty, nie anatomiczny, zwiężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza: porowaty pokryty na całej długości hydroksyapatytem. W rozmiarach od 115mm do 190mm długości,

posiadające nacięcia wzdluzne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację.

- Kołnierzowy ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości bioder typu Coxa Vara

- Beżkołnierzowy specjalny o zwiększonej do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia, a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki

- Trzpień do bioder dysplastycznych o długości 110mm w wersji standardowej oraz high offset (posiadającej zwiększoną odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy w stosunku do standardowego).

2. Głowa bipolarna sferyczna, średnica 42-56mm ze skokiem co 2mm,

3. Głowa wewnętrzna metalowa z dwoma długościami szyjki.

W zamian za endoprotezę (głowę bipolarną, głowę wewnętrzną, trzpień) opisaną w specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 2 „Endoprotezy stawu biodrowego /trzpień przynasadowy/” Endoprotezy (trzpień, głowa, panewka, wkład) o następującej specyfikacji:

- Trzpień beżcementowy krótki, przynasadowy, anatomiczny tzn. osobno dla biodra lewego prawego, zakładany w technice „minimalny invasive”, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki kości udowej, tytanowy, porowaty, pokryty hydroksyapatytem. W 9 podstawowych rozmiarach oraz w 8 rozmiarach „high offset”.

- Głowa metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki lub ceramiczna o średnicy 32 w trzech długościach szyjki.

- Panewka beżcementowa typu Press-fit, porowata, tytanowa, sferyczna o rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48mm do 66mm z dwiema śrubami, lub beżcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm.

Wkładka polietylenowa standard lub z 10 stopniowym offsetem. Zamienie wkład ceramiczny.

W zamian za endoprotezę (trzpień, głowa, panewka, wkład) opisaną w specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 3, zad. 1 „Endoprotezy stawu kolanowego” Endoprotezy (część udowa, część piszczelowa, wkładka, cement) o następującej specyfikacji:

1.Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej części udowej.

2.Komponent piszczelowy ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej części piszczelowej i komponent piszczelowy typu „mobile-bearing”(możliwość stosowania zamiennego zależnie od wskazań)

3.Wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie o rozmiarach od 8 do 25mm, wkładka z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniających półzwiązanie endoprotezy oraz wkładka polietylenowa do elementu piszczelowego typu „mobile-bearing”(możliwość stosowania zamiennego zależnie od wskazań)

4.Cement kostny 1x40g z antybiotykiem

W zamian za endoprotezę (część udowa, część piszczelowa, wkładka, cement) opisaną w Specyfikacji?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie zadania 2, 3 oraz 4 z pakietu nr. 3 w osobny pakiet?

Odp. Nie.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak