

Wałbrzych 01.02.2010 r.

DZPZ-530-Zp/79/PN-54/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. – Zp/79/PN-54/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 11 poz. 1 i 2

W związku z tym, że opisane w obu pozycjach elementy nie stanowią kompletnego systemu do drenażu zewnętrznego lędźwiowego i wymagają stosowania dodatkowych, utrudniających pracę lekarza elementów proponujemy zmianę zapisu na:

„Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego

- linia pacjenta 150 cm
- wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75 ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy
- skale ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia
- worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml
- dren lędźwiowy dł. 80 cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer

Odp. Zgoda

Pytanie 2, dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy i :

Modyfikację § 5 i dopisanie ust. 4: „Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłączenie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu /w szczególności zmiana cen urzędowych, zmian kursów walut, zmiana stawki podatku VAT/, lub zmiany te SA korzystne dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy