

Wałbrzych 04.02.2010 r.

DZPZ-530-Zp/79/PN-54/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. – Zp/79/PN-54/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 2, dot. pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty o okrągłym opływowym, kształcie posiadające 4 otwory mocujące, wysokość 11,5 mm, masę 5g, kaniulę wyjściową umieszczoną prostopadle (klasycznie) do korpusu portu, cewnik 6F wykonany ze specjalnego poliuretanu przystosowanego do chemioterapii, a długości 760mm? Jeśli zamawiający nie wyraża zgody prosimy o podanie merytorycznego uzasadnienia.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sond jednorazowego użytku pakowanych w opakowaniach zbiorczych po 24 sztuki, w przeliczeniu wartości zamówienia na sztuki?

Odp. Zamawiający zgadza się na opakowania zbiorcze (3 x 24)

Pytanie 3, dot. pakiet nr 26, 27, 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia próbek jeśli Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia wytworzony przez producenta, którego typ urządzenia (sprzętu medycznego), Zamawiający wskazał jako parametr kompatybilności?

Odp. Zamawiający nie odstąpi od próbek

Pytanie 4, dot. pakiet nr 26

Czy Zamawiający za określenie zestaw rozumie rękojeść + 3 łyżki, czy tylko same łyżki, których parametry dodatkowo określono?

Odp. Zestaw rozumiany jest jako rękojeść + 3 łyżki

Pytanie 5, dot. pakiet nr 27 poz. 4-9

Jakiego rodzaju łyżek jednorazowych wymaga Zamawiający pod względem rodzaju światła tzn. światłowodowe, LED czy światło ciepłe?

Odp. Światło ciepłe.