

Wałbrzych 10.02.2010 r.

DZPZ-530-Zp/11/PN-10/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę : testy i naboje – Zp/11/PN-10/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. poz. 7

Prosimy o dopuszczenie pakietów testowych jednokrotnego użytku zmieniających kolor z kremowego na czarny?

Czy Zamawiający oczekuje pakietów Bowie – Dicka wysokiej czułości, wykrywających małe ilości zalegającego powietrza za pomocą osobnych arkuszy o wysokiej czułości wczesnego ostrzeżenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga nabojów z czystym tlenkiem etylenu 4 – 100 o wadze 100g przeznaczonych do sterylizatora 3M Steri – Vac – 5xl?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 1 i 2, gdyż jest to asortyment, który posiada w swojej ofercie tylko jeden producent. Wyodrębnienie tych pozycji pozwoliłoby Zamawiającemu na zaoszczędzenie ok. 15.000 do 20.000 zł, co w przypadku istniejącej sytuacji finansowej publicznych jednostek służby zdrowia powinno być argumentem godnym rozważenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 w ilości miał na myśli 1 sztukę – pakiet test biologiczny z autoczytnikiem wpisując ilość błędą 800 szt. – co daje w sumie 800 szt. testów i jeden autoczytnik?

Odp. Tak