

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów do rekonstrukcji piersi.*

*– Zp/40/PN-37/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy silikonowe okrągłe w 3 profilach (niski, wysoki i bardzo wysoki) o objętości 95-695ml?

**Odp.** *W wymogach wyrażamy potrzebę dysponowania 4 profilami protez okrągłych. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 2 dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy o kształcie anatomicznym o objętości 135-490ml?

**Odp.** *Do rekonstrukcji wymagamy produktów o objętości od 100ml do 800ml. Zamawiający nie dopuszcza.*

*Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stążka*