

Wałbrzych 19.04.2010 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-35/10

Wykonawcy - wszyscy

Dostawy : ssaków mechanicznych, stymulatora mięśni, reduktorów tlenowych, łóżek szpitalnych, spirometru, regulatora ssania, lampy szczelinowej, spektralny tomograf oka – Zp/38/PN-35/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr o nazwie Lungtest 1000?

Odp. Tak

Pytanie 2,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach całkowitych 97 x 215 cm oraz wymiarach leża 85 x 200 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach całkowitych 95 x 212 cm oraz wymiarach leża 90 x 190 cm z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?

Odp. Tak

Pytanie 4,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający pod zapisem „relingi boczne opuszczane lub zdejmowane” ma na myśli barierki boczne?

Odp. Zdejmowane do 10 łóżek

Pytanie 5,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający może określić ile ma być wysięgników do wlewów kroplowych?

Odp. 5

Pytanie 6,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w szczyty lakierowane proszkowo wypełnione płytą typu UNILAM?

Odp. Tak

Pytanie 7,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione gładkimi płytami ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. Nie

Pytanie 8,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych 945x2135 mm oraz wymiarach materaca 850x2000 mm?

Odp. Tak

Pytanie 9,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający rozumie pod pojęciem „relingi boczne opuszczane lub zdejmowane”?

Odp. Zdejmowane do 10 łóżek

Pytanie 10,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga wysięgnik do wlewów kroplowych czy nie?

Odp. Do 5 łóżek

Pytanie 11,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga koła z centralnym systemem hamowania czy koła z indywidualną blokadą?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 12,dot. pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości spirometr o poniższych parametrach?

- prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny z menu w języku polskim;
- spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV, mierzący 32 parametry oddechowe i wydechowe;
- wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min 320x240 pikseli;
- wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania;
- wyświetlenie automatycznej tekstowej interpretacji badania wg min. 11 poziomów ATS;
- wyświetlenie testu poprawności badania;
- wyświetlenie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V;
- możliwość wyświetlenia min. 8 wydmuchów (wykresów) równocześnie na ekranie;
- możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB;
- sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów;
- funkcja pediatryczna – graficzne (obrazkowe) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu;
- wyposażony w turbinę cyfrową (przepływomierz) nie wymagający kalibracji;
- możliwość drukowania wyników badań na zintegrowanej termicznej drukarce na papierze o szerokości min 112 mm oraz po podłączeniu na zainstalowanej drukarce komputerowej;

- możliwość przeprowadzenia badań bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników;
- pamięć pozwalająca zapisać min 6000 badań;
- możliwość pracy z turbinami (przepływomierzami) jednorazowego użytku;
- maksymalny przepływ min 16l/s;
- maksymalna objętość min 10l;
- dokładność objętości +/- 3% lub 50 ml;
- dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 ml/s;
- wyświetlacz LCD;
- wymiary max 310 x 205 x 65 mm;
- waga ok. 2 kg;
- zestaw zawierający : aparat, walizkę na urządzenie , klips na nos, turbinę jednokrotnego / wielorazowego użytku, płyta CD z oprogramowaniem na komputer, kabel USB do podłączenia do komputera, 100 sztuk ustników jednorazowych.

Odp. Nie

Pytanie 13,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający poprzez opis „leże co najmniej 2 segmentowe o regulowanej wysokości leża” oczekuje łóżka wyposażonego w leże co najmniej 2 segmentowe o regulowanych segmentach pleców, czy Zamawiający oczekuje dodatkowo regulacji wysokości całego leża?

Odp. Zamawiający oczekuje łóżka wyposażonego w leże co najmniej 2 segmentowe o regulowanych segmentach pleców.

Pytanie 14,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby ruchoma sekcja pleców była dodatkowo wyposażona w ruchomą część zagłówka zwiększająca komfort pacjenta.

Odp. Tak

Pytanie 15,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko szpitalne o wymiarach leża 85 cm x 200 cm oraz wymiarach zewnętrznych łóżka 97 cm x 215 cm

Odp. Tak

Pytanie 16,dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający może doprecyzować dokładnie ile i jakiego typu barierki bocznych potrzebuje do łóżek

Odp. 10 kompletów nakładanych barierki chromowych z możliwością przekładania do wszystkich łóżek.

Pytanie 17,dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający pisząc reduktor tlenowy z nawilżaczem ma na myśli reduktor podłączany do butli tlenowej czy też tylko dozownik tlenu o przepływie 0-15l/min z wtykiem do gniazda poboru tlenu wyposażony w nawilżacz?

Odp. Z wtykiem do gniazda poboru tlenu wyposażany w nawilżacz dopuszcza i oczekuje.

Pytanie 18,dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści butelki wielorazowe do nawilżania z innym gwintem niż 28 mm?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 19,dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści inny regulator ssania niż firmy Korgiel o podobnych parametrach technicznych?

Odp. Tak – ale regulator musi posiadać końcówkę typ KORGIEL

Pytanie 20,dot. pakiet nr 6

Czy regulator ssania powinien być wyposażony w butelkę zabezpieczającą z filtrem (zabezpiecza to instalację próżni przez przypadkowym dostaniem się wydzielin)

Odp. Tak

Pytanie 21,dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający wymaga dozownika tlenowego z nawilżaczem do podawania tlenu? nie istnieją urządzenia służące jednocześnie do podawania tlenu i powietrza.

Odp. Wymaga do podawania tlenu

Pytanie 22,dot. pakiet nr 3

Jakim przepływem powinno charakteryzować się oferowane urządzenie? Wśród parametrów technicznych Zamawiający umieścił sprzeczne informacje („zakres dozownika dla O2 i AIR od 0-5 i 0-19 l/min.”, „przepływ 15l/min.”).

Odp. Przepływ 15l/min