

Wałbrzych 05.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/48/PN-43/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę opakowań sterylizacyjnych – Zp/48/PN-43/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w pozycji nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe o rozmiarze 21 cm? Różnica 1 cm na korzyść Zamawiającego pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy w poz. nr 9 oraz 10 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe w rozmiarze 40 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia rękawów foliowo – papierowych posiadających napisy w języku polskim na rolce (dotyczy pozycji 1 – 10). Napisy w języku polskim nie są bezwzględnie wymagane, co określa Ustawa o Wyrobach Medycznych dotycząca używania wyrobów medycznych przez profesjonalistów. Informacje w j. polskim będą dostarczone w formie ulotki do każdego produktu, co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Wymogu takiego nie stosuje Zamawiający do wyrobów w pozycji nr 13 oraz 14 (torebki foliowo – włókninowe), które należą do tej samej grupy asortymentowej, pełnią identyczne funkcje i używane SA przez ten sam personel medyczny, stąd analogicznie prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania napisów w j. polskim dla rękawów papierowo – foliowych.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4

Czy w poz. nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 27 cm/45 cm?

Odp. Nie

Pytanie 5

Czy w poz. nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 32 cm/50 cm?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy w poz. nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 42 cm/45 cm?

Odp. Nie

Pytanie 7

Czy w poz. nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 48 cm/75 cm?

Odp. Tak

Pytanie 8

Czy w poz. nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 50 cm/64 cm?

Odp. Nie