

Wałbrzych 02.06.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4 poz.7-9

Czy nie zaistniała pomyłka i Zamawiający wymaga zdejmowalnego uchwytu tylko dla kaniul pediatrycznych bez portu bocznego z poz. 8 i 9 ?

Wg naszej wiedzy kaniula z poz. 7 t.j. 24 G z portem bocznym oraz zdejmowalnym uchwytem nie istnieje, gdyż uchwyt ten umiejscowiony jest na korpusie kaniuli – tam, gdzie znajduje się ujście portu bocznego wraz z koreczkiem zabezpieczającym i fizycznie nie może w tym miejscu znajdować się dodatkowy uchwyt.

Odp. Tak