

Wałbrzych 16.06.2010 r.

DZPZ-530-Zp/65/PN-59/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Neurochirurgicznego –Zp/65/PN-59/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu „ konstrukcja łóżka wykonana z kształowników 5x3cm”. W przypadku pozostawienie tego zapisu prosimy o podanie jakie ma znaczenie dla wytrzymałości i udźwigu łóżka zastosowanie kształownika 5x3cm?

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2225 mm? parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenie właściwości łóżka.

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 985 mm? parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenie właściwości łóżka.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 jednoosiowe krążki odbojowe w pełni chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy podane wymiary zewnętrzne łóżka, to wymiary całkowite z uwzględnieniem barierok bocznych? W niektórych typach łóżek barierki znacznie zwiększają szerokość utrudniając tym przejazd np. przez drzwi?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o podanie jaką funkcję ochronną pełnią nierdzewne listwy odbojowe w sytuacji zamontowania na nich wyposażenia dodatkowego? Istotnie podczas kolizji np. ze

ścianą łóżko będzie w jakiś sposób chronione, natomiast wyposażenie zamocowane na takiej listwie ulegnie uszkodzeniu bądź zniszczeniu.

Odp. Dopuszczamy łóżka bez listwy nierdzewnej.

Pytanie 7, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty będą wykonane z tworzywa w jasnym kolorze?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest łatwymi w dezynfekcji panelami z tworzywa ABS?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający oczekuje aby regulacja segmentu podudzia odbywała się elektrycznie ? Parametr ten jest znacznie lepsze od wymaganego, gdyż w znacznym stopniu ułatwia prace personelowi medycznemu

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby segmenty leża, posiadały możliwość łatwego zdjęcia do dezynfekcji?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko którego zakres regulacji segmentu oparcia będzie wynosił 68⁰? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenie właściwości łóżka.

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko którego sterowanie będzie się odbywać za pomocą pilota przewodowego oraz panelu centralnego na elastycznym ramieniu umieszczonego w segmencie oparcia?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający oczekuje aby pozycja szokowa posiadała niezależne zasilanie awaryjne? Tylko drugi akumulator zasilający wyłącznie pozycję szokową jest w stanie zapewnić możliwość wykonania pozycji antyszokowej w każdej sytuacji.

Odp. Ni

Pytanie 14, dot. pakiet nr 2

Czy pod zapisem z „możliwość uzyskania pozycji kardiologicznej” Zamawiający rozumie uzyskiwanie tej pozycji za pomocą jednego przycisku? Takie rozwiązanie niweluje konieczność wykonywania wielu skomplikowanych czynności prowadzących do uzyskania ww. pozycji.

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod zapisami „szczelność przed wodą i płynem dla układu elektrycznego łóżka min. IP66” oraz „ łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowo przystosowane do mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi” Zamawiający rozumie szczelność całego łóżka w tym siłowników i sterowników na poziomie IP66? Tylko łóżko spełniające taki warunek będzie mogło być myte ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi. W przeciwnym razie, gdy Zamawiający nie planuje dezynfekcji łóżka elektrycznego metodą ciśnieniową prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 16, dot. pakiet nr 2

Czy materac zbudowany z 17 zespolonych komór o wysokości 10cm posiadający dodatkowy system redukcji sił poprzecznie tnących i lepszego rozkładu masy ciała pacjenta zostanie dopuszczony przez Zamawiającego do udziału w przetargu?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakiet nr 2

Czy pompa posiadająca bardziej optymalny dla ludzkiego ciała cykl pracy 10 minutowy oraz jeden zintegrowany filtr zostanie dopuszczona przez Zamawiającego do udziału w przetargu?

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 18, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o szerokości 450 mm?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o długości 940mm?

Odp. Nie

Pytanie 20, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy z regulacją wysokości 730mm do 1080mm? parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenie właściwości stoika.

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wymiarach

Wysokość : 963mm?

Szerokość: 436mm?

Długość: 559 mm?

Odp. Nie

Pytanie 22, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową której połka boczna ma wymiary 585x400 mm?

Odp. Nie

Pytanie 23, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją wysokości 701mm do 1110mm

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym o wymiarach 550 x 370 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odp. Nie

Pytanie 25, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z czołami szuflad zaopatrzonymi w uchwyt wykonany z aluminium, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność szafki?

Odp. Tak

Pytanie 26, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego nowoczesną konstrukcję bezramową lakierowaną bez kształtowników które powodują znaczne zwiększenie wagi łóżka?

Odp. Tak

Pytanie 27, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie łóżka posiadającego nowoczesną konstrukcję kolumnową gwarantującą łatwiejsze utrzymanie łóżka w czystości w porównaniu do przestarzałych korbowych czy też pantografowych, uzyskanie lepszych parametrów użytkowych łóżka oraz bezpieczną obciążalność na poziomie min 200 kg?

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego pojedyncze krawężniki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie

horyzontalnej i wertykalnej?

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka bez nierdzewnej listwy na całej długości leża?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego wypełnienie segmentów leża z elektrycznych lakierowanych lameli? Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie łatwiejsze w utrzymaniu czystości w porównaniu o leża wypełnionego płytami laminowanymi?

Odp. Tak

Pytanie 31, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego pojedyncze koła jezdne o średnicy 150 mm

Odp. Tak

Pytanie 32, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie łóżka z barierkami bocznymi spełniającymi normy bezpieczeństwa EN60601-2-38 które są montowane do konstrukcji leża, nie SA demontowane bez użycia narzędzi (bez ryzyka że pacjent podczas nieobecności personelu sam zdemontuje barierkę), nie zwiększają szerokości maksymalnej łóżka (nie ma potrzeby demontowania barierek podczas transportu łóżka) opuszczane poniżej poziomu materaca?

Odp. Tak

Pytanie 33, dot. pakiet nr 2

Czy w związku z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa EN60601-2-38 oraz względów bezpieczeństwa dla pacjenta często niezorientowanego i nieświadomego o miejscu i czasie Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych stanowiące zabezpieczenie przed przypadkowym lub nieświadomym uruchomieniem łóżka przez pacjenta lub osoby odwiedzające a pilot przewodowy i panel sterowniczy wyposażone były w przyciski świadomej aktywacji funkcji elektrycznych łóżka.

Odp. Tak

Pytanie 34, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego układ elektryczny szczelny dla wody i pyłu z klasa szczelności IP54

Odp. Tak

Pytanie 35, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji uda?

Odp. Tak

Pytanie 36, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafki przyłóżkowej posiadającej szkielet ze stali lakierowanej proszkowo z dwoma wysuwanymi szufladami. Szuflady, blat góry i boczny szafki wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego. Szuflady wyposażone w chromowane uchwyty do otwierania. Blat górny i boczny wyposażone w relingi chroniące przedmioty pacjenta przed upadkiem, szafka z uchwytem na ręczniki montowanym z boku. Szafka wyposażona w cztery podwójne koło o średnicy 75 mm blokowane centralnie. Szafka o wymiarach 510x485x890 mm z blatem bocznym o wymiarach 350x700 mm posiadającym regulację wysokości w zakresie 730x1100 mm oraz regulację pochylenia

Odp. Tak

Pytanie 37, dot. pakiet nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z łózkami 9 stolików przyłóżkowych i dodatkowo 2 szafek przyłóżkowych czy 7 stolików przyłóżkowych i 2 szafek przyłóżkowych?

Odp. 7 stolików przyłóżkowych i 2 szafek przyłóżkowych

Pytanie 38, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 39, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 40, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości 510 mm ?

Odp. Nie

Pytanie 41, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami?

Odp. Nie

Pytanie 42, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Skoro łóżko ma posiadać barierki boczne, składane wzdłuż łóżka, to listwy odbojowe są niepotrzebne.

Odp. Tak

Pytanie 43, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga leża 5-częściowego z oparciem pleców wyposażonym w dodatkowy regulowany podglówek zwiększający komfort pacjenta w pozycji półsiedzącej?

Odp. Nie

Pytanie 43, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm ?

Odp. Nie

Pytanie 44, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm ?

Odp. Nie

Pytanie 45, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi wykonanymi z twardej gumy? Listwy odbojowe ze stali nierdzewnej mogą spowodować obicie ścian w Szpitalu oraz trwałe uszkodzenia powierzchni, np. w windzie, korytarzu. Nasze łóżko jest wyposażone w listwy odbojowe z gumy oraz dodatkowe listwy z haczykami pod leżem (nie wystające poza obrys ramy łóżka) na dodatkowe wyposażenie – woreczki, itd...

Odp. Nie

Pytanie 46, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami?

Odp. Nie

Pytanie 47, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 45 – 85 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 48, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 pojedyncze antystatyczne koła o średnicy 150 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 49, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę kół, blokadę kierunkową, ale bez dodatkowego 5 koła ?

Odp. Nie